



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746**

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/93/ PN-87/13

Wałbrzych, 15.11.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę mebli ze stali kwasoodpornej dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego, Stacji Dializ, Zakładu Centralnej Sterylizacji oraz Pracowni Hemodynamiki”.

Zp/93/PN-87/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3- Stelaż jednokomorowy ze stali nierdzewnej na worki.

Czy Zamawiający dopuści stelaż bez dodatkowej blokady kółek, ale z mechanizmem pedału skonstruowanym tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż? Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne.

Odp. Tak

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 3- Stelaż jednokomorowy ze stali nierdzewnej na worki.

Czy Zamawiający dopuści stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9, z obręczą do mocowania worków z szerokiej gumy zawijaną na zakładkę, z pokrywą i łyżką pedału wykonanymi z wytrzymałego tworzywa ABS?

Gumowy kołnierz gwarantuje stabilne zamocowanie worka i jest całkowicie przykryty workiem. Jest to więc rozwiązanie higieniczne.

Pokrywa z tworzywa opadająca na kołnierz gumowy jest cicha, bez hałaśliwych elementów metalowych jak w przypadku pokrywy ze stali. Dodatkowo pokrywa dostępna jest w 8 kolorach do wyboru, dzięki czemu łatwo można sortować odpady posługując się kodem kolorów.

Taki stelaż umożliwia stosowanie worków o pojemności od 60 do 120 l przy założeniu, że obwód worka jest większy od 1150 mm. Zastosowanie stelaża, do którego pasują worki o różnej pojemności jest rozwiązaniem praktyczniejszym, bowiem stelaż nie musi być przypisany do jednego miejsca zbiórki odpadów i dodatkowo łatwo go dopasować do zmieniających się potrzeb, np. w sytuacji zwiększenia ilości powstających odpadów.

Stelaż ma wymiary 410 x 485 x 950 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak