



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 18.11.2013 r.

DZPZ-530-Zp/100/PN-94/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego” – Zp/100/PN-94/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy linię do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z przetwornikiem pojedynczym i płuczką 3ml/h, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogenicznego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Biureta zabezpieczona filtrem. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie 1,5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej Długość linii ciśnieniowych 120 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem; Wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Pozostałe parametry bez zmian. Jako autoryzowany dystrybutor sprzętów marki GE (Datex Ohmeda) zapewniamy kompatybilny zestaw kabli. **Odp.** Nie dopuszczamy.

2. Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji nr 2:

Czy Zamawiający dopuści cewnik termodylucyjny Swana-Ganza - długość cewnika 110cm skalowany co 10cm, rozmiar dla dorosłych 7 Fr, apirogeny. Strzykawka o poj. 3 ml, przezroczysty kranik. Pojemność balonika 1,5ml, otwór kanału RA 29cm od końca cewnika. Heparynizowany. Atraumatyczna końcówka cewnika. Kontrastujący w promieniach RTG. Termistor 4 cm od końca cewnika, max. średnica przewodnika 0,028". **Odp.** Nie dopuszczamy.

3. Dotyczy §2 ust 2 Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

4. Dotyczy §4 ust 1 Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczanie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej. **Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Dotyczy §4 ust 3.b) Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 2 dni roboczych. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

6. Dotyczy §6 ust 4 Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w §2ust. 1 – w okresie obowiązywania umowy.” **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

7. Dotyczy §7 ust 2 Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

8. Dotyczy §6 ust 5 Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.” **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

9. Dotyczy §9 ust 1.2) Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu wzoru umowy na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.” **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

10. Dotyczy §10 ust 3 Załącznika nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisów na: „W przypadku 3-krotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.” **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.