

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis produktów do rekonstrukcji piersi

Ekspanderoprotezy dwukomorowe, ekspandery anatomiczne, endoprotezy okrągłe, endoprotezy o kształcie anatomicznym, sizery w jednolitym systemie doboru profilu i objętości implantu oferowanym przez jednego producenta.

Pakiet powinien zawierać produkty do rozprężania tkanek i endoprotez do końcowej odbudowy w jednolitym i spójnym systemie doboru i wymiany ekspanderów na endoprotezy. Taki system minimalizuje ryzyko niewłaściwego doboru produktu użytego do rekonstrukcji. Program doboru objętości i profilu produktu powinien być dostępny w wersji komputerowej symulacji i indywidualnego doboru wielkości implantu dla konkretnej pacjentki. Ogranicza to możliwość roszczeń pacjentów w razie niepowodzeń.

Wymagamy utworzenia na terenie bloku operacyjnego naszego szpitala stałego składu produktów do rekonstrukcji zawierającego ekspandery, endoprotezy okrągłe i anatomiczne w asortymencie i w ilości ustalonej po dokonaniu przetargu ale nie mniejszej niż:

- 1)ekspandery-min.10 sztuk
- 2) endoprotezy okrągłe-min. 5 sztuk
- 3) endoprotezy anatomiczne min.10 sztuk.

Ekspandery anatomiczne: 40 sztuk

Parametry wymagane:

- dopełnienie roztworem soli fizjologicznej
- powłoka teksturowana
- produkt sterylny
- rozmiary 150cc-950cc
- bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikająca z wady produktu(wyciek soli fizjologicznej)
- konieczna kompatybilność z protezą anatomiczną

Endoprotezy anatomiczne:40 sztuk

Parametry wymagane:

- produkt sterylny
- Powłoka teksturowana, minimum trzy warstwy elastomeru
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
- trzy wysokości i cztery projekcje
- wypełnienie żelem silikonowym o dwóch rodzajach spoistości
- wymagany certyfikat FDA

Endoprotezy okrągłe: 20 sztuk

Parametry wymagane:

- kompatybilność kształtu i rozmiaru z ekspanderami
- produkt sterylny
- powłoka teksturowana, minimum trzy warstwy elastomeru
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
- co najmniej 5 profili wysokości
- wypełnienie żelem silikonowym o dwóch rodzajach spoistości
- wymagany certyfikat FDA

Ekspanderoprotezy dwukomorowe: 15 sztuk

Parametry wymagane:

- produkt sterylny
- kształt anatomiczny
- min. 2 wysokości(short i full height)

-port zewnętrzny z zatykanym wężykiem po ostatecznym dopełnieniu
 -objętość od 135cc-760cc

Sizery do wielokrotnej sterylizacji: 1 zestaw

Parametry wymagane:

-min. 10-krotna sterylizacja

Lp	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	producent
1	Ekspanderoprotezy dwukomorowe	- ekspander/ proteza dwukomorowa o kształcie profilowanym - komora zewnętrzna wypełniona żelem silikonowym - komora wewnętrzna - rozprężana roztworem fizjologicznym soli - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - port zewnętrzny ,wężyk zatykany - powłoka teksturowana, produkt sterylny - dwie wysokości - objętość od 135 cm3-760 cm3 - gwarancja dożywotnia	15					
	Sizer do wielokrotnej	Sizer do dziesięciokrotnej						

	sterylizacji	sterylizacji	10					
3	Ekspandery anatomiczne	- dopełnianie roztworem fizjologicznym soli - produkt sterylny - powłoka teksturowana - rozmiar 150 cm³-950 cm³ -wymagana kompatybilność z protezą anatomiczną	40					
4	Endoprotezy okrągłe	-5 profili - 2 rodzaje żelu - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu						

		- powłoka teksturowana, produkt sterylny - minimum trzy warstwy elastomeru -wymagana dożywotnia gwarancja -certyfikat jakości FDA	20					
5	Endoprotezy o kształcie anatomicznym	- wypełnienie: zagęszczony żel silikonowany, co najmniej 2 stopień spoistości żelu -trzy wysokości i cztery projekcje -bariera antydyfuzyjna-zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana, produkt sterylny - gwarancja w przypadku pęknięcia dożywotna - wymagany certyfikat jakości FDA	40					

Wartość netto: VAT.....Wartość brutto: