



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 26.11.2013 r.

DZPZ-530-Zp/101/PN-95/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy materiałów dla potrzeb Oddziału Okulistycznego – Zp/101/PN-95/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 4 roztwór soli o charakterystyce BSS (bez dodatku glukozy, glutationu i dwuwęglanu) w plastikowej butelce? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 4 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 5 nóż zagięty pod kątem 40 stopni? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 6 nóż typu mini Crescent o szerokości 1,25 mm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycjach 1, 5, 6, 7 i 8 noże pakowane po 10 szt – 1 op.? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 2, dot. projektu umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 2 Projektu Umowy zastępujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Projektu umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nóż grotowy 20 G (1,1mm), pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 6

Czy Zamawiający dopuści nóż dyskowy 2,25, zagięty pod kątem 60°, powierzchnia noża wykończona matowo, 3 szt. w opakowaniu? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 3

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Westcott o długości całkowitej 109mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Tak**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Vannas o długości 80 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy narzędzi okulistycznych z 5 do 21 dni dla Pakietu nr 3 zważywszy na fakt, że oferowane przez Wykonawcę narzędzia wykonywane są na konkretne zamówienie. W przypadku dopuszczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu w specyfikacji. **Odp. Nie**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 1

poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy noże typu Slit bez znacznika głębokości? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy noże typu Slit z górną lub dolną ostrzoną krawędzią? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy noże typu Side Port z górną lub dolną ostrzoną krawędzią? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy noże typu Slit 2,65 mm i/lub 2,80 mm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy noże typu Crescent 2,00 mm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę noży z wyłączeniem z pakietu poz. 4 ? **Odp. Nie**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2

poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy witrektomy oraz kaniule irygacyjne zapakowane pojedynczo w osobnych sterylnych opakowaniach? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 18

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy pałeczki pakowane po 20 szt. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie do osobnej dostawy poz. 18? **Odp. Nie**

Pytanie 8, dot. projektu umowy

§ 2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu o ile zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 30% zamówienia objętego umową”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy

§ 4 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe w dostarczonym towarze i gwarantuje jego wymianę lub uzupełnienie w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia, natomiast w przypadku wad jakościowych w terminie 5 dni od chwili otrzymania reklamowanego/ wadliwego towaru. Zamawiający odsyła zareklamowany towar na koszt Wykonawcy”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy

§ 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z powyższego zapisu lub modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

„Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy przetargowej oraz numeru pakietu, na podstawie zamówień przesłanych odrębnie na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy oraz pakietu przez Zamawiającego”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy

§ 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania faktury. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

§ 6 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„Zmiana ceny nastąpi wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym w takiej sytuacji zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ceny nastąpi automatycznie z chwilą wejścia w życie stosownego aktu prawnego”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy