

Wałbrzych 28.08.2008 r.

DZPZ/201/AR/08/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej, kolonovideoskopu-giętkiego aparatu do oglądania jelita grubego, do usuwania endoskopowego polipu jelita oraz do biopsji jelita, foteli dializacyjnych, aparatów do EKG, pulsoksymetru stacjonarno-transportowego – Zp/46/PN-34/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. (pakiet nr 2, pkt. 14) Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy głowicy fako 28-32 kHz? Częstotliwość jaką dostarcza nasz aparat jest wystarczająca do rozbicia nawet bardzo twardej zaćmy.

Odp. Tak.

Pyt. (pakiet nr 2, pkt. 29) Czy Zamawiający dopuści maksymalną częstotliwość cięć witrektomu: elektrycznego 1200 cięć/min oraz pneumatycznego 3000 cięć/min?

Odp. Tak.

Pyt. (pakiet nr 2, pkt. 48) Czy Zamawiający dopuści aparat w którym sterowanie parametrami odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na panelu sterowania, za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania oraz za pomocą sterownika nożnego? Posiadany przez nas aparat włącza się od razu, natomiast przy ekranach dotykowych czas włączenia trwa od 2 do 3 min.

Odp. Tak.

Pyt. (pakiet nr 2, pkt. 49) Czy Zamawiający dopuści zamiast kaset jednodniowych zestawy jednorazowe (kaseta + tip + rękaw irygacyjny + komora testowa) lub kasety jednorazowe?

Odp. Tak.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala