

## **MODYFIKACJA SIWZ**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej, kolonovideoskopu-giętkiego aparatu do oglądania jelita grubego, do usuwania endoskopowego polipu jelita oraz do biopsji jelita, foteli dializacyjnych, aparatów do EKG, pulsoksymetru stacjonarno-transportowego – Zp/46/PN-34/08.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść SIWZ jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający w Zał. nr 1 do SIWZ – pakiet nr 2 **aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej** poszerza o następujące elementy:

**1.**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - głowice do fakoemulsyfikacji       | – min. 2 szt., |
| - igły do fakoemulsyfikacji          | – min 6 szt.,  |
| - dreny wielorazowe                  | – min. 6 szt., |
| - komory testowe                     | – min. 6 szt., |
| - głowice bimanualne I/A             | – min. 2 szt., |
| - głowice witrektomu elektrycznego   | – min. 2 szt., |
| - noże witrektomu elektrycznego      | – min. 3 szt., |
| - nasadniki irygacyjne do Vitrektomu | – min. 2 szt., |
| - diatermia bipolarna z przewodem    | – min. 2 szt., |
| - dreny jednorazowe                  | – min. 10 szt. |

**2.** Częstotliwość głowicy do fako 28 – 40 Khz.

**3.** Rozszerzamy treść § 2 projektu umowy dodając zapis, który umieszczony będzie w umowie z dostawcą aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej – „Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia dla lekarza operacyjnego dotyczące technik witrektomii, stacjonarne, doskonalące zawodowo, w ośrodku referencyjnym, min. 7 dniowe”.

Nowy termin składania ofert – **12.09.2008** r. godz. **10.00.**, termin otwarcia ofert – **12.09.2008** r. godz. **10.15.**

**Mariola Dudziak**  
**Dyrektor Szpitala**