

Wałbrzych 29.08.2008 r.

DZPZ/205/AR/08/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej, kolonovideoskopu-giętkiego aparatu do oglądania jelita grubego, do usuwania endoskopowego polipu jelita oraz do biopsji jelita, foteli dializacyjnych, aparatów do EKG, pulsoksymetru stacjonarno-transportowego – Zp/46/PN-34/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt.-pakiet nr 2. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wymaga fabrycznie nowego aparatu?
Odp. Tak.

Pyt. – pakiet nr 2. Czy w pkt. nr 4 podanych parametrów dla pakietu nr 2 Zamawiający dopuści aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z maksymalnym zakresem uzyskiwania podciśnienia 600 mmHg? Użytkownik ma możliwość ograniczenia maksymalnych parametrów podciśnienia nastawami. Większe podciśnienie daje możliwość skutecznej pracy przy pomocy nowoczesnych technik operacyjnych ?
Odp. Tak.

Pyt. – pakiet nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu ?
Odp. Tak.

Pyt. – pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele dializacyjne posiadające oddzielną regulację oparcia pleców, segmentu nóg oraz wysokości bez możliwości regulacji kąta nachylenia siedziska? Opisana konstrukcja jest rozwiązaniem powszechnie funkcjonującym oferowanym przez wszystkich producentów foteli dializacyjnych. Aktualnie na rynku nie występują fotele z regulacją kąta nachylenia siedziska – segment ten jest elementem stałym, co zapewnia większą trwałość urządzenia.
Odp. Nie.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala