

Wałbrzych 04.09.2008 r.

DZPZ/212/AR/09/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej, kolonovideoskopu-giętkiego aparatu do oglądania jelita grubego, do usuwania endoskopowego polipu jelita oraz do biopsji jelita, foteli dializacyjnych, aparatów do EKG, pulsoksymetru stacjonarno-transportowego – Zp/46/PN-34/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. - pakiet nr 2, fako. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem poniższych akcesorii zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 14.08.2008 :

Aparat j.w specyfikacji + stolik z kroplówką automatyczną – 1 szt.

1. głowica do fako – 2 szt.
 2. igły do fako 0,9mm 30° - 6 szt.
 3. rękawy irygacyjne – 6 szt.
 4. komora testowa 6 szt.
 5. klucze do igieł
 6. głowice bimanualne I/A – 2 szt.
 7. witrektom elektryczny – 2 szt.
 8. noże do witrektomu – 3 szt.
 9. witrektom pneumatyczny – 3 szt.
 10. nasada do witrektomu irygacyjnego – 2 szt.
 11. diatermia biopolarna z przewodem – 2 szt.
 12. kaseta sterylizacyjna na narzędzia – 2 szt.
 13. kaseta jednorazowego użycia – 6 szt.
 14. dreny jednorazowe do kaset jednodniowych – 18 szt.
- oraz zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 01.09.2008:
- głowice do fakoemulsyfikacji – min. 2 szt.,
 - igły do fakoemulsyfikacji – min 6 szt.,
 - dreny wielorazowe – min. 6 szt.,
 - komory testowe – min. 6 szt.,
 - głowice bimanualne I/A – min. 2 szt.,
 - głowice witrektomu elektrycznego – min. 2 szt.,
 - noże witrektomu elektrycznego – min. 3 szt.,
 - nasadniki irygacyjne do Vitrektomu – min. 2 szt.,
 - diatermia biopolarna z przewodem – min. 2 szt.,
 - dreny jednorazowe – min. 10 szt.

Odp. Tak..

Pyt. – pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, które posiadają oddzielną regulację oparcia pleców wraz z podręczkami (podręczki odchylają się wraz z segmentem oparcia pleców) oddzielną regulację segmentu nóg oraz wysokości bez możliwości regulacji kąta nachylenia siedziska ? Proponowane rozwiązanie nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych foteli.

Odp. Nie dopuszczamy. Konieczna możliwość regulacji kąta siedzenia.

Pyt. – pakiet nr 4. Czy pod pojęciem oddzielną regulacja podnóżka Zamawiający rozumie elektryczną regulację segmentu nóg czy też elektryczną regulację podpórki pod stopy ? Oba proponowane rozwiązania podnoszą parametry użytkowe foteli ?

Odp. Pod pojęciem oddzielną regulacja podnóżka rozumiemy elektryczną regulację segmentu nóg.

Pyt. – pakiet nr 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat EKG 6 kanałowy z możliwością wyboru szerokości papieru 210 lub 216 oraz możliwością wyboru rodzaju papieru składanka lub rolka oraz 6 calowym ekranem LCD do podglądu krzywych ?

Odp. Tak.

Pytania do pakietu nr 5:

1. Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 12,5 / 25 / 50 mm/s?

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści czułość 5, 10, 20 i auto mm/mV?

Odp. Tak.

Pytania do pakietu nr 6:

1. Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 12,5 / 25 / 50 mm/s?

Odp. Tak.

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***