

ZESTAWIENIE DO PRZYGOTOWYWANEGO PRZETARGU BLOK OPERACYJNY A

PAKIET 1

Obłożenia Chirurgiczne

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze minimum 50g/m², warstwa wierzchnia matowa..Spełniające wymogi normy EN 13795(1-3). Odporność na przenikanie cieczy 180cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. Obłożenie wykonane z laminatu o chłonności min.8g/g. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania(system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym(system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.

L.P	Nazwa	Skład	ilość
1.	Obłożenie do operacji tarczycy	serweta min.240 cm x 180 cm z wycięciem U i przylepcami – 1 szt. serweta min.200 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt. serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 1 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	150
2.	Zestaw do laparoskopii	Serweta z wbudowanymi osłonami na nogi, przeźroczystą torba na narzędzia i samoprzylepnym oknem min. 180 cm x 300 cm – 1 szt serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 1 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	400

PAKIET 4

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze minimum 50g/m², warstwa wierzchnia matowa..Spełniające wymogi normy EN 13795(1-3). Odporność na przenikanie cieczy 180cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. Obłożenie wykonane z laminatu o chłonności min.8g/g. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania(system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym(system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.

1	Obłożenie uniwersalne	serweta min.240 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt. serweta min.175 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt. serweta min.90 cm x 75 cm z przylepcem –2 szt. Taśma medyczna mocująca min.50 cm x 9 cm – 1 szt. serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 1 szt. Serwetki celulozowe min 4 szt	3.140 zestawów
---	------------------------------	--	----------------

PAKIET 2

Obłożenia Ortopedyczne

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze minimum 50g/m², warstwa wierzchnia matowa..Spełniające wymogi normy EN 13795(1-3). Odporność na przenikanie cieczy 180cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. Obłożenie wykonane z laminatu o chłonności min.8g/g. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania(system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym(system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.

L.P	Nazwa	Skład	Kod
1.	Zestaw do operacji stawu barkowego	Serweta min. 260 cm x 180 cm z wycięciem U i przylepcem – 1 szt. pokrowiec na kończynę min.80 cm x 25 cm – 1 szt serweta min.175 cm x 150 cm pod kończynę – 2 szt. serweta min.240 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt taśma mocująca min.50 cm x 9 cm – 2 szt. serweta na stół MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 1 szt serwetki celulozowe min. 4 szt.	200
2.	Zestaw do operacji stawu biodrowego	serweta min.260 cm x 180 cm z wycięciem i z przylepcem – 1 szt. serweta min.240 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt pokrowiec na kończynę pacjenta min.100 cm x 30 cm – 1 szt. kieszka na płyny min.40 cm x 30 cm – 1 szt. taśma medyczna mocująca min.50 cm x 5 cm – 3 szt serweta na stół MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 2 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	540

3.	Zestaw do artroskopii kolana nr 1	serweta min.320 cm x 180 cm z otworem elastycznym, samouszczelniającym się o śr. min.6 cm i workiem na płyny – 1 szt. pokrowiec na kończynę pacjenta min.70 cm x 20 cm – 1 szt. taśmy medyczne mocujące min.50 cm x 7 cm – 2 szt. serweta na stół MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 1 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	60
4.	Zestaw do artroskopii kolana nr 2	serweta min.320 cm x 180 cm z otworem elastycznym, samouszczelniającym się o śr. min.6 cm /bez worka/ – 1 szt. pokrowiec na kończynę pacjenta min.70 cm x 20 cm – 1 szt. taśmy medyczne mocujące min.50 cm x 7 cm – 2 szt. serweta na stół MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 2 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	960

PAKIET 3

Obłożenia neurochirurgiczne

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze minimum 50g/m², warstwa wierzchnia matowa..Spełniające wymogi normy EN 13795(1-3). Odporność na przenikanie cieczy 180cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. Obłożenie wykonane z laminatu o chłonności min.8g/g. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania(system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym(system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.			
L.P	Nazwa	Skład	Kod
1.	Zestaw do kraniotomii	serweta min.240 cm x 180 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczną i workiem na płyny – 1 szt. Serweta min.45 cm x 45 cm z przylepcem – 2 szt. Serweta min.100 cm x 75 cm – 2 szt. Kieszeń 2-komorowa min.30 cm x 25 cm – 2 szt. Kieszeń na płyny min.40 cm x 30 cm -2 szt.. Taśma medyczna mocująca 50 cm x 10 cm – 2 szt serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 1 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	1000

PAKIET 5

Akcesoria dodatkowe

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze minimum 50g/m², warstwa wierzchnia matowa..Spełniające wymagania normy EN 13795(1-3). Odporność na przenikanie cieczy 180cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. Obłożenie wykonane z laminatu o chłonności min.8g/g. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania(system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym(system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.

LP.	Nazwa produktu	ilość	Wartość /złoty/	uwagi
1.	serweta na stół instrumentalny min.180 cm x 140 cm – 1 szt.	600	3 600	Blok A
2.	serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm	600	2 400	Blok B
3.	taśma mocująca min.50 cm x 9 cm	600	900	Blok A
4.	pokrowiec na kończynę pacjenta min. 100 cm x 30 cm	200	700	Blok A
5.	pokrowiec na kończynę pacjenta min.70 cm x 20 cm	200	700	Blok A
6.	serweta operacyjna z przylepcem min.240cm x 180 cm	600	4 500	Blok B
7.	serweta operacyjna min.150 cm x 90 cm	800	2 000	Blok B

ZESTAWIENIE DO PRZYGOTOWYWANEGO PRZETARGU BLOK OPERACYJNY B

PAKIET 6

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze minimum 50g/m², warstwa wierzchnia matowa..Spełniające wymagania normy EN 13795(1-3). Odporność na przenikanie cieczy 180cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. Obłożenie wykonane z laminatu o chłonności min.8g/g. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania(system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym(system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.

Lp.	Nazwa	Skład	Ilość
1.	Obłożenie do operacji urologicznych	serweta 180cm x 90cm z elastycznym ochraniaczem palca i otworami 1 szt. serweta 90cm x 75cm 1 szt. serweta 180cm x 140cm na stół do instrumentarium 1 szt. serweta 145cm x 85cm na stół MAYO 1 szt. pokrowce na kończyny dolne pacjenta 120cm x 60cm 2 szt. taśmy medyczne mocujące 90cm x 7cm 2 szt. ręczniki celulozowe 4 szt.	400
2.	Obłożenie do operacji cystoskopii	serweta 180cm x 90cm z przylepcem i otworem 1 szt. serweta 90cm x 75cm 1 szt. serweta 180cm x 140cm na stół do instrumentarium 1 szt. serweta 145cm x 85cm na stół MAYO 1 szt pokrowce na kończyny dolne pacjenta 120cm x 67cm 2 szt. ręczniki celulozowe 50cm x 43cm 4 szt.	200

3.	Obłożenie do operacji tarczycy	serweta min.240 cm x 180 cm z wycięciem U i przylepcami – 1 szt. serweta min.200 cm x 150 cm z przylepcem – 1 szt. serweta na stolik MAYO min.145 cm x 78 cm – 1 szt. serweta na stół instrumentalny min. 180 cm x 140 cm – 1 szt Serwetki celulozowe min. 4 szt	200

PAKIET 7

Obłożenie pola operacyjnego jałowe, wykonane z włókniny laminowanej dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa) o gramaturze minimum 43g/m². Spełniające wymogi normy EN 13795(1-3). Sterylizacja: tlenek etylu. Odporność na przenikanie cieczy 151cm H₂O. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym min. 17,35N, w kierunku poprzecznym min. 34,02N. Poszczególne serwety obłożenia powinny posiadać oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) oraz miejscem przeznaczenia na polu operacyjnym (system głowa, stopa, dłoń). Zestaw ma być pakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięte w papier krepowy. Na opakowaniu muszą się znajdować 2 samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, data ważności, identyfikacja wytwórcy, LOT.

Lp.	Nazwa	Skład	Ilość
1.	Obłożenie do elektroresekcji prostaty	serweta min. 210 cm x 165 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcami- 1 szt prześcieradło z lejem- 1 szt. fartuch F-4 /rozmiar XL- 1 szt.	200