

DZPZ/ 243/AR/10/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia jednorazowego i obłożeń jednorazowych do zabiegów naczyniowych kardiologii i radiologii inwazyjnej – ZP/60/PN-47/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy Zamawiający wymaga zestawu do kraniotomii w składzie:

- serweta do kraniotomii z wbudowaną bakteriobójczą folią chirurgiczną zawierającą jodoform, ze zbiornikiem na płyny z wycięciem „u” z podłączeniem ssaków, z wolną częścią do mocowania skalpu- rozmiar 231 cm x 406 cm – 1 szt.,
- taśma samoprzylepna 10 cm x 55 cm- 1 szt.,
- serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm – 1 szt.,
- serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm – 1 szt.,
- serweta z polietylenu 45 cm x 30 cm – 3 szt.


Serwety wykonane z włókniny syntetycznej – poliester/polietylen.

Odp. Nie.

Pakiet 1 – Obłożenia Chirurgiczne:

- 1) Poz. nr 1 – obłożenie do operacji tarczycy – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia o następującym składzie:


- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” (6,5 x 60 cm) 150 x 240cm
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 240 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?



Odp. Tak.

- 2) Poz. nr 2 – zestaw do laparoskopii – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z przezroczystą torbą na narzędzia i samoprzylepnym oknem (Ø 28 x 32 cm) 260 x 320 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?




Odp. Tak.

Pakiet 2 – Obłożenia Ortopedyczne:

3) Poz. nr 2 – zestaw do operacji stawu biodrowego – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm
- 1 serweta operacyjna 150 x 200 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” (6,5 x 95 cm) 200 x 260cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm




oraz dodatkowo, pakowanej oddzielnie kieszeni na płyny w rozmiarze 43cmx38cm?

Odp. Tak.

Pakiet 3 – Obłożenia neurochirurgiczne:

4) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do obłożenia czaszki z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (19 x 30 cm) i torbą do zbierania płynów (z sitem i zaworem) 245 x 320 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne (do ograniczenia wielkości pola operacyjnego, jeśli wymagane) 50 x 50 cm
- 2 uchwyty Velcro do mocowania kabli i drenów 2 x 23 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm



oraz **dodatkowo, pakowanych oddzielnie**: 2 serwet 90cm x 100cm, 2 kieszeni dwukomorowych 43cm x 38cm, 2 kieszeni 43cm x 38cm, 1 taśmy medycznej mocującej 50cm x 10cm?

Odp. Tak.

Pakiet 4:

- 5) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego spełniającego wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego jednakże wykonanego z włókniny laminowanej dwuwarstwowej – włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa oraz posiadającego w swym składzie dwie serwetki celulozowe zamiast czterech?

Odp. Nie.


Pakiet 5 – Akcesoria dodatkowe:

- 6) Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetki w rozmiarze 150cm x 240cm lub 170cm x 300cm?

Odp. Tak.

Pakiet 6 (Blok operacyjny B):

- 7) Poz. nr 1 – obłożenie do operacji urologicznych – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia o następującym składzie:
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
 - 1 serweta urologiczna z nadłonowym samoprzylepnym okienkiem (Ø 7cm), z samoprzylepnym oknem na narządy płciowe (7 x 10 cm), osłoną na palec i torbę do zbierania płynów (z sitem) 150 x 200 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm




oraz **dodatkowo, pakowanych oddzielnie**: 1 serwetki 90cm x 75cm, 1 serwetki na stolik Mayo 145cm x 80cm, 1 taśmy medycznej mocującej 50cm x 10cm?

Odp. Nie.

8) Poz. nr 2 – obłożenie do operacji cystoskopii – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 75 x 120 cm
- 2 osłony na nogi długie 50 x 110 cm
- 1 serweta z nieprzylepnym otworem; Ø 8 x 12 cm 75 x 200 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm



oraz **dodatkowo, pakowanych oddzielnie:** 1 serwety 90cm x 75cm, 1 serwety na stół Mayo 145cm x 80cm?

Odp. Nie.


9) Poz. nr 3 – obłożenie do operacji tarczycy – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia spełniającego wymagania Zamawiającego, jednakże posiadającego w swym składzie serwetę z wycięciem U w rozmiarze 240cm x 150cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 8:

10) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu jednorazowego sterylnego do zabiegów angiograficznych kardiologicznych oraz w zakresie tętnic obwodowych:

- 1 serweta angiograficzna o wymiarach 210cm x 300cm z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe (Ø9 cm) i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego po lewej stronie w rozmiarze 60cm x 300cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150cm x 200cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu,
- 4 ręczniki celulozowe wysokochłonne 33cm x 33cm,
- 1 sterylna przezroczysta osłona foliowa na ekran ściągana gumką o wymiarze 50cm x 100cm,
- 2 sterylne fartuchy chirurgiczne (rękawy zakończone elastycznym mankietem) – 1 fartuch w rozmiarze L i 1 fartuch w rozmiarze XL,



oraz dodatkowo, pakowanej oddzielnie 1 sterylnej przezroczystej osłony foliowej na lampę o rozmiarze 50 x 100cm?

Odp. Nie.

- 11) Pakiety nr 1, 2, 3, 4, 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłoża operacyjnych spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego, jednakże nie pakowanych dodatkowo w papier krepowy. Pragniemy zauważyć, iż dodatkowe pakowanie w papier krepowy nie wpływa w żaden sposób na jakość i komfort użytkowania obłoża.

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie 2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.” ?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie 5 ust. 2: „bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pyt.. Czy w pakiecie 2 w poz. 1 zamawiający zaakceptuje zestaw składający się z następujących elementów :

- 1 serweta do stołu Mayo wzmocniona 78x145 cm,
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przyklejana serweta średnia z łata chłonną i uchwyt na przewód 182x 180 cm,
- 1 elastyczna pończocha 30x120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12x 6 cm
- 2 przyklejane serwety 75x90
- 3 taśmy op 9x50 cm
- 1 serweta z wycięciem i łata chłonną 230x 260 cm, wycięciem 20x 100 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150x240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm.

Odp. Tak.

Pyt. Czy w pakiecie 2 w poz. 2 zamawiający zaakceptuje zestaw składający się z następujących elementów :

- 1 serweta do stołu Mayo wzmocniona 78x145 cm,
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przyklejana serweta średnia z łata chłonną i uchwyt na przewód 182x 180 cm,
- 1 elastyczna pończocha 30x120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12x 6 cm
- 2 przyklejana serweta 75x90
- 3 taśmy op 9x50 cm
- 1 serweta z wycięciem i łata chłonną 230x 260 cm, wycięcie 20x 100 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150x240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm.

Odp. Tak.

Pyt. Czy w pakiecie 2 w poz. 3 zamawiający zaakceptuje zestaw składający się z następujących elementów :

- 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 78x145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy op 9x50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm
- 1 elastyczna pończocha
- 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190.

Odp. Tak.

Pyt. Czy w pakiecie 2 w poz. 4, zamawiający zaakceptuje zestaw składający się z następujących elementów :

- 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy op 9x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150x 190 cm
- pończocha 22 x 75 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230x 300 cm, elastyczna przesłona 7 cm z łata chłonną i uchwytem na przewody
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x 190 cm.

Odp. Tak.

Pyt. Czy w pakiecie 5 w poz. 6 zamawiający zaakceptuje zestaw z serwetą operacyjną mającą wymiary 240x150 cm ?

Odp. Nie.

Pyt. Czy w pakiecie 6 pozycji 1 można zaproponować zestaw bez elastycznych ochraniaczy palca?

Odp. Nie.

Pyt. Czy w pakiecie 6 pozycji 3 można zaproponować zestaw składający się z następujących elementów:

- 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 75x 145
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy op 9x 50 cm
- 1 przyklejana serweta 75x 90 cm z łata chłonną
- 1 serweta dodatkowa 75x80 cm
- 1 prześcieradło z wcięciem 150x 250 cm, łata chłonna, wcięcie 7x 70 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x 190 cm.

Odp. Nie.

Pyt. dot. wzoru umowy - Czy Zamawiający zgodzi się:

1. na zmianę w § 4 ust. 4 i nadanie następującego brzmienia: „W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 3 a, b i dokonania zakupu u innego dostawcy Zamawiający może domagać się od dostawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną za jaką dokonano zakupu, a ceną z o ceną z oferty przetargowej Zamawiającego.”;
2. na zmianę § 8 i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. ”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pyt. Pakiet 1, 2, 3, 4, 6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obłożeń wykonanych z włókniny laminowanej trójwarstwowej o składzie: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina wiskozowa?

Odp. Tak.

Pyt. Pakiet 1 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. zestawu do osobnego pakietu lub składanie ofert w ww. pakiecie na pozycje, aby umożliwić oferentom złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Tak.

Pyt. Pakiet 2 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi jedna serweta na stolik instrumentalny (pozostałe parametry bez zmian)?

Odp. Tak.

Pyt. Pakiet 2 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi:

- serweta 320 cm x 180 cm z otworem elastycznym samouszczelniającym się o śr. 6,5 cm bez worka na płyny – 1szt.,
- pokrowiec na nogę pacjenta 70 cm x 40 cm – 1 szt.,
- taśmy medyczne mocujące 60 cm x 7 cm – 2 szt.,
- serwetki celulozowe – 4 szt.?

Odp. Nie.

Pyt. Pakiet 5 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy mocującej wykonanej z włókniny laminowanej dwuwarstwowej, spełniającej wymagania normy EN 13795 (1-3)?

Odp. Tak.

Pyt. Pakiet 5 poz. 4 i 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców na kończynę wykonanych z włókniny laminowanej dwuwarstwowej, spełniającej wymagania normy EN 13795 (1-3)?

Odp. Tak.

Pyt. Pakiet 7 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obłożeń wykonanych z włókniny laminowanej dwuwarstwowej o składzie: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa?

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający będzie żądał - w przypadku wątpliwości - przedłożenia próbek oferowanych wyrobów?

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty karty danych technicznych włókniny, z której wykonane jest obłożenie, aby umożliwić weryfikację wykonawców na etapie składania ofert?

Odp. Tak, prosimy o dołączenie do oferty przetargowej danych technicznych włókniny, z której wykonane jest obłożenie.

Zapytanie I – dotyczy wymagań parametrów w Pakietach Nr 1-7 :

Czy Zamawiający dopuści w Pakietach nr 1 – 7 zaoferowanie obłożeń wykonanych z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (wysokochłonna włóknina PP oraz folia PE zabezpieczająca przed przesiąkaniem) o gramaturze 60,5 g/m2 spełniającego wymagania normy PN EN 13795 1,2,3 ?

Odp. Nie.

Zapytanie II – dotyczy Pakietu Nr 1 :

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do tarczycy w składzie:

- a) serweta 150x200cm z wycięciem U o wym. 10x 50cm wykończonym taśmą samoprzylepną
- b) serweta 180 x 220cm z taśmą lepłą
- c) pokrowiec na stół Mayo 80cm x 140cm.
- d) dwie ściereczki chłonne 30x40cm.
- e) taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm.
- f) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulację.
- g) serweta 150x200cm(jako owinięcie zestawu) przykrycie na stół instrumentalny ?

Odp. Nie.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do laparoskopii w składzie:

- a) serweta główna o wym. 180x320cm. W części centralnej serwety znajduje się otwór trapezowy o wymiarach podstaw 20x30 cm otoczony taśmą lepłą
- b) osłona na stół Mayo o wym.80x140cm.
- c) dwukomorowa kieszeń samoprzylepna na narzędzia laparoskopowe o wym.2x15x40cm.
- d) taśma lepna o wym.10x50cm.
- e) foliowa osłona na tor wizyjny o wym.16x200cm.
- f) serweta o wym.150x180cm(jako owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stołu ?

Odp. Nie.

Zapytanie II – dotyczy Pakietu Nr 2 :

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji stawu barkowego w składzie:

- a) serweta 150 x 200cm z wycięciem U o wym.10 x 50cm wykończonym taśmą samoprzylepną
- b) serweta 180 x 220cm z taśmą lepłą
- c) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm
- d) osłona na stół Mayo o wym.80x140cm
- e) taśma lepna o wym. 10 x 50cm
- f) dwie ściereczki chłonne 30 x 40cm
- g) serweta o wym. 150 x 180cm (jako owinięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stołu ?

Odp. Nie.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego w składzie:

- a) serweta o wym. 200x290cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100cm), otoczonym taśmą samoprzylepną
- b) serweta o wym.150x240cm. służąca jako ekran anestezjologiczny
- c) serweta na stół Mayo 80 x 140cm
- d) dwie ściereczki celulozowe
- e) kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40cm
- f) pokrowiec na kończynę o wym. 37x105cm
- g) trzy taśmy lepne 10 x 50cm
- h) serweta 150x200cm (jako owinięcie zestawu), która służy jako pokrycie stołu ?

Odp. Nie.

Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana w składzie:

- a) serweta główna o wym. 220x320cm wyposażona w warstwę chłonna i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7cm, dodatkowo serweta zintegrowana jest z workiem przechwytyjącym płyny, która również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 6cm.
- b) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm
- c) dwie taśmy lepne 10 x 50cm do mocowania osłony kończyny.
- d) dwa ręczniki chłonne .

- e) osłona na stolik MAYO 80x140cm.
 - f) dren 100cm.
 - g) serweta 150x180cm (jako owinięcie zestawu) która służyć jako przykrycie stolika ?
- Odp.** Nie.

Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana w składzie:

- a) serweta główna o wymiarach 220x320cm, wyposażona w warstwę chłonna i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7cm, który szczelnie przylega powyżej kolana.
- b) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm
- c) dwie taśmy lepne 10x50cm do mocowania osłony kończyny.
- d) osłona na stolik MAYO 80x140cm.
- e) ręczniki wysokochłonne - 4szt.
- f) serweta o wym. 150x200cm(jako owinięcie zestawu) które służyć jako przykrycie stolika narzędziowego ?

Odp. Nie.

Zapytanie III – dotyczy Pakietu Nr 3 :

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do kraniotomii w składzie:

- a) serweta główna o wym. 180x240cm posiadająca otwór 20 x 25cm wypełniony folia chirurgiczna, jak też wyposażona dodatkowo w długi worek do odprowadzania płynów
- b) dwie serwety o wym.50x60cm wykończone taśmami lepnymi, służące do zabezpieczenia headrestu
- c) sterylne serweta na stolik Mayo o wym. 80cm x 140cm.
- d) kieszeń przylepna 30 x 30cm na gaziki
- e) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 30cm na ssak i koagulację
- f) dwie ściereczki chłonne.
- g) dwie taśmy przylepne 10 x 50cm.
- h) serweta o wym.150x200 cm (jako owinięcie zestawu) służąca jako przykrycie stolika ?

Odp. Nie.

Zapytanie IV – dotyczy Pakietu Nr 4 :

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego w składzie:

- a) serweta 150x200cm.- ekran anestezjologiczny wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety
- b) serwety boczne 75 x 100cm wykończone taśmą lepnią na całej długości dłuższego boku - 2 szt.
- c) serweta dolna 180 x 175cm wykończona taśmą - 1 szt.
- d) pokrowiec na stolik Mayo 80cm x 140cm -1 szt.
- e) ściereczki chłonne - 2 szt.
- f) taśma włókninowe samoprzylepne 10 x 50cm - 1szt.
- g) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulację - 1 szt.
- h) serweta 150x200cm (jako owinięcie zestawu) stanowi przykrycie stolika do instrumentowania ?

Odp. Nie.

Zapytanie V – dotyczy Pakietu Nr 6 :

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia urologicznego w składzie:

- a) serweta do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 150 x 240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie 5 x 7cm, jak też osłonę lateksową na palec do badania per rectum, dookoła otworów warstwa chłonna 40 x 50cm.
- b) pokrowiec na stolik Mayo 80cm x 140cm -1 szt.
- c) taśmy włókninowe samoprzylepne 10 x 50cm - 2szt.
- d) ściereczki chłonne - 2 szt.
- e) całość owinięta w serwetę 150 x 180cm, która może służyć jako przykrycie stolika ?

Odp. Nie.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do cystoskopii w składzie:

- a) serweta o wym. 75x175cm, posiadająca w części środkowej otwór na pręcie 5 x 7cm, jak też osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Dookoła otworów warstwa chłonna 35 x 45cm.
- b) dwie nogawice o wym. 75x120cm mocowane taśmami lepnyymi.
- c) pokrowiec na stolik Mayo 80cm x 140cm -1 szt.
- d) ściereczki chłonne - 2 szt.
- e) serweta 100x150cm (jako owinięcie obłożenia), które może służyć jako przykrycie stolika ?

Odp. Nie.

Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do tarczycy w składzie:

- a) serweta 150x200cm z wycięciem U o wym. 10x 50cm wykończonym taśmą samoprzylepną
- b) serweta 180 x 220cm z taśmą lepłą
- c) pokrowiec na stolik Mayo 80cm x 140cm.
- d) dwie ściereczki chłonne 30x40cm.
- e) taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm.
- f) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulację.
- g) serweta 150x200cm(jako owinięcie zestawu) przykrycie na stolik instrumentalny ?

Odp. Nie.

Zapytanie VI – dotyczy Pakietu Nr 7 :

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do elektroresekcji prostaty w składzie:

- a) serweta o wymiarach 150 x 240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na pręcie 5 x 7cm, jak też osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Dookoła otworów warstwa chłonna 35 x 40cm. Do obłożenia zamocowana jest torba przechwytyjąca płyny z sitem (filtrem) i podłączeniem drenu.
- b) Fartuch endoskopowy, wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki, umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej.
- c) przewód drenażowy Ø 8 mm x 140 cm
- d) całość owinięta w serwetę 150 x 180cm, która może służyć jako przykrycie stolika ?

Odp. Nie.

Zapytanie VII – dotyczy Pakietu Nr 8 :

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji nr 1 obłożenie do zabiegów angiograficznych kardiologicznych wykonane było z włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m² z warstwą wysokochłonną wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 80g/m² i z czterema otworami z których dwa zapewniają dostęp do tętnic udowych oraz kolejne dwa do tętnic promieniowych ?

Odp. Tak.

Poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji nr 2 serweta wykonana była z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m² ?

Odp. Nie.

Poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji nr 6 był to fartuch chirurgiczny pełnobarierowy wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m² z trokami łączonymi kartonikiem, którego sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora ?

Odp. Tak.

Pyt. – dot. pakiet nr 5.

Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie materiałów, z jakich powinny być wykonane poszczególne akcesoria (a opis tylko przez pomyłkę został skopiowany z pakietów dotyczących obłożeń)? W przypadku pomyłki proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany wymieniony asortyment ? Czy taśma mocująca i serweta na stolik Mayo mają być wykonane z trójwarstwowej włókniny laminowanej ? Czy asortyment wymieniony w pakiecie 5 ma na pewno być pakowany w papier krepowy i czy ma posiadać dwie etykiety samoprzylepne ?

Odp. Opis materiałów pozostaje bez zmian, jedynie nie jest wymagane pakowanie w papier krepowy.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala