

Wałbrzych 25.09.2008 r.

DZPZ/ 251/AR/10/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy mebli medycznych ze stali nierdzewnej – Zp/44/PN-32/08

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy: Pakiet 3 – wózek reanimacyjny

1. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o konstrukcji i szufladach ze stali nierdzewnej, blacie i częściach bocznych z tworzywa sztucznego z grupy ABS o wysokiej trwałości; blatem z podniesionymi brzegami i ergonomicznym uchwytem do prowadzenia wózka; o wymiarach całkowitych: szer. 690 x głęb. 620 x wys. 1000 mm; z układem jezdnym wyposażonym w cztery koła Ø 125 mm, antyelektrostatyczne, nie brudzące (z ciemnym ogumieniem), w tym 2 z hamulcami, z systemem łatwego prowadzenia oraz odbojami; z obrotową półką na defibrylator zamontowaną na wysięgniku umożliwiającym łatwy dostęp ze wszystkich stron, blokowaną, obrotową o 360°, półka o wym. 400 x 300 mm z pasami mocującymi sprzęt; wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych odpowiednio o wysokości 75mm, 155mm, 235mm, 315mm; z centralną blokadą szuflad na plomby; z uchwytem na 3 l. butlę tlenem; uchwytem na kroplówki z regulacją wysokości; z koszem na odpady otwierany kolanem o pojemności 8 litrów, z płytą CPR montowana do wózka?

2. W przypadku najgłębszej szuflady, przeznaczonej na płyny infuzyjne, organizator jest niejako zbędny. Czy zatem Zamawiający wymaga aby wszystkie szuflady wózka wyposażone były we wkłady?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wózka wyżej opisanego ze względu na mniejsze rozmiary wózka, w tym wielkości szuflad.

Dotyczy: Pakiet 5 – wózek zabiegowo/opatrunkowy

3. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowo-opatrunkowy o konstrukcji i szufladach ze stali nierdzewnej, z blatem z tworzywa sztucznego z ABS o wysokiej trwałości, blat ze zintegrowanym uchwytem do wygodnego prowadzenia wózka oraz podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu z blatu z czterech stron; 2 szuflady ze stali nierdzewnej na prowadnicach (1 szuflada wysokości 155 mm, 1 szuflada wysokości 235 mm); układ jezdny z 4 kołami Ø 125 mm, tym 2 z hamulcem, koła z odbojnikami; z uchwytem na worek na odpady mocowany z boku wózka, o wymiarach w mm 600 dł. x 590 szer. x 1000 wys.?

Odp. W pakiecie nr 5 nie podajemy opisu wózka z szufladami. Nie dopuszczamy.

Dotyczy: Pakiet 6 – stół – szafka anestezjologiczna

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę anestezjologiczną o konstrukcji i szufladach ze stali nierdzewnej, z blatem i częściami bocznymi z tworzywa sztucznego ABS o wysokiej trwałości, blat z

podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu z trzech stron i wbudowanym uchwytem do prowadzenia wózka; z układem jezdny wyposażonym w cztery koła Ø 150 mm, 2 z hamulcami, z system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami; z 3 uchylnymi, transparentnymi półkami bocznymi; wózek wyposażony w 7 szuflad na prowadnicach rolkowych o szer. 360mm; z centralną blokadą szuflad; z wysuwaną półką pomocniczą; o wymiarach 670 x 620 x 1060 h mm?

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę anestezjologiczną o opisie przedstawionym powyżej, z tą różnicą że wyposażoną w 5 lub 6 szuflad? Mniejsza ilość szuflad skutkować będzie tym, że możliwe będzie zaproponować szuflady o większej różnorodności jeśli chodzi o wysokości, a zatem bardziej funkcjonalnych.

6. W przypadku szafki anestezjologicznej zamykanie szuflad na kluczyk jest pożądanym rozwiązaniem. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby szafka wyposażona była w zamek centralny?

7. Czy Zamawiający wymaga aby szafka anestezjologiczna wyposażona była w kosz na odpady otwierany kolanem? Kosz taki w znaczący sposób ułatwia pracę personelowi medycznemu, a otwieranie go bez konieczności dotykania rękoma wpływa na higienę pracy. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wym. 850 x 620 x 1060 h mm, uwzględniających kosz.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza stolika-szafki anestezjologicznej wyżej opisanej.

Dotyczy: Pakiet 7 – wózek zabiegowy

8. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach w mm 1045 dł. x 540 szer. x 990 wys.; o korpusie i szufladach ze stali malowanej proszkowo, blacie z tworzywa sztucznego z trzystronną bandą; wyposażony w 4 szuflady o szer. 473 mm (3 szuflady wysokości 155 mm, 1 szuflada wysokości 235 mm); 3 uchylne półki boczne; centralny zamek; wysuwaną półkę pomocniczą; blat wózka ze zintegrowanymi uchwytami do prowadzenia wózka; z wysoce mobilnym układem jezdny z 4 kołami Ø 125mm z hamulcem na dwa, z odbojami, ze stojakiem do płynów infuzyjnych, z koszem kolanowym na odpady?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego wózka zabiegowego.

Dotyczy SIWZ , umowy (pakiety nr 3,5,6,7- wózki)

9. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 10 do 21 dni. Wózki medyczne to specyficzny wyrób , który można dowolnie skonfigurować zgodnie z potrzebami klienta. Wyroby te nie leżą w magazynie gotowe do wysyłki – produkuje się je każdorazowo na życzenie klienta. Termin 10 dni jest zbyt krótkim na realizację przedmiotu zamówienia . Z kolei wcześniejsze zamówienie i koszty magazynowania przyczynią się do podwyższenia ceny ofertowej. Z uwagi że nie są to produkty bezpośrednio „ratujące” życie prosimy o pozytywną odpowiedź lub merytoryczne uzasadnienie odmowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 10 do 21 dni.

W związku z powyższym w § 4 ust. 3 pkt a projektu umowy nr 3 A Zamawiający zmienia obowiązujący zapis, na zapis który brzmieć będzie „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a) dla zamówień bieżących – **do 21 dni**”.

10. Prosimy o rezygnację z wymogów szkolenia i montażu w odniesieniu do przedmiotowych pakietów. Taki wymóg jest po prostu bezzasadny (jedynie przyczynia się do podwyższenia ceny oferty) a w razie wystąpienia ewentualnych „problemów” wykwalifikowany personel medyczny może

zapoznać się z instrukcją obsługi . Użytkownik od razu otrzymuje wózki w postaci bezpośrednio nadającej się do korzystania z nich. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odp. W projekcie umowy nr 3 A obowiązującego w pakietach od nr 1 do nr 31 Zamawiający nie postawił wymogu szkolenia personelu i montażu sprzętu. Zapis taki został zawarty w projekcie nr 3 B obowiązującym w pakietach od nr 32 do nr 34.

Zamawiający rezygnuje z wymogów szkolenia i montażu sprzętu w odniesieniu do **wszystkich pakietów**.

W związku z powyższym Zamawiający w § 3 ust. 1 projektu umowy nr 3 B usuwa zapis „...i jego uruchomienia oraz przeszkolenia personelu medycznego...”

Pyt. Dotyczy wszystkich pakietów z meblami mobilnymi:

Czy Zamawiający wymaga, aby kółka do mebli mobilnych były w obudowie ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej, czy dopuszcza zastosowanie kółek w obudowie z tworzywa sztucznego lub ze stali ocynkowanej?

Odp. Zamawiający wymaga aby kółka do mebli mobilnych były w obudowie ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej.

Pyt. Pakiet nr 5

Czy podana wysokość wózka zabiegowego, 85 cm, mierzona jest do blatu czy do rączki chwytnej?

Odp. Do blatu.

Czy podana szerokość wózka, 75 cm, jest mierzona do końca blatu czy z uchwytem worka na odpady?

Odp. Do końca blatu.

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości/długości/ ~370 mm?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający może podać wymiary uchwyty worka na odpady?

Odp. 25 cm/40 cm – wzdłuż boku wózka.

Pyt. Pakiet nr 9

W opisie szczegółowym wózka nie podano długości/głębokości wózka. Czy Zamawiający mógłby podać jaka jest wielkość brakującego parametru?

Odp. Głębokość 50 cm.

Ponadto w/w opisie podano, że wózek winien posiadać szufladę oraz 3 półki otoczone relingami, relingami odległość między półkami wynosi 25 cm.

Czy Zamawiający w tych 3 półkach ujął blat nad szufladą czy blat z szufladą + 3 półki?

Odp. Blat z szufladą + 2 półki.

Czy półki i blat mają być otoczone relingami ze wszystkich stron czy tylko z 3 stron lub 2 na boku krótszym?

Odp. Z trzech stron.

Pyt. Pakiet nr 11

W opisie stolika zabiegowego nie podano materiału z jakiego ma być wykonany.

Proszę o podanie informacji z jakiego materiału ma być wykonany stolik; tj. czy całość ze stali kwasoodpornej lub czy stelaż ze stali zwykłej lakierowanej proszkowo, a blaty ze stali kwasoodpornej.

Odp. Całość ze stali kwasoodpornej.

Pyt. Pakiet nr 12

W opisie stolika zabiegowego podano wymiar: szerokość 60 cm oraz nie podano materiału z jakiego ma być wykonany stolik.

Czy ten wymiar obejmuje również uchwyt worka na odpady, czy jest to szerokość blatu bez uchwytu?

Proszę podać z jakiego materiału ma być wykonany stolik, tj. stelaż, blat oraz półka.

Odp. Całość ze stali kwasoodpornej. Bez uchwytu.

Pyt. Pakiet nr 13

W opisie nie podano wysokości wózka transportowego 2-poziomowego. Czy wymagana wysokość ma wynosić 95 cm, co wynika z podanych 2 innych wymiarów? Proszę potwierdzić ten wymiar lub podać jaki jest wymagany.

Odp. Wysokość wózka wynosi 95 cm.

Pyt. Pakiet nr 14

Czy w podanej szerokości wózka, 65 cm, Zamawiający ujął uchwyt na odpady z pokrywą?

Odp. Szerokość 65 cm bez uchwytu na odpady.

Jaką średnicę powinny mieć koła wózka, aby spełnić warunek Zamawiającego, tj. koła jezdne duże?

Odp. Średnica 15 cm.

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy Ø 50 mm?

Odp. Nie.

Pyt. Pakiet nr 18

W opisie stolika zabiegowego podano tylko wymiar wysokości 2-3 półki na sprzęt. Proszę o podanie brakujących wymiarów stolika lub półek.

Odp. Szerokość 50-60 cm. Głębokość 45-50 cm.

Ponadto, czy Zamawiający mógłby wyjaśnić jak rozumieć zapis: stal nierdzewna – lub lakier proszkowy, kolor srebrny, różowy, seledynowy?

Odp. Stal nierdzewna kwasoodporna. Lakier proszkowy i podane kolory.

Pyt. Pakiet nr 20

Czy w podanym wymiarze szerokości lub głębokości wózka Zamawiający ujął uchwyt do przemieszczania wózka?

Odp. Wymiar bez uchwytu.

Jaki zakres średnic należy rozumieć pod pojęciem „koła średniej wielkość”

Odp. Wielkość 70-80 mm.

Pyt. Pakiet nr 21

Czy Zamawiający mógłby podać, jaki jest wymagany zakres regulacji zagłówka kozetki lekarskie?

Odp. 45 – 60 stopni.

Pyt. Pakiet nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie parawanu mobilnego płytą z poliwęglanu, kanalikową w kolorze białym?

Odp. Gładka powierzchnia płyty umożliwiającą mycie i dezynfekcję.

Pyt. Pakiet nr 25 i 26

Z opisu taboretu obrotowego mobilnego można zrozumieć, że zakres regulacji wysokości jest w przedziale od 440 do 800 mm.

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości w zakresie od 630 do 830 mm?

Odp. Nie,.

Pyt. Pakiet nr 27

Czy Zamawiający wymaga wyposażenie stojaka do kroplówki w kółka w obudowie ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej czy może dopuści zastosowanie kółek z tworzywa sztucznego?

Odp. Wymagamy kółek w obudowie ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej.

Pyt. Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (konstrukcja z profili spawanych)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 tylko i wyłącznie pod warunkiem że stal w gatunku 0H18N9 jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających chlor.

Pyt. Dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie wózka wykonanego ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9?

Jeżeli Zamawiający przewidział inny materiał, to czy dopuści wykonanie wózka ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 tylko i wyłącznie pod warunkiem że stal w gatunku 0H18N9 jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających chlor.

Pyt. Dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wózka o wysokości 905 mm? Proponowana wysokość spowodowana jest dużą ilością szuflad, jaką przewidział Zamawiający. Przy wysokości 800 mm szuflady będą bardzo płytkie, a co się z tym wiąże – nie będą funkcjonalne dla użytkownika.

Odp. Tak.

Pyt. Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie wózka wykonanego ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9?

Jeżeli Zamawiający przewidział inny materiał, to czy dopuści wykonanie wózka ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 tylko i wyłącznie pod warunkiem że stal w gatunku 0H18N9 jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających chlor.

Pyt. Dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający może określić głębokość blatu? Podana przez Zamawiającego głębokość 5cm jest chyba wartością podaną omyłkowo.

Odp. Głębokość – 50 cm. Poprzednia głębokość (5 cm) podana została omyłkowo.

Pyt. Dot. pakietu nr 11 i 12

Czy Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie stolików wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9?

Jeżeli Zamawiający przewidział inny materiał, to czy dopuści wykonanie stolika ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolików wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 tylko i wyłącznie pod warunkiem że stal w gatunku 0H18N9 jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających chlor.

Pyt. Dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiającemu chodzi o wykonanie szafki z drzwiami otwieranymi skrzydłowo (uchylnie) czy przesuwnie?

Odp. Drzwi otwierane skrzydłowo (uchylnie).

Pyt. Dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiającemu chodzi o wykonanie szafki z drzwiami otwieranymi skrzydłowo (uchylnie) czy przesuwnie?

Odp. Uchylnie.

Pyt. Dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający może podać dokładne wymiary wózka tj. długość i szerokość stolika?

Odp. Szerokość 50 -60 cm. Głębokość 45 – 50 cm.

Czy stół ma być wykonany na nóżkach czy może być wyrobem mobilnym?

Odp. Stół zgodnie z opisem – na kółkach.

Pyt. Dot. pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parawanów z wypełnieniem z tkaniny?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parawanów o wymiarach: wysokość 1872 mm, szerokość 1000 mm, szerokość podstawy 600 mm?

Odp. Nie.

Pyt. Dot. pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podestu o wysokości 250 mm?

Odp. Tak.

Pyt. - Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości 2050 mm?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie 0-60°?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wózek o udźwigu 170 kg?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek posiadał funkcję trendelenburga i anty-trendelenburga?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z profili metalowych lakierowanych proszkowo?

Odp. Nie.

Pyt. - Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wysokości 800 mm, szerokości 860 mm, głębokości 555 mm?

Odp. Nie.

Ponadto informujemy iż w pakietach nr 25 i 26 wymiary przedmiotu zamówienia winny brzmieć :

- średnica podstawy 560 mm.,
- średnica siedziska 350 mm,
- regulacja wysokości 440/800 mm.

W związku z modyfikacją pakietów nr 25 i 26, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłużamy termin składania ofert i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert wypada na dzień **24.10.2008 r. godz. 10.00**, termin otwarcia ofert - **24.10.2008 r. godz. 10.15**.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala