

Wałbrzych 21.10.2008 r.

DZPZ/262 /AR/10/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy 15 szt. kardiowerterów defibrylatorów jednojamowych z introduktorami i elektrodami – ICD (VVJ), 15 szt. kardiowerterów defibrylatorów dwujamowych z introduktorami i elektrodami – ICD (DDD) wraz z użyczeniem Zamawiającemu programatora oraz zapewnieniem bezpłatnych dostaw zestawów kabli do pomiarów śródoperacyjnych i papieru do programatora – uzupełniane w miarę potrzeb – Zp/56/PN-42/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego:

I. Przedmiot zamówienia:

- „ 15 szt kardiowerterów defibrylatorów jednojamowych z introduktorami i elektrodami

- 15 szt kardiowerterów defibrylatorów dwujamowych z introduktorami i elektrodami

wraz z użyczeniem Zamawiającemu programatora oraz zapewnieniem bezpłatnych dostaw zestawów kabli do pomiarów śródoperacyjnych i papieru do programatora- uzupełnianie w miarę potrzeb”

Odp. Ad I, pkt. a – ICD jednojamowy – jedna elektroda i właściwej wielkości jeden introduktor niezbędny do jej implantacji.

Ad I, pkt. b – ICD dwujamowy – dwie elektrody (komorowa i przedsionkowa) i całościowej wielkości dwa introduktory niezbędne do implantacji elektrod.

Pyt. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie ilości elektrod oraz introduktorów stanowiących wraz z urządzeniem (kardiowerterem- defibrylatorem) komplet.

Odp. Do każdego zabiegu komplet sterylnych kabelków odpowiednich do typu stymulatora ICD (jedno lub dwujamowy).

Pyt. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie potrzeb zestawów kabli do pomiarów śródoperacyjnych i papieru do programatora, które mają zostać bezpłatnie zapewnione przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy.

Odp. Kable do pomiarów śródoperacyjnych i papier do programatora winne być dostarczane na bieżąco, uzupełniane w miarę potrzeb

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpital