

Wałbrzych 04.11.2008 r.

DZPZ/272 /AR/11/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy 15 szt. kardiowerterów defibrylatorów jednojamowych z introduktorami i elektrodami – ICD (VVJ), 15 szt. kardiowerterów defibrylatorów dwujamowych z introduktorami i elektrodami – ICD (DDD) wraz z użyczeniem Zamawiającemu programatora oraz zapewnieniem bezpłatnych dostaw zestawów kabli do pomiarów śródoperacyjnych i papieru do programatora – uzupełniane w miarę potrzeb – Zp/56/PN-42/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dot. kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą ICD VR – 15 szt:

Pyt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie tylko z aktywną obudową i z możliwością programowego wyłączania pierścienia proksymalnego (SVC) (pkt 6).

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie automatycznie sygnalizujące uszkodzenie elektrody na ekranie programatora? (pkt 16).

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie automatycznie sygnalizujące ERI na ekranie programatora? (pkt 17).

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pomiaru trendu HRV lecz z 30 minutową pamięcią EGM dla dwóch niezależnych kanałów? (pkt 19).

Odp. Tak.

Dot. kardiowerter – defibrylator dwujamowy z elektrodą ICD DR – 15 szt:

Pyt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie tylko z aktywną obudową i z możliwością programowego wyłączania pierścienia proksymalnego (SVC) (pkt 6).

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie automatycznie sygnalizujące uszkodzenie elektrody na ekranie programatora? (pkt 16).

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie automatycznie sygnalizujące ERI na ekranie programatora? (pkt 17).

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pomiaru trendu HRV lecz z 30 minutową pamięcią EGM dla dwóch niezależnych kanałów? (pkt 19).

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający uzna za wystarczające bieżące uzupełnianie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w bezpłatne dostawy zestawów kabli do pomiarów śródoperacyjnych i papieru do programatora w ilościach: 6 szt kabli i 30 szt ryz papieru (1 opakowanie = 6 ryz papieru) realizowanych na czas realizacji umowy?

Odp. Tak.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala