

Wałbrzych 26.11.2008

INFORMACJA O WPLYNIĘCIU PROTESTU

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę uniwersalnego aparatu RTG typu telekomando do wykonywania zdjęć i prześwietleń, zestawu do cyfrowej radiologii pośredniej, systemu zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej RIS oraz archiwizacji PACS, sprzętu komputerowego.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wpłynięciu w dniu 24.11.2008 r. Protestu w przedmiotowym postępowaniu.

Wzywamy Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia Protestu.

Treść protestu w załączeniu.

*Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala*

Warszawa, 2008.11.24

PROTEST

I tak, w pakiecie nr 2, pkt I ppkt.4 zamawiający wymaga aby oferowana kasetę posiadała wymiary: 35 x 124, jednoznacznie wskazując przez to na produkt firmy Fuji gdyż tylko ta firma oferuje na rynku kasety o żądanych przez zamawiającego wymiarach. W związku z powyższym żądamy zmiany ww. parametru i dopuszczenie zestawu kaset umożliwiający uzyskanie obrazu 43x129 cm wraz z profesjonalnym oprogramowaniem do automatycznego łączenia zdjęć w skanerze. Zestaw ten

John

posiada także wbudowaną kratkę przeciwozproszeniową pozwalającą na uzyskanie obrazów najwyższej jakości. Dzięki zestawowi mogą Państwo uzyskać największy rozmiar zdjęcia na rynku (43x129 cm) przy jednorazowej ekspozycji, który nie ograniczałby dostępu do przedmiotowego zamówienia publicznego innym podmiotom poza tymi reprezentującymi firmę Fuji (w tym Carestream Health Poland Sp. z o.o.) i pozwalał przeprowadzić przedmiotowe postępowanie w zgodzie z podstawowymi zasadami ustawy prawo zamówień publicznych tj. uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i autonomiczności opisu przedmiotu zamówienia.

W pakiecie nr 2, pkt I ppkt. 14 zamawiający posługuje się pojęciem „płyty dwustronne” co również wskazuje jednoznacznie na produkt firmy Fuji gdyż przedmiotowe określenie odpowiada jedynie produktom rzeczonyj firmy. Żądamy wykreślenia w tym pkt. zwrotu: „płyty dwustronne” lub zastąpienia je innym równoważnym co pozwoli przeprowadzić przedmiotowe postępowanie w zgodzie z podstawowymi zasadami ustawy prawo zamówień publicznych tj. uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i autonomiczności opisu przedmiotu zamówienia.

W pakiecie nr 2, pkt I ppkt. 15 zamawiający zażądał obsługi przez czytnik kaset z płytą o rozmiarach 35x124 cm, co wskazuje jednoznacznie na produkt firmy Fuji. Żądamy zmiany przedmiotowego zapisu i dopuszczenia zestawu kaset umożliwiającego uzyskanie obrazu 43x129 cm wraz z profesjonalnym oprogramowaniem do automatycznego łączenia zdjęć w skanerze. Zestaw ten posiada także wbudowaną kratkę przeciwozproszeniową pozwalającą na uzyskanie obrazów najwyższej jakości. Dzięki zestawowi mogą Państwo uzyskać największy rozmiar zdjęcia na rynku (43x129 cm) przy jednorazowej ekspozycji, co pozwoli przeprowadzić przedmiotowe postępowanie w zgodzie z podstawowymi zasadami ustawy prawo zamówień publicznych tj. uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i autonomiczności opisu przedmiotu zamówienia.

W pakiecie nr 2, pkt II ppkt. 8, zamawiający opisując przedmiot zamówienia zażądał aby kasetą z płytą obrazową posiadała rozmiary 35x124 cm co jednoznacznie wskazuje na produkt firmy Fuji, która jako jedyna może spełnić to „wymaganie”. W związku z powyższym żądamy zmiany ww. zapisy SIWZ z dotychczasowego i dopuszczenie zestawu kaset umożliwiającego uzyskanie obrazu 43x129 cm wraz z profesjonalnym oprogramowaniem do automatycznego łączenia zdjęć w skanerze. Zestaw ten posiada także wbudowaną kratkę przeciwozproszeniową pozwalającą na uzyskanie obrazów najwyższej jakości. Dzięki zestawowi mogą Państwo uzyskać największy rozmiar zdjęcia na rynku (43x129 cm) przy jednorazowej ekspozycji, co pozwoli przeprowadzić przedmiotowe postępowanie w zgodzie z podstawowymi zasadami ustawy prawo zamówień publicznych tj. uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i autonomiczności opisu przedmiotu zamówienia.

W uzasadnieniu przedstawionych przez nas żądań należy zauważyć, że zamawiający wymaga możliwości odczytu przez czytnik kaset rozmiarze 35x124 cm. Jedynie firma Fuji stosuje kasety w rozmiarze 35x124 cm. Kasety te służą do uzyskaniu obrazu o wymiarach 35x124 cm i zawierają trzy płyty obrazowe

rozmiaru 35x43 cm. Firma Kodak (której produkty oferuje na rynku nasza firma Carestream Health Poland Sp. z o.o.) dla uzyskania obrazów rozmiarów 43x129 cm również stosuje płyty obrazowe 35x43 cm, które są skanowane przez skaner w kasetach 35x43 cm. Zastosowanie czterech kaset 35x43 cm i uzyskanie obrazu o wymiarze 43x129 cm zamiast kasety 35x124 cm nie wpływa na jakość obrazu diagnostycznego, lecz wynika z innej koncepcji uzyskiwania obrazu całej kończyny lub całego kręgosłupa. Wymóg skanowania przez skaner kaset rozmiarów 35x124 cm określa rodzaj technologii wykorzystanej dla osiągnięcia funkcjonalności uzyskania obrazów o rozmiarach 35x124 cm, a nie oczekiwaną funkcjonalność, która będąc domeną oprogramowania stacji technika de facto nie jest wymagana.

Pakiet nr 2, pkt II ppkt.9 Prosimy o dopuszczenie kasety z płytą obrazową rozmiar 15x30 cm skanowanie z rozdzielczością co najmniej 8,2 pikseli/mm.

W pakiecie nr 2, pkt III ppkt. 6 zamawiający opisując parametry oferowanego komputera wskazuje na modele o przestarzałej generacji i jako taka nie jest już oferowana w standardzie przez firmy informatyczne. Czy zamawiający mając na uwadze interes publiczny w kontekście dyspozycji z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) dopuści aby oferowany w zakresie ww. pakietu, komputer był dwurdzeniowy o ekwiwalentnej mocy oraz dopuści jako równoważne możliwość zaoferowania systemu operacyjnego innego niż nie oferowany w standardzie Windows XP Proff PL z SP3. Należy zauważyć, że stacja technika jest integralną częścią czytnika płyt obrazowych i to producent decyduje jakie oprogramowanie powinna zawierać. Sprzęt jest serwisowany przez przeszkolony serwis, a nie przez użytkownika i nie wymaga instalowania jakichkolwiek szczegółowych „Patch'y”. Instalowanie ww. jest nie na miejscu.

W związku z powyższym żądamy:

1. Uznania wniesionego przez naszą firmę (Carestream Health Poland Sp. z o.o.) protestu w całości za zasadny;
2. Dokonania w trybie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikacji treści SIWZ w zakresie pakietu nr 1, zgodnie z żądaniem protestującego (Carestream Health Poland Sp. z o.o.), tak aby nie faworyzować produktów tylko jednego producenta. (dopuszczenie rozwiązań równoważnych wraz z określeniem tej równoważności).

**Proszę o pilne potwierdzenie otrzymania niniejszego protestu na nasz numer:
0 22 465-55-72.**

Z poważaniem,

Monika Kłos
POKUPCJA

W załączeniu odpis KRS.