

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę uniwersalnego aparatu RTG typu telekomando do wykonywania zdjęć i prześwietleń, zestawu do cyfrowej radiologii pośredniej, systemu zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej RIS oraz archiwizacji PACS, sprzętu komputerowego- Zp/72/PN-55/08.

W nawiązaniu do protestu złożonego w dniu 24.11.2008 r. r. przez Wykonawcę Carestream Heath Poland Sp. z o. o. ul. Wyczółki 40, 02-820 Warszawa (informacja o wpłynięciu protestu oraz treść protestu zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.11.2008 r.), Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu informuje iż **protest oddala**.

Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie zasad wyznaczonych przez ustawę Pzp oraz naruszenie interesu prawnego poprzez naruszenie przepisów art. 7 oraz art. 29 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy tj. dokonanie z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie rozwiązań technicznych preferujących konkretnego producenta (wykonawcę).

Protestujący wniósł o uznanie wniesionego protestu w całości za zasadny oraz dokonanie w trybie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikacji treści SIWZ tak aby nie faworyzować produktów tylko jednego producenta.

Uzasadnienie oddalenia protestu:

W nawiązaniu do zarzutów z pakietu nr 2 pkt. I ppkt. 4 i pkt. II ppkt. 8 Zamawiający nie zgadza się z zarzutami Protestującego ponieważ w/w kasety w swojej ofercie posiada więcej niż jedna firma np. Philips.

W nawiązaniu do zarzutów z pakietu nr 2 pkt. I ppkt. 14 Zamawiający nie zgadza się z zarzutami Protestującego gdyż Zamawiający określił optymalne rozwiązania techniczne płyt mammograficznych z zapewnieniem najwyższej jakości obrazu jaka powinna być w mammografii.

W nawiązaniu do zarzutów z pakietu nr 2 pkt. 1 ppkt. 15 Zamawiający zażądał obsługi przez czytnik kaset z płytą o rozmiarach 35 x 124 cm która znajduje się w ofercie więcej niż 1 firmy np. w ofercie Philipsa.

W nawiązaniu do zarzutu z pakietu nr 2 pkt. III ppkt. 6 Zamawiający nie zgadza się z Protestującym ponieważ opisując parametry oferowanego komputera określiliśmy minimalne wymagania w/w sprzętu dlatego dopuszczamy też sprzęt dwurdzeniowy. Dopuszczamy też inny system operacyjny niż Windows XP Proff – zalecany przez producenta stacji technika. W pakiecie nr 2 pkt. II ppkt. 9 Zamawiający nie dopuszcza kasety z płytą obrazową rozmiar 15 x 30 cm skanowane z rozdzielczością co najmniej 8,2 pikseli/mm.

Pouczenie:

Od rozstrzygnięcia powyższego protestu przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej z Działu VI Rozdziału 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

