

Wałbrzych 03.12.2008 r.

DZPZ/299/12/MZ/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych– Zp/76/PN-57/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją jego wysokości w zakresie 43-80,5cm?

Parametr ten tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżka.

Odp. Dopuszcza się.

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją jego wysokości w zakresie 51-82,5 cm?

Parametr ten tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżka.

Odp. Nie dopuszcza się.

*Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala*