

Wałbrzych 05.12.2008 r.

DZPZ/ 301/AR/12/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych – 11 sztuk – Zp/76/PN-57/08

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy 5 łóżek z ramą ortopedyczną i regulacją wysokości

1. Czy Zamawiający wymagając regulacji wysokości w zakresie od około 40-82 cm miał namyśli elektryczną regulację wysokości sterowaną za pomocą pedałów umieszczonych z obu stron łóżka ?

Odp. Zamawiający miał na myśli sterowanie nożne (nie elektryczne), ale zaoferowanie sterowania elektrycznego również jest dopuszczalne.

2. Czy Zamawiający wymagając zaoferowania łóżka z metalowym leżem łatwym do dezynfekcji 3 lub 4 segmentowym oczekuje aby regulacja oparcia pleców, regulacja segmentu uda oraz regulacja funkcji przechyłów wzdłużnych dokonywane były za pomocą silowników elektrycznych co jest standardem dla tego typu łóżek ?

Odp. Zastosowanie silników elektrycznych jest dopuszczalne, ale nie jest wymogiem.

3. Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający oczekuje, aby oferowane łóżka i rama ortopedyczna posiadały bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min 230 kg ?

Odp. Bezpieczne obciążenie robocze ramy musi wynieść minimum 230 kg.

4. Czy w związku z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi łóżek , Zamawiający oczekuje aby ze względów bezpieczeństwa oferowane łóżka posiadały automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych po max 180 sekundach od wykonania ostatniego ruchu łóżkiem ?

Odp. W przypadku zaoferowania łóżka ze sterowaniem elektrycznym – tak.

5. Czy w związku z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi łóżek , Zamawiający oczekuje aby ze względów bezpieczeństwa oferowane łóżka posiadały sygnalizację podłączenia do sieci 220 V ?

Odp. Jak w pkt. 4.

6. Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w dezynfekcji i utrzymaniu w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych , charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania kolumnowego, ale nie jest ono wymogiem.

Dotyczy 6 łóżek przystosowanych do mocowania wysięgnika

1. Czy Zamawiający również oczekuje , aby oferowane łóżko posiadało metalowe leże łatwe do dezynfekcji 3 lub 4 segmentowe z płynną elektryczną regulacją segmentów oparcia pleców, oparcia uda, przechyłów wzdłużnych ?

Odp. Jak w pkt. nr 4 łóżek z ramą ortopedyczną.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko , które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie około 40-82 cm ?

Odp. Tak.

3. Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający oczekuje , aby oferowane łóżka posiadały bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min 230 kg ?

Odp. Tak.

4. Czy w związku z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi łóżek , Zamawiający oczekuje aby ze względów bezpieczeństwa oferowane łóżka posiadały automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych po max 180 sekundach od wykonania ostatniego ruchu łóżkiem ?

Odp. Jak w pkt. nr 4 łóżek z ramą ortopedyczną

5. Czy w związku z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi łóżek , Zamawiający oczekuje aby ze względów bezpieczeństwa oferowane łóżka posiadały sygnalizację podłączenia do sieci 220 V ?

Odp. Jak w pkt. nr 4 łóżek z ramą ortopedyczną

6. Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w dezynfekcji i utrzymaniu w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych , charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ?

Odp. Jak w pkt. nr 6 łóżek z ramą ortopedyczną.

Pyt. Czy Zamawiający oczekuje sterowanego elektrycznie o konstrukcji kolumnowej ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania kolumnowego sterowanego elektrycznie lecz nie jest ono wymogiem.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego ?

Odp. Opis płyt został określony w zał. nr 1 do siwz.

Pyt. Czy zamawiający poprzez wymóg zaopatrzenia łóżka w centralną blokadę rozumie uruchamianie blokady z jednej dźwigni blokującej wszystkie 4 koła jednocześnie ?

Odp. Centralna blokada oznacza uruchomienie blokady 4 kół za pomocą jednej dźwigni blokującej.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści regulacje wysokości w zakresie 415 – 815 mm?

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający wymaga dostawy materaca bezszwowego ze zgrzewanymi krawędziami, spełniającego normy europejskie co do niepalności ?

Odp. Opis materacy został określony w zał. nr 1 do siwz.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

