

Wałbrzych 09.12.2008 r.

DZPZ/304/12/AR//08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych: defibrylatorów, respiratorów, ssaków mechanicznych, walizek reanimacyjnych, zestawów narzędzi, mikrotomów, centrum do zatapiania tkanek w parafinie, łaźni wodnej- Zp/78/PN-59/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy pakietu nr 1

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 – zadania: 30 walizek reanimacyjnych i utworzenia oddzielnego pakietu na który można składać ofertę?
2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania walizki wykonanej z anodyzowanego aluminium w kolorze srebrnym, wykonanej wewnątrz z tworzywa ABS z regulowanymi przegrodami w kolorze jaskrawej czerwieni o wymiarach: 526 x 400 x 200mm , z możliwością umieszczenia wszystkich akcesoriów zgodnie z wymaganiami specyfikacji oraz butli 2 l ?

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu w/w zadania.

Parametry techniczne – tak jak w SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 3

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 3 – zadania: 11 defibrylatorów i utworzenie osobnego pakietu, na który można składać ofertę oddzielną?
2. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania defibrylatora uruchamiającego się w momencie otwarcia pokrywy ?
3. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania elektrod uniwersalnych do defibrylatora przeznaczonych do defibrylacji dorosłych i dzieci o wadze od 25 kg?
4. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania defibrylatora, który w sposób akustyczny (przewodnik głosowy w języku polskim) i świetlny prowadzi ratownika przez kolejne algorytmy postępowania?
5. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania defibrylatora o wadze 2,6 kg ?
6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania półautomatycznego defibrylatora dwufazowego, którego max. energia wyładowania wynosi 150 J?
7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora, w którym przekazanie danych odbywa się poprzez kartę danych?

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu w/w zadania.

Parametry techniczne – tak jak w SIWZ.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

