

Wałbrzych 12.12.2008 r.

DZPZ/313/AR/12/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę uniwersalnego aparatu RTG typu telekomando do wykonywania zdjęć i prześwietleń, zestawu do cyfrowej radiologii pośredniej, systemu zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej RIS oraz archiwizacji PACS, sprzętu komputerowego – Zp/72/PN-55/08

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet Nr 1, pkt. II.8

Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki i dopisanie wartości dla Max prądu anodowego dla fluoroskopii Min. 10 mA. Wartość 650 mA jest wartością oferowaną tylko dla radiografii i żaden z producentów nie jest w stanie spełnić tak postawionego wymogu.

Odp. Zamawiający określa maksymalny prąd anodowy jedynie dla radiografii. Rezygnuje (wykreśla z zał. nr 1 do SIWZ - pakiet nr 1) z określenia maks. prądu anodowego dla fluoroskopii.

Pakiet Nr 1, pkt. III.5,6

Czy słowo nominalna oznacza tożsamy z normami IEC 336 / EN 60336?

Odp. Moc nominalna oznacza moc podaną przez producenta aparatu.

Pakiet Nr 1, pkt. III.9

Prosimy o wprowadzenie wymogu zaoferowania obu kolimatorów. Słowo „lub” oznacza alternatywę i może dojść do sytuacji, że zakupiony aparat nie będzie kolimował do zastosowanej kasety (nie ma takiego wymogu w innych punktach specyfikacji) albo nie będzie kolimował do wybranego formatu wzmacniacza obrazu, co wiąże się z dodatkową dawką na obszarze ciała pacjenta poza okręgiem zastosowanego formatu wpisanego w kwadrat kolimowanej wiązki.

Odp. Zamawiający określa wymóg kolimatora prostokątnego, rezygnuje z kolimatora irysowego (wykreśla z zał. nr 1 do SIWZ - pakiet nr 1).

Pakiet Nr 1, pkt. V.1,2,3,4

Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki i wykreśleniu w/w punktów, skoro zamawiany aparat nie jest wyposażony w cyfrowy system akwizycji i obróbki obrazów oparty na torze TV. W/w funkcjonalność nie jest możliwa do zrealizowania na urządzeniu wyposażonym jedynie w funkcję LIH.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 4 ppkt. 7 ma na myśli kamerę CCD o matrycy aktywizacyjnej min. 1024 x 512 pikseli.

Pakiet Nr 1, pkt. VI

Czy oferowany stół ma mieć regulowaną wysokość dla poprawienia komfortu pacjenta i personelu?

Odp. Zamawiający dopuszcza taka możliwość – nie jest jednak ona wymagana.

Pakiet Nr 1, pkt. VI.7

Czy SID ma być ustawiana przez operatora w dowolnym położeniu pomiędzy wartościami maksymalną i minimalną, zarówno dla trybu radiografii, jak i fluoroskopii?

Odp. Dla trybu radiografii.

Pakiet Nr 1, pkt. VI.9,11

Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki. Skoro wymagany jest kąt tomografii 40°, to oczywiście również projekcje skośne powinny być dostępne dla tej samej wartości kąta.

Odp. Zamawiający rezygnuje z określenia kątów dla tomografii i wymaga jedynie min. 3 nastawy kątów.

Pakiet Nr 1, pkt. VI.15

Czy opisana funkcjonalność może być zrealizowana za pomocą unikalnego rozwiązania, polegającego na odpięciu lampy od wzmacniacza obrazu i seriografu i ustawienia jej do tej projekcji manualnie (kosztem braku regulacji SID dla fluoroskopii),

czy też zgodnie z nazwą i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia (Aparat RTG typu telekomando do zdjęć i prześwietleń) funkcjonalność ta ma być realizowana za pomocą niezależnej lampy na zawieszeniu sufitowym, a oferowane urządzenie będzie nierozłączną jednomodułową konstrukcją typu i klasy „telekomando”, zgodnie z definicją ?

Odp. Zamawiający określa jedynie funkcjonalność aparatu, a nie rozwiązania techniczne.

***Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka***