

Dostawy - 204734-2016

16/06/2016 S115 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

[I.II.III.IV.VI.](#)

Polska-Wałbrzych: Wyroby do angiografii

2016/S 115-204734

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Osoba do kontaktów: Agnieszka Rudzka

58-309 Wałbrzych

Polska

Tel.: +48 746489700

E-mail: agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl

Faks: +48 746489700

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdrowie.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.3) **Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

Zdrowie

I.4) **Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających**

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) **Opis**

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:**

Dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Dostawy

Kod NUTS

II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu**

Pakiet nr 1 – Cewnik diagnostyczny do koronarografii.

Pakiet nr 2 – Cewnik prowadzący do koronaroplastyki.

Pakiet nr 3 – Introducer.

Pakiet nr 4 – Introducer zbrojony długi.

Pakiet nr 5 – Prowadnik do koronarografii.

Pakiet nr 6 – Prowadnik hydrofilny.

Pakiet nr 7 – Prowadnik do koronaroplastyki.

Pakiet nr 8 – Balon do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej.

Pakiet nr 9 – Stent uwalniający lek na cewniku balonowym.

Pakiet nr 10 – Stent wieńcowy Cr – Co na balonie wysokociśnieniowym.

Pakiet nr 11 – Cewnik balonowy semi compliant.

Pakiet nr 12 – Cewnik balonowy typu semi compliant.

Pakiet nr 13 – Cewnik balonowy non compliant do angioplastyki wieńcowej.

Pakiet nr 14 – Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).

Pakiet nr 15 – Stentgraft wieńcowy.

Pakiet nr 16 – Strzykawka ciśnieniowa z manometrem.

Pakiet nr 17 – Kopułka ciśnieniowa.

Pakiet nr 18 – Sprzęt drobny.

Pakiet nr 19 – Cewnik balonowy non compliant do angioplastyki wieńcowej.

Pakiet nr 20 – Stent wieńcowy.

Pakiet nr 21 – Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek Sirolimus.

Pakiet nr 22 – Cewnik balonowy do CTO.

Pakiet nr 23 – DES chromowo – kobaltowy hybrydowy uwalniający sirolimus oraz pokryty pasywnie.

Pakiet nr 24 – Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej.

Pakiet nr 25 – Cewnik aspiracyjny.

Pakiet nr 26 – Cewnik balonowy do PTCA uwalniający Paclitaxel.

Pakiet nr 27 – Stent wieńcowy kobaltowo – chromowy.

Pakiet nr 28 – Stent wieńcowy kobaltowo – chromowy.

Pakiet nr 29 – Stent wieńcowy kobaltowo – chromowy przeznaczony do leczenia bifurkacji.

Pakiet nr 30 – Cewnik prowadzący do koronaroplastyki – przeznaczony do zabiegów z dostępu promieniowego.

Pakiet nr 31 – Stent wieńcowy stalowy uwalniający Sirolimus.

Pakiet nr 32 – Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną – Sirolimus (DES).

Pakiet nr 33 – Prowadnik wieńcowy dedykowany do CTO.

Pakiet nr 34 – Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego.

Pakiet nr 35 – Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej.

Pakiet nr 36 – System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru.

Pakiet nr 37 – – Bioresorbowalne rusztowanie magnezowe.

Pakiet nr 38 – Stent wieńcowy kobaltowo – chromowy.

Pakiet nr 39 – Mikrocewnik do CTO.

Pakiet nr 40 – Mikrocewnik do CTO.

Pakiet nr 41 – Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek.

Pakiet nr 42 – Cewnik balonowy nacinająco pozycjonujący.

Pakiet nr 43 – Cewnik balonowy typu semi compliant.

Pakiet nr 44 – Cewnik balonowy non compliant do angioplastyki wieńcowej.

Pakiet nr 45 – Pętla do usuwania ciał obcych.

Pakiet nr 46 – Cewnik prowadzący do koronaroplastyki.

Pakiet nr 47 – Prowadnik do angioplastyki wieńcowej.

Pakiet nr 48 – Cewnik diagnostyczny do koronarografii.

Pakiet nr 49 – Prowadnik FFR.

Pakiet nr 50 – Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Svana-Ganza.

Pakiet nr 51 – Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia

Pakiet nr 52 – Bioresorbowalne rusztowanie do naczyń wieńcowych.

Pakiet nr 53 – Cewnik wysokospecjalistyczny sterowalny.

Pakiet nr 54 – System do aspiracji skrzeplin.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33111710, 33111730

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Cewnik diagnostyczny do koronarografii

1) Krótki opis

Wymagane parametry:

cewniki pigteil, katowe (o kątach 145st. 155st.), proste z 6 otworami, w tym długość 110 cm, rozmiary 4F, 5F, 5, 2F, 6F, 7F

dostępne w długościach 65-125 cm, (co najmniej 4 długości w tym 100cm);

duże światło wewnętrzne minimum 0,042" dla 4F, 0.047" dla 5F i 0.057" dla 6F.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres

800 op.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Cewnik prowadzący do koronaroplastyki

1) Krótki opis

Wymagane parametry:

— cewniki o dużej średnicy wewnętrznej min. 0,071" dla 6F, 0,058" dla

5F,0,081" dla 7F, 0,090" dla 8F –przy zachowaniu zbrojenia metalowego
— cewniki zbrojone metalowym oplotem, zapewniające bardzo dobre podparcie

— odporne na złamanie i zagięcie, charakteryzujące się długą pamięcią kształtu, zachowujący niezmiennie światło na całej długości łącznie z końcówką.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

1500 op.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 3 Nazwa: Introducer

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

— zróżnicowane profile 5F – 10F,

— długości 11 – 23 cm;

— atraumatyczne, odporne na złamanie,

— zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory,

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

4580 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 4 Nazwa: Introducer zbrojony długi

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

— zróżnicowane profile 6F – 7F,

— odporne na załamanie i zagięcia,

— zastawka hemostatyczna zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu cewnika,

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

70 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 5 Nazwa: Prowadnik do koronarografii

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

— dostępne zakresy średnic zewnętrznych 0,018" – 0,038"

— dostępne długości 150 – 260 cm

— zakończone prosto lub w kształcie litery „J”.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
1000 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 6 Nazwa: Prowadnik hydrofilny

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - Średnice: 0,018"; 0,020"; 0,025"; 0,032" 0,035"; 0,038"
 - dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper)
short = 1 cm, regular = 3 cm oraz long = 5 cm
 - końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
2500 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 7 Nazwa: Prowadnik do koronaroplastyk

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - średnica 0.014"
 - dostępna końcówka prosta i J
 - dostępny w długości 190 – 300 cm bez stosowania przedłużacza,
 - różne rodzaje przewodników dostosowane do charakteru zmian (ponad 20) przewodników (niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia).
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
1500 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 8 Nazwa: Balon do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - Kompatybilny z pompą wewnątrzaoortalną Data Scope(25cc, 34cc ,40 cc,50cc)
 - Budowa co – lumen
 - Elastyczność i oporność na złamania i zagięcia
 - Zatraskowy i nieinwazyjny system mocowania cewnika do skóry
 - Potwierdzenie zastosowania w co najmniej 500 przypadków w Polsce
 - Różne rozmiary balonu dostosowane do wzrostu pacjenta 150 – 200 cm.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
30 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 9 Nazwa: Stent uwalniający lek na cewniku balonowym

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - Uwalniany lek – pochodna rapamycyny (everolimus)
 - Długość 8-38 mm
 - Średnice 2,25-4,0 mm
 - Stop platynowo-chromowy
 - Profil natarcia 0,018”.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
500 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 10 Nazwa: Stent wieńcowy Cr – Co na balonie wysokociśnieniowym

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - stent o budowie slotted tube wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, którego podstawę w ponad 50 % stanowi kobalt, a żelazo nie przekracza 3 %
 - dostępne długości stentów od 8 – 28 mm(8, 12, 15, 18, 23, 28) dla wszystkich oferowanych średnic
 - dostępne średnice stentów od 2,0 mm do 4,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0)
 - profil przejścia stentu osadzonego na balonie: „0,041”przy średnicy 3,0 x 18 mm
 - skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 0 %,
 - grubość ściany stentu mniejsza lub równa 0,0032 dla wszystkich rozmiarów.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
500 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 11 Nazwa: Cewnik balonowy semi compliant

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - powłoka balonu hydrofilna
 - profil wejścia balonu max 0,017”
 - ciśnienie nominalne 8 ATM
 - długość systemu doprowadzającego 145 cm.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
900 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 12 Nazwa: Cewnik balonowy typu semi compliant

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - typ: „rapid exchange” i OTW (w całym wymaganym przedziale średnic)
 - ciśnienie nominalne 6 atm dla średnicy 1,25 i 1,5 mm oraz 8 atm dla pozostałych średnic
 - ciśnienie RBP 12 atm dla średnicy 1,25 i 1,5 mm oraz 14 atm dla pozostałych średnic.
 - profil balonu 0,023” przy średnicy 3,0 mm
 - profil balonu 0,020” przy średnicy 1,25 mm.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
900 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 13 Nazwa: Cewnik balonowy non compliant do angioplastyki wieńcowej

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - typ: „rapid exchange”
 - średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm
 - różne długości balonu: 6, 9, 12, 15, 21, 27 mm
 - typ balonu „non – compliant”
 - nowy materiał balonu – „Soft Fulcrum Plus” – elastyczny i giętki – pozwala na przejście wąskich zmian w krętych naczyniach
 - materiał bardzo trwały i odporny na uszkodzenia.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
300 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 14 Nazwa: Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)

- 1) **Krótki opis**
Wymagania poparte:
 - Kompatybilność z urządzeniem s5 firmy Volcano Therapeutics
 - Cewniki do ultrasonografii tętnic wieńcowych (Crossing profile nie większy niż 3,5 F, częstotliwość pracy głowicy nie mniejsza niż 20 MHz, dostosowane do przewodnika 0,014”).

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
50 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 15 Nazwa: Stentgraft wieńcowy

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczyń, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczyń
 - pokrycie nakładane metoda elektrospun (nie plecione)
 - grubość pokrycia 90um
 - dostępne długości 15, 20, 26 mm.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
5 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 16 Nazwa: Strzykawka ciśnieniowa z manometrem

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - Wykonana z przezroczystego materiału;
 - wytwarzająca ciśnienie min. 30 atm.,
 - pojemność min. 20 ml,
 - możliwość łatwego wykonywania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji,
 - w zestawie ze strzykawką kranik trójdrożny,
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
1500 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 17 Nazwa: Kopułka ciśnieniowa

- 1) **Krótki opis**
Przetwornik do pomiaru ciśnienia systemowego metodą krwawą.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
400 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Sprzęt drobny

1) Krótki opis

Rampa dwudrożna (Łącznik dwukranowy)

Y – conector

Torquer

Cewnik wysokociśnieniowy

(przedłużacz)

Cewnik niskociśnieniowy

(przedłużacz)

Igła angiograficzna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres

Rampa dwudrożna (Łącznik dwukranowy) – 2000 szt.

Y – conector – 1200 szt.

Torquer – 100 szt.

Cewnik wysokociśnieniowy – 1500 szt.

(przedłużacz)

Cewnik niskociśnieniowy – 1500 szt.

(przedłużacz)

Igła angiograficzna – 1000 szt.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 19 Nazwa: Cewnik balonowy non compliant do angioplastyki wieńcowej

1) Krótki opis

Wymagane parametry:

— powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu

— system doprowadzający typu RX

— materiał balonu: Pebax

— profil wejścia 0,018”.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres

400 szt.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 20 Nazwa: Stent wieńcowy

1) Krótki opis

1. Platforma stentu wykonana ze stali medycznej nierdzewnej 316L

2. Stent pokryty abluminalnie Biolimusem A9 i uwalniany bezpośrednio z mikrostrukturalnej powierzchni stentu

3. Lek uwalnia się w sposób kontrolowany z platformy stentu w przeciągu 28 dni

4. Wysoka siła radialna: > 0.67 bar

5. Dostępne długości stentu: od 8mm do 36mm

6. Dostępne średnice: od 2.25 do 4mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

200 op.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 21 Nazwa: Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek Sirolimus

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

1. Cewnik balonowy pokryty Sirolimusem (1.27µg/mm²) uwalnianym z fosfolipidowej nano powłoki

2. Dostępne długości balonu: 10,15, 20, 25, 30, 35, 40 mm

3. Dostępne średnice: 1.50, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm

4. Ciśnienie nominalne: 6 atm

5. Ciśnienie RBP: 16 atm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

100 op.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 22 Nazwa: Cewnik balonowy do CTO

1) **Krótki opis**

Cewnik balonowy do CTO – 2 poz.

Wymagane parametry pkt.1:

— średnica 0,85 mm

— długości 10 i 15 mm

Wymagane parametry pkt.2

— średnica 1,1 mm

— długości 10 – 22 mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

1 – 20 szt.

2 – 20 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 23 Nazwa: DES chromowo – kobaltowy hybrydowy uwalniający sirolimus oraz pokryty pasywnie

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

— Konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywnie pokrywane substancją

przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia oraz kontrolowanie uwalniające sirolimus.

— Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly – L – Lactic Acid).

— Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości

— Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30 mm.

— Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

400 op.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 24 Nazwa: Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

— komora uciskowa wypełniona powietrzem (nominalna objętość 13 ml, maksymalna 18ml) ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie komory powietrzem lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki

— transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy

— czas utrzymywania ok. 2 h

— dostępny w rozmiarach standardowym i większym – large (opaska dłuższa o 5 cm).

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

2000 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 25 Nazwa: Cewnik aspiracyjny

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

— Długość 145 cm

— Dostępny w wersji 6F i 7F

— Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm

— Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie

— Zewnętrzna średnica cewnika (w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym):

6F: 0,067"/0,067"/0,051"

7F: 0,078"/0,078"/0,063".

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
100 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 26 Nazwa: Cewnik balonowy do PTCA uwalniający Paclitaxel

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - długość od 10 mm – 250 mm
 - średnica od 1,5 mm – 6.0mm
 - 3 – gr cewnika balonowego z lekiem Paclitaxel 2ug/mm2
 - crossing profile dla wszystkich rozmiarów 0,038” mniej niż 1.0mm
 - uwalnianie leku Paclitaxel przy 6atm lub wyższej RBP 22atm.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
50 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 27 Nazwa: Stent wieńcowy kobaltowo – chromowy

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry dla asortymentu:
 - stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, obecność w stopie niklu (Ni) poniżej 12 %
 - stent montowany fabrycznie na balonie typu semi – compliant, w sposób mocny i pewny zabezpieczający przed zsunięciem stentu w trakcie pokonywania zmiany
 - system doprowadzający typu monorail
 - długość systemu doprowadzającego >135 cm
 - dostępne minimalne długości stentów od 8 – 25 mm.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
200 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 28 Nazwa: Stent wieńcowy kobaltowo – chromowy

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry dla asortymentu:
 - Stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia
 - Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm.
 - Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
400 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 29 Nazwa: Stent wieńcowy kobaltowo – chromowy przeznaczony do leczenia bifurkacji

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry dla asortymentu:
 - stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego
 - średnica stentów (naczynie główne-bocznica) -2,5 – 2,5; 3,0 – 2,5; 3,5 – 2,5 mm)
 - niski profil systemu
 - materiał balonu: nylon
 - grubość przęsła 0,0033 mm.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
50 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 30 Nazwa: Cewnik prowadzący do koronarooplastyki – przeznaczony do zabiegów z dostępu promieniowego

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - cewniki o dużej średnicy wewnętrznej min. 0,070” dla 6,5F, 0,081 dla 7,5 F
 - cewniki zbrojone metalowym oplotem – 8 splotów szerokich oraz 8 splotów wąskich, zapewniające bardzo dobre podparcie
 - odporne na złamanie i zagięcie, charakteryzujące się długą pamięcią kształtu, zachowujący niezmiennie światło na całej długości łącznie z końcówką
 - dostępne w rozmiarach średnic 6,5F – 7,5F,
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
200 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 31 Nazwa: Stent wieńcowy stalowe uwalniający Sirolimus

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - średnice 2,25 – 4,5 mm (2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5)
 - długości 12 – 38 mm (12, 16, 20, 25, 31, 38 mm)
 - stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L605
 - stent wycinany laserowo typu Slotted Tube.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
200 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 32 Nazwa: Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną – Sirolimus (DES)

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - substancja czynna: sirolimus (1.2 µg/mm²)
 - pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej
 - brak powłoki polimerowej
 - platforma: stent kobaltowo – chromowy
 - minimalny zakres średnic: 2.0 – 4.0 mm
 - minimalny zakres długości: 9 – 32 mm.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
100 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 33 Nazwa: Prowadnik wieńcowy dedykowany do CTO

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry
 - średnica 0,014 " z dostępnością prowadnika 0,010"
 - prowadnik wykonany ze stali 316L z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu, bez łączeń,
 - prowadnik o długości 180cm i 300 cm z dostępnością prowadnika 190 cm i 330 cm
 - dostępna końcówka prosta i J
 - dostępny prowadnik z taperowaną końcówką.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
200 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 34 Nazwa: Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego po użyciu introducera 6 – 8F
 - komponenty w pełni biodegradowalne w terminie 90 dni.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
50 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 35 Nazwa: Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej

- 1) **Krótki opis**
Wymagany skład zestawu:
 - uniwersalny cewnik 8F/30ml lub 8F/40ml
 - z korpusem zbrojonym drutem oraz kanałem
 - centralnym z nitinolu o średnicy 0.032", cewnik
 - pokryty powłoka hydrofilna, membrana balonu.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
30 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 36 Nazwa: System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku
 - Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa)
 - Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo-Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu (technologia Core Wire)
 - Budowa stentu otwartokomórkowa
 - dostępne średnice stentu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm
 - dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

- 3) **Wielkość lub zakres**
100 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 37 Nazwa: Bioresorbowalne rusztowanie magnezowe

- 1) **Krótki opis**
 - Rusztowanie wykonane z Magnezu
 - Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid)
 - Lek: sirolimus w dawce 1.4 µg/mm²
 - Dostępne długości 15, 20, 25 mm
 - Dostępne średnice 3,0 i 3,5 mm
 - Crossing profile 1,50 mm.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
20 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 38 Nazwa: Stent wieńcowy kobaltowo – chromowy

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L – 605
 - stent wycinany laserowo typu „slotted tube”
 - stent z powłoką opartą na węglu pirolitycznym przyspieszającą endotelizację i eliminującą uwalnianie się jonów metali do krwi
 - stent o konstrukcji zamkniętokomórkowej
 - możliwość wyłączenia DAT i zastąpienia jej aspiryną potwierdzona badaniem klinicznym.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
100 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 39 Nazwa: Mikrocewnik do CTO

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - mikrocewnik wykonany ze stali
 - szaft gwintowany pozwalający na wkręcanie mikrocewnika w trudne zmiany
 - długość użytkowa szaftu 135cm
 - szaft taperowany: średnica końcówki 1.8F, średnica szaftu 2.1F
 - kompatybilny z przewodnikiem 0.014”.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
10 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 40 Nazwa: Mikrocewnik do CTO

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - mikrocewnik wykonany ze stali
 - szaft gwintowany pozwalający na wkręcanie mikrocewnika w trudne zmiany
 - długość użytkowa szaftu 135cm
 - dostępna wersja z szafem taperowanym trójstopniowo: średnica końcówki 2.1F, średnica szaftu dystalnego 2.6F, średnica szaftu proksymalnego 3.0F.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
10 op.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 41 Nazwa: Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszkanką paclitacselu i jopromidu
 - brak powłoki polimerowej
 - substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszanke z syntetycznym środkiem wiążącym
 - wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm
 - minimalny wymagany zakres długości 10,15,20,25,30,35,40 mm
 - balon składany czteropunktowo.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
30 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 42 Nazwa: Cewnik balonowy nacinająco pozycjonujący

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - Konstrukcja spiralnego ostrza
 - Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon
 - Dostępne średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 mm.
 - Dostępne długości: 10, 15, 20 mm.
 - Ciśnienie nominalne 8 atm.
 - RBP 20 atm. (2.0 – 2.5 mm.), 18 atm dla 3.0 mm., 16 atm.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33111730
- 3) **Wielkość lub zakres**
20 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 43 Nazwa: Cewnik balonowy typu semi compliant

- 1) **Krótki opis**
Wymagane parametry:
 - Cewnik balonowy pół podatny
 - Konstrukcja hypotube
 - Materiał SCP (polimer semi krystaliczny)

- Złożenie dwu lub trójkładkowe
- Dostępne długości: 6; 10; 15; 20; 25; 30 mm.
- Dostępne średnice: 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

900 op.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 44 Nazwa: Cewnik balonowy non compliant do angioplastyki wieńcowej

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

- Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy
- Konstrukcja hypotube
- Materiał SCP (polimer semi krystaliczny)
- Złożenie trójkładkowe
- Profil wejścia 0,018"
- Długość systemu dostarczania 145 cm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

300 op.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 45 Nazwa: Pętla do usuwania ciał obcych

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

Pętla i mikropętla wielopłaszczyznowe do usuwania ciał obcych składające się z trzech pętli nitinolowych umożliwiających chwytanie obiektów pod każdym kątem: średnica pętli: 2-4, 4-8, 6-10, 9-15, 12-20, 16-30, 27-45 mm długość 120 cm lub 175 cm w zestawie z kompatybilnym introducerem o średnicy 3,2F, 6F lub 7 F i długości 100 cm lub 150 cm w zależności od wielkości pętli (do wyboru).

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

20 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 46 Nazwa: Cewnik prowadzący do koronaroplastyki

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

- cewnik prowadzący do angioplastyki o średnicy 6F i świetle wewnętrznym 0,072" zapewniającym kompatybilność ze sprzętem również podczas

skomplikowanych procedur.

— długość standardowa 100 cm.

— dostępne cewniki o długościach 90 cm, 125 cm i 110 cm (pigtail).

— podwójny stalowy opłot ze stali nierdzewnej zapewniający doskonałe podparcie i stabilność krzywizny w temperaturze 37st. C.

— gwarantowana stała średnica wewnętrzna od uchwytu do końcówki włącznie i wewnątrz cewnika pokryte PTFE ułatwiają wprowadzanie narzędzi.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

500 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 47 Nazwa: Prowadnik do angioplastyki wieńcowej

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

— Typ konstrukcji; „shaping ribbon” „core to tip” „one piece”

— Prowadniki o rdzeniu stalowym, nitynowym wzbogaconym chromem,

— Długości 175, 190, 195 cm

— Dostępny w wersjach z pokryciem hydrofobowym, hydrofilno/hydrofobowym, Hydrofilnym

— Dostępne końcówki „J” oraz proste.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

100 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 48 Nazwa: Cewnik diagnostyczny do koronarografii

1) **Krótki opis**

Cewniki do lewej i prawej tętnicy wieńcowej oraz do wentrykulografii.

Cewniki diagnostyczne do koronarografii nietypowe.

Wymagane parametry:

— cewniki pigtail o średnicy wewnętrznej 0.041”

— rozmiary 5F, 6F, 7F

— dostępne w długościach 80, 90, 100, 110, 125 cm

— duże światło wewnętrzne minimum 1.14 mm, 0.045” dla 5F prawy, 1.2mm 0.047” dla 5F lewy, 0.056” 1.42 mm dla 6F.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

Cewniki do lewej i prawej tętnicy wieńcowej oraz do wentrykulografii – 1000 szt.

Cewniki diagnostyczne do koronarografii nietypowe – 500 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 49 Nazwa: Prowadnik FFR

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

- instrukcja obsługi w języku polskim
- prowadnik do pomiaru przepływów wewnątrzświecowych
- długość prowadnika roboczego 185 i 300 cm
- końcówki J i prosta
- średnica prowadnika 0.014 cala.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

50 op.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 50 Nazwa: Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Svana – Ganza

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Swan-Ganza, 7 Fr x 110 cm, 4-światłowy, wyposażony w balonik na końcu cewnika z komorą testowania szczelności, z osłonką na cewnik umożliwiającą swobodne manewrowanie i późniejsze przemieszczenie z wmontowanym zespolonym czujnikiem temperatury iniektatu.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

100 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 51 Nazwa: Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczającym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

100 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 52 Nazwa: Bioresorbowalne rusztowanie do naczyń wieńcowych

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

- ulegające bioresorpcji
- pokryte lekiem – pochodna sirolimusa
- kompatybilne z cewnikiem 6 F
- średnice 2.5 mm, 3.0mm, 3.5mm
- długości 12 mm, 18 mm, 28 mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

100 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 53 Nazwa: Cewnik wysokospecjalistyczny sterowalny

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

- Cewnik wspomagający ze sterowalną końcówką
- Możliwość wygięcia końcówki cewnika do max. 90 stopni
- 8 mm tip platynowy zapewniający doskonałą widoczność w skopii
- Dostępne wersje RX, OTW, CS
- Współpraca z guidewire 0.014"/0.36mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

10 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 54 Nazwa: System do aspiracji skrzeplin

1) **Krótki opis**

Wymagane parametry:

- Długość 145 cm
- Dostępny w wersji 6F i 7F
- Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm
- Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33111730

3) **Wielkość lub zakres**

50 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

- Pakiet nr 1 – 2 160,00 zł
- Pakiet nr 2 – 3 510,00 zł
- Pakiet nr 3 – 2 300,00 zł
- Pakiet nr 4 – 124,00 zł
- Pakiet nr 5 – 400,00 zł
- Pakiet nr 6 – 6 320 ,00 zł
- Pakiet nr 7 – 5 100,00 zł
- Pakiet nr 8 – 1 200,00 zł
- Pakiet nr 9 – 6 440,00 zł
- Pakiet nr 10 –4 500,00 zł
- Pakiet nr 11 –2 790,00 zł
- Pakiet nr 12 –2 862,00 zł
- Pakiet nr 13 – 954,00 zł
- Pakiet nr 14 –2 860,00 zł
- Pakiet nr 15 – 380,00 zł
- Pakiet nr 16 –2 250,00 zł
- Pakiet nr 17 – 176,00 zł
- Pakiet nr 18 – 1 382,00 zł
- Pakiet nr 19 – 1 240,00 zł
- Pakiet nr 20 – 6 400,00 zł
- Pakiet nr 21 – 3 600,00 zł
- Pakiet nr 22 – 480,00 zł
- Pakiet nr 23 – 9 600,00 zł
- Pakiet nr 24 – 104,00 zł
- Pakiet nr 25 – 900,00 zł
- Pakiet nr 26 –1 780,00 zł
- Pakiet nr 27 –1 800,00 zł
- Pakiet nr 28 –4 800,00 zł
- Pakiet nr 29 –2 200,00 zł
- Pakiet nr 30 – 996,00 zł
- Pakiet nr 31 –4 600,00 zł
- Pakiet nr 32 –2 000,00 zł
- Pakiet nr 33 – 760,00 zł
- Pakiet nr 34 – 400,00 zł
- Pakiet nr 35 – 1 272,00 zł
- Pakiet nr 36 – 2 400,00 zł
- Pakiet nr 37 – 3 200,00 zł
- Pakiet nr 38 – 1 060,00 zł
- Pakiet nr 39 – 600,00 zł
- Pakiet nr 40 – 600,00 zł
- Pakiet nr 41 – 1 140,00 zł
- Pakiet nr 42 – 600,00 zł
- Pakiet nr 43 – 4 410,00 zł
- Pakiet nr 44 – 1 380,00 zł
- Pakiet nr 45 – 180,00 zł
- Pakiet nr 46 – 1 270,00 zł
- Pakiet nr 47 – 370,00 zł
- Pakiet nr 48 – 4 200,00 zł
- Pakiet nr 49 – 2 770,00 zł

Pakiet nr 50 – 430,00 zł
Pakiet nr 51 – 100,00 zł
Pakiet nr 52 – 7 000,00 zł
Pakiet nr 53 – 640,00 zł
Pakiet nr 54 – 450,00 zł.

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Na potwierdzeniu wniesienia wadium należy wyszczególnić pakiety oraz kwoty wadium w pakietach na które składana jest oferta. Podać należy również kwotę końcową (za wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.

1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10, 11 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, ustawy – podmioty zbiorowe – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wyżej wymienionych składa:

a) ppkt. 1, 2, 3, 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b) ppkt. 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :

— posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw – na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Termin przydatności sprzętu do użycia liczony od daty dostawy. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Zp/49/PN-48/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.7.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

portugalski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 25.7.2016 - 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa
Polska

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony

prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

— środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

13.6.2016

