



ISO 9001



**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

www.zdrowie.walbrzych.pl

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 16.06.2016 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-37/16

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/38/PN-37/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 cewników naczyniowych permanentnych o następujących parametrach:

Cewnik o średnicy 14,5F

- dostępne długości cewnika od końcówki do mufki/huba: 19cm/24cm; 23cm/28cm; 27cm/32cm; 31cm/36cm; 35cm/40cm;

- dystalna końcówka nierozdwojona

- dostępna wersja z otworami bocznymi lub bez

- ramiona cewnika z nadrukowanymi wartościami wypełnień

- mufka wykonana z poliestru

- obrotowe uszy na szwy

Sztylet do przewodnika z PTFE

Nasadki iniekcyjne

Dylatory 12F i 14F

Tunelizator

Odp. W pakiecie 17 Zamawiający oczekuje cewniki permanentne zakładane metodą Retrograde, związane jest to z doświadczeniem ośrodka z cewnikami permanentnymi i większymi możliwościami działań naprawczych.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w Pak.3 zad.1 dopuści zaoferowanie Dializator do hemodializy, niskoprzepływowo, z membraną Polyamix™ wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylolopirolidonu i poliamidu, o powierzchni 1,7 m², sterylizowany parą? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga powierzchni od 1,8 m².**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający w Pak.4.Zad.1 dopuści zaoferowanie Dializator do hemodializy, niskoprzepływowo, z membraną Polyamix™ wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylolopirolidonu i poliamidu, o powierzchni 2,1 m², sterylizowany parą? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w Pak.8.Zad.1 dopuści zaoferowanie Dializator do hemodializy, wysokoprzepływowy, do zabiegów konwekcyjnych HDF oraz HF, z membraną Polyamix™ wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu, o powierzchni 2,1 m2, sterylizowany parą? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga aby linie krwi w pakiecie nr 1 i 2 posiadały w zestawie kranik trójdrożny z filtrem antybakteryjnym? **Odp. Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 6

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści igły pakowane razem tj.: tętnicza + żylna w jednym zestawie? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 9

Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający wymaga linii wyposażonych w zawór zwrotny, jednokierunkowy. **Odp. Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 22

Czy Zamawiający w pakiecie 22 dopuści zaoferowanie zestawu do dializy otrzewnowej Firmy Baxter składający się z poniższego asortymentu:

1.	Worki CADO z płynem dializacyjnym : objętość - 1,5l ; 2,0l ; 2,5l stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86%
2.	korki " Mini Cap "
3.	zaciski " Clamp "
4.	dren łączący " Transfer Set "
5.	Tytanowy Adapter
6.	zestaw opatrunkowy - gaziki
7.	płyn do dezynfekcji rąk (poj.500 ml)
8.	płyn do dezynfekcji skóry (poj. 250 ml)
9.	cewnik Tenckhoffa 42cm, 47 cm

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Oferowane zestawy nie posiadają pakietu bezpieczeństwa oraz płynów z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy GDP.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 23

Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści zaoferowanie zestawu do dializy otrzewnowej Firmy Baxter składający się z poniższego asortymentu:

1.	Worki ADO z płynem dializacyjnym : objętość – 2,5L; 5,0L stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86%
2.	korki " Mini Cap "
3.	zaciski " Clamp "
4.	dren łączący " Transfer Set "
5.	Tytanowy Adapter
6.	zestaw opatrunkowy - gaziki
7.	płyn do dezynfekcji rąk (poj.500 ml)

8.	płyn do dezynfekcji skóry (poj. 250 ml)
9	cewnik Tenckhoffa 42cm, 47 cm
10.	Linie do HomeChoice
11.	Ośłona połączenia

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Oferowane zestawy nie posiadają pakietu bezpieczeństwa oraz płynów z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy GDP.