



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 24.06.2016 r.

DZPZ-531-Zp/47/PN-46/16

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” – Zp/47/PN-46/16.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o autoryzację na świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych produkcji GE Healthcare na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta GE Healthcare na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia w pakietach nr 13, 14, 15, 19, 21 oraz 22? **Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o autoryzację na świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych produkcji GE Healthcare. Wyżej opisany dokument nie znajduje się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

2. Czy zgodnie z wymogami serwisowymi określonymi przez producenta GE Healthcare oraz powyższymi zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami, które zostały przeszkolone przez producenta GE Healthcare w zakresie serwisowania aparatów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia w pakietach nr 13, 14, 15, 19, 21 oraz 22 ? **Odp.** Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dysponował osobami, które zostały przeszkolone przez producenta GE Healthcare w zakresie serwisowania aparatów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia w pakietach nr 13, 14, 15, 19, 21 oraz 22.

3. Dotyczy Par. 5 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy, aby wypowiedzenie dla swojej skuteczności miało formę pisemną. **Odp.** Zamawiający nie zmienia brzmienia par. 5 ust. 2 wzoru umowy.

4. Dotyczy par. 5 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy, aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu na to dodatkowy, odpowiedni termin. Możliwość odstąpienia od umowy w każdym przypadku naruszenia umowy określa uprawnienia Zamawiającego zbyt szeroko i powoduje trudne do oszacowania ryzyko dla Wykonawcy. Ufamy, że zaproponowane rozwiązanie dobrze chroni interes Zamawiającego, a Wykonawcy pozwoli zaoferować jak najlepszą cenę. **Odp.** Zamawiający nie zmienia brzmienia par. 5 ust. 3 wzoru umowy.

5. Dotyczy par. 5 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy, aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu na to dodatkowy, odpowiedni termin. Możliwość rozwiązania umowy w każdym przypadku przekroczenia terminu (nawet 1 dniowego) określa uprawnienia Zamawiającego zbyt szeroko i powoduje trudne do oszacowania ryzyko dla Wykonawcy. Ufamy, że zaproponowane rozwiązanie dobrze chroni interes Zamawiającego, a Wykonawcy pozwoli zaoferować jak najlepszą cenę. Ponadto prosimy, aby rozwiązanie miało formę pisemną. Prosimy o następującą modyfikację: „W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania usługi lub bezpodstawnej odmowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia naprawy innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy włącznie z prawem do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do wykonania usługi, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. **Odp.** Zamawiający nie zmienia brzmienia par. 5 ust. 3 wzoru umowy.

6. Dotyczy pakietu nr 12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej. **Odp.** Zamawiający wyjaśnia, iż przegląd aparatów do znieczulenia ogólnego (pakiet nr 12) obejmuje także przeglądy znajdujących się przy nich monitorów oraz modułów gazowych. Producent Daneca, rok produkcji 1997.

7. Dotyczy pakietu nr 12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych? **Odp.** Zamawiający wyjaśnia, iż w cenie usług w zakresie pakietu nr 12 należy uwzględnić części, akcesoria eksploatacyjne itp. do wykonania usługi zgodnie z zaleceniami producenta – dotyczy to przeglądów technicznych. Ewentualne naprawy następować będą po akceptacji Zamawiającego, na podstawie ofert cenowych.