

Wałbrzych 12.01.2009 r.

DZPZ/8/AR/01/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez ortopedycznych, płyt, płytek, gwoździ, systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, systemu stabilizowania przy pomocy kotwic, produktów do rekonstrukcji piersi, stymulatorów serca dwułamowych – ZP/2/PN-2/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Zad. 1 pkt.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie głowy bipolarnej sferycznej, o średnicy od 42-56 mm ze skokiem co 2 mm, głowa wewnętrzna metalowa lub ceramiczna w dwóch długościach szyjki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody- zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zad. 1 pkt.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie trzpienia tytanowego, prostego, bez kołnierzowego, o stożkowym przekroju, w rozmiarach 7,5; 8,75; 10,0; 12,5;15,0 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody- zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zad. 1 pkt.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie trzpienia tytanowego, prostego, nie anatomicznego, pokrytego na całej długości hydroksyapatytem, zwężającego się dystalnie, porowatego na całej długości, o prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadającym nacięcia wzdłużne i poprzeczne, w rozmiarach 110,125, 130, 140, 145, 150, 155,160, 165, 170, 180, 190mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody- zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Zad. 1 pkt.5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie głowy metalowej, wykonanej ze stopu CoCrMo o średnicy 28 mm w pięciu długościach szyjki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokładnie określił jaki rodzaj głów wymaga od oferenta- głowa modułarna o kształcie eliptycznym-anatomicznym w rozmiarach od 38 do 60mm średnicy zewnętrznej.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak