

Wałbrzych 02.02.2009 r.

DZPZ/33/AR/02/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez ortopedycznych, płyt, płytek, gwoździ, systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, systemu stabilizowania przy pomocy kotwic, produktów do rekonstrukcji piersi, stymulatorów serca dwujamowych. – Zp/2/PN-2/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – dotyczy pakietu nr 10.

Czy Zamawiający w stymulatorach dwujamowych DDDR wymaga histerezy w dwóch kanałach stymulatora ?

Odp. Nie.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala