

Wałbrzych 05.02.2009 r.

DZPZ/36/AR/02/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez ortopedycznych, płyt, płytek, gwoździ, systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, systemu stabilizowania przy pomocy kotwic, produktów do rekonstrukcji piersi, stymulatorów serca dwujamowych – Zp/2/PN-2/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. - pakiet nr 10.

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zostaną zaoferowane stymulatory dwułamowe DDDR z możliwością zaprogramowania godzin, w których program nocny jest aktywny? Częstość stymulacji nocnej dostosowana zostaje przez stymulator automatycznie do wartości zaprogramowanej.

Odp. Tak.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala