

Wałbrzych 09.02.2009 r.

DZPZ/41/AR/02/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez ortopedycznych, płyt, płytek, gwoździ, systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, systemu stabilizowania przy pomocy kotwic, produktów do rekonstrukcji piersi, stymulatorów serca dwujamowych – Zp/2/PN-2/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – dotyczy pakietu nr 10.

Czy na komplet stymulatora dwujamowego Zamawiający wymaga złożenia oferty na stymulator oraz dwie elektrody, czy informacja zawarta pod informacją techniczną tj.:

- „Introduktory typu Peel away od 7 do 9 F zgodnie z potrzebami”,
- „Papier do programatora zgodnie z potrzebami” wymaga również doliczenia ceny introducerów i papieru do programatora ?

Jeśli tak, prosimy zatem o sprecyzowanie szacunkowej ilości ww sprzętu ?

Odp. Introduktory „Peel away” w wymiarach 7 do 9 będą zamawiane partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewidywana ilość introduktorów 400 szt.. Zamawiający pisząc „introduktor Peel away” ma na myśli introduktor rozrywany. Producent introduktora nie jest istotny. Ważne są jego parametry i przydatność w zabiegach implantacji stymulatorów.

Jako komplet proszę rozumieć:

- 1) stymulator dwujamowy z dwoma elektrodami,
- 2) z dwoma introduktorami,
- 3) ilością papieru wystarczającą do przeprowadzenia kontroli śródoperacyjnej, kontroli szpitalnej i kontroli poszpitalnych,
- 4) jeden programator dla całego pakietu.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala