

DZPZ/1/02/AR/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów diagnostycznych i leżących w zakresie tętnic wieńcowych, stymulatorów do zabiegów implantacji serca, materiałów i sprzętu medycznego do neuroradiologii interwencyjnej – ZP/3/PN-2/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy pakietu nr 4

Pyt. Prosimy o podanie precyzyjnych ilości (w sztukach) introducerów zbrojonych w poszczególnych długościach z zakresu 11-35cm. Określenie ilości pozwoli dokonać dokładnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odp. Krótkie – 40 %, pośrednie – 30 %, długie – 30 %.

Pyt. Czy Zamawiający wymaga introducerów zbrojonych metalowym oplotem ?

Odp. Tak.

Dotyczy pakietu nr 8

Pyt. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej z zestawem wprowadzającym o średnicy równej lub większej niż 8 F?

Odp. Tak.

Pyt. Czy balon do kontrapulsacji ma być kompatybilny z pompą Datascope bez stosowania dodatkowych złączy ?

Odp. Tak.

Pyt. Czy balon do kontrapulsacji poza standardowym wyposażeniem ma być wyposażony dodatkowo w zestaw do wprowadzania ?

Odp. Tak.

Pyt. Czy wielkości balonu mają być dostosowane do wzrostu pacjenta – 25 cc dla pacjentów < 152 cm – 163 cm i 40 cc dla pacjentów > 163 cm dla obu wymiarów szafu 7,5 i 8 F ?

Odp. Tak.

Dotyczy pakietu nr 12.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o długościach: 10, 12, 15, 17, 20, 22 mm?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie.

Dotyczy pakietu nr 13.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o następujących parametrów: a) entry profile 0.016", b) RBP=16atm, c) długości od 10 mm do 30 mm, d) średnice od 1.50 mm do 5.0 mm ?

Odp. Tak.

Dotyczy pakietu nr 20.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści stenty powleczone Biolimusem A9, lekiem z grupy olimus, analogiem sirolimusa o długościach od 8 mm do 28 mm i średnicach od 2.5 mm do 4.0 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie.

Dotyczy pakietu nr 32.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści stent wykonany ze stali o następujących parametrach:

- szafł proksymalny – 2.9F, szafł dystalny 2.1 F,
- dostępne średnice 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, dostępne długości 0, 10, 13, 15, 18, 20 mm.

Odp. Tak.

Dotyczy pakietu nr 39.

Czy Zamawiający przez przewodniki obwodowe rozumie przewodniki diagnostyczne czy zabiegowe?

Odp. Przewodniki diagnostyczne.

Pyt. Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów dopuści materiały informacyjne producenta w języku angielskim ?

Odp. Tak.