

Wałbrzych 14.04.2009 r.

DZPZ/81/MZ/04/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych –

Zp/14/PN-14/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 16 – wirówka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę z rotorem horyzontalnym – uchylnym? (kąt wychylenia zależny od prędkości obrotowej)

Odp. TAK- tylko rotor horyzontalny z czterema gniazdami.

Pytanie 2, dot. pakietu 16 – wirówka laboratoryjna

Czy Zamawiający wymaga pod pojęciem „wkładki redukcyjne 7x15/7ml”, wkładki dostosowane do probówek o wymiarach: Φ 17x108 mm (15ml)?

Odp. TAK.

Pytanie 3, dot. pakietu 17 – cieplarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę o wymiarach wewnętrznych : 401 mm x 401 mm x 330 mm (około 53 litry)?

Odp. NIE.

Pytanie 4, dot. pakietu 17 – cieplarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę o zakresie temperatury od + 5° C powyżej temperatury otoczenia do + 70° C?

Odp. TAK.

Pytanie 5, dot. pakiet 12, pkt. 19, ppkt. 4,5,6

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie ekwiwalentnej ilości roztworu w workach 4,5 L w 100% kompatybilnych z oferowanym urządzeniem?

Odp. TAK

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak