

Wałbrzych 28.04.2009 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN/14/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/14/PN-14/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. 11 – Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych

Zamawiający wymaga zaoferowania w wyposażeniu dodatkowym infuzora ciśnieniowego. Ponieważ urządzenia te występują w dwóch pojemnościach: 500ml i 1000 ml, prosimy o określenie, jakiego infuzora (o jakiej pojemności) będzie wymagał Zamawiający?

Odp. Zamawiający będzie wymagał infuzora o poj. 500ml.

Pytanie 2, dot. pakietu 11 – Aparat do ogrzewania pacjenta

W punkcie 18 Zamawiający wymaga dostarczenia 30 sztuk filtrów Hepa. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpił błąd w ilości i czy Zamawiający nie miał na myśli 3 sztuk, gdyż filtry te wymieniane są średnio co 2 lata (po przepracowaniu przez urządzenie określonej ilości godzin), więc ilość 30 sztuk znacznie zawyży cenę pakietu, a z drugiej zaś strony będzie Zamawiającemu zbędna.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia 3szt. filtrów Hepa.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak