

Wałbrzych 24.04.2009 r.

DZPZ-530-Zp/13/PN-13/09

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki, endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez stawu biodrowego („krótki trzpień”), endoprotez cementowych stawu biodrowego, akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania fakoemulsyfikacji, cewników-głowic do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), elektrod do stymulacji zewnętrznej serca - Zp/13/PN-13/09.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt.** Proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zapis § ust 2 – 5 Załącznika nr 3b o brzmieniu:

„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisju wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala.

3. Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium w terminie do dnia ..... (7 dni od daty podpisania umowy).

5. Wykonawca na czas trwania umowy użycza odpowiedni napęd do alloplastyki stawów łącznie z ostrzami (7 dni od daty podpisania umowy).

W szczególności proszę o wyjaśnienie:

- a) na jakich zasadach (użyczenie, najem, sprzedaż) nastąpić ma dostarczenie instrumentarium?  
W szczególności proszę o wyjaśnienie kto będzie ponosił odpowiedzialność za zniszczenie lub utratę przekazanego instrumentarium, czy Zamawiający zapewni właściwe jego użytkowanie, serwis itp. W oparciu o jaki tytuł prawny (np. umowa użyczenia) nastąpi przekazanie instrumentarium oraz w jakim trybie nastąpi jego zwrot po zakończeniu umowy?
- b) jak należy rozumieć zapis dotyczący „komisju” z wszystkimi rodzajami implantów?  
Wątpliwość budzi przede wszystkim obowiązek zapewnienia tzw. „komisju”, którego zasady nie zostały dostatecznie uregulowane w umowie. Proszę zatem o wskazanie zasad jego utworzenia, prowadzenia oraz rozliczenia po wykonaniu i zakończeniu umowy.
- c) czy zamawiający przewiduje zawarcie umowy użyczenia napędu do alloplastyki stawów łącznie z ostrzami. Jakże warunki użyczenia przewiduje Zamawiający?

**Odp.** Po zapoznaniu się z treścią Państwa pisma z dnia 22.04.09 muszę stwierdzić, że pierwszy raz spotykam się z tak dużymi wątpliwościami z Państwa strony dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Wydaje się oczywistym, iż składając zamówienie na m.in. implanty ortopedyczne zamawiający chce mieć szybki i bezpośredni dostęp do wszystkich rozmiarów implantów oferowanych przez oferenta. Może to być rozwiązane na wiele sposobów, my proponujemy pozostawienie na czas obowiązującej umowy dostępnych implantów /których szczegółowy opis zawiera zamówienie/ na terenie Bloku Operacyjnego w magazynie materiałów medycznych. Dostęp do magazynu dla Państwa przedstawiciela jest nieograniczony. Pozostawione implanty SA Państwa własnością, a dopiero zużycie któregoś z nich /potwierdzone w karcie zużytego wszczepu/ skutkuje rozliczeniem się na zasadach zawartych w umowie. Jednocześnie oczekujemy z Państwa strony uzupełnienia magazynu o zużyte implant.

Po zakończeniu okresu obowiązującej umowy całość zmagazynowanych implantów /po wcześniejszej inwentaryzacji/ przekazana zostanie Państwu. W przypadku niewykorzystania rozmiarów granicznych implantów zastrzegamy sobie prawo wymiany ich na rozmiary najczęściej używane, ale w ramach ilości zawartej w zamówieniu.

Chcemy jednocześnie wyjaśnić, że możliwość wykorzystania Państwa implantów łączy się nierozdzielnie z użyciem odpowiedniego kompatybilnego instrumentarium i napędu wraz z ostrzami.

W naszym ośrodku praktykujemy zasadę, że oba te elementy są nierozrwalną częścią zamówienia i ich dostarczenie leży w gestii oferenta, tak by nie dopuścić do możliwości uszkodzenia instrumentarium lub implantów przez nieodpowiedni zestaw narzędzi lub napęd. Oba te elementy SA Państwa własnością i są przez nas wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie awarie i uszkodzenia wynikające z okresu eksploatacji winny być przez oferenta poddane naprawie, natomiast uszkodzenie świadome lub wynikające z nieprzestrzegania zasad BHP czy procedur operacyjnych obciążają zamawiającego.

**Pyt.** Pakiet – 28. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozbicie pakietu celem złożenia oferty na jedno z zadań ?

**Odp.** Nie.

**Pyt.** Pakiet – 29. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie trzpienia bezcementowego, krótkiego, przynasadowego, osobno dla biodra prawego i lewego, tytanowego, porowatego, pokrytego hydroksyapatytem, w 9 podstawowych rozmiarach i 8 w rozmiarach high offset ?

**Odp.** Nie.

***Mariola Dudziak***  
***Dyrektor Szpitala***