

Wałbrzych 27.04.2009 r.

DZPZ-530-Zp/13/PN-13/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki, endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez stawu biodrowego („krótki trzpień”), endoprotez cementowych stawu biodrowego, akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania fakoemulsyfikacji, cewników – głowic do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), elektrod do stymulacji zewnętrznej serca – Zp/13/PN-13/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 „Stenty Cr-Co do zmian krętych średnich naczyń” stentu w technologii „slotted tube”o konstrukcji zamknięto komórkowej; grubość ściany maks. 0,0037”; dostępnego w długościach 10 – 40 mm dla średnic 4,0 – 4,5 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 „Stenty Cr-Co do zabiegów PTCA w zakresie małych naczyń i trudnych zmian” stentu wykonanego ze stopu kobaltowo – chromowego o zawartości niklu 35,1%; grubości ściany stentu maks. 0,0037” dostępnego w długościach 10 – 40 mm dla średnicy 4,0 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 „Stenty Cr-Co do dużych naczyń” stantu dostępnego w 6 długościach (13 – 40 mm) dla średnicy 5,0 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 „Cewniki balonowe typu semi compliant o niskim profilu” cewnika balonowego dostępnego w długościach 10 – 40 mm (5 długości); o profilu 0,0324” dla średnicy 3,0 mm oraz 0,021” dla średnicy 1,25 mm: profilu wejścia końcówki 0,017”: pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 13 „Cewniki balonowe non compliant do angioplastyki wieńcowej” cewnika balonowego o profilu złożonego balonu 0,026” dla średnicy 3,0 mm; ciśnieniu nominalnym 10 bar (9.87 atm) dla wszystkich średnic oraz RBP 22 bar (21,71 atm) dla średnic 2,0 – 3,5 mm i 20 bar zewnętrznym końcówki 0,016” oraz posiadającego pojedynczą warstwę ściany balonu z materiału zapewniającego niską podatność przy zachowaniu elastyczności; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Stenty wieńcowe klasyczne” stentów o RBP 14 – 16 bar (13,82 – 15,79 atm); skróceniu podczas implantacji <2%; dostępnego w średnicach 2,50 – 4,00 mm; profilu zewnętrznym stentu 0,043” dla średnicy 3,0 mm; grubości ściany stentu maks. 0,098 mm; posiadającego potwierdzenie przydatności do „direct stenting” w postaci rejestru oraz stosowanego oświadczenia producenta; posiadającego recoil <3%; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 15 „Stentgrafty wieńcowe” stentgraftu wieńcowego o długości 10 – 26 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 16 „Strzykawka ciśnieniowa z manometrem” strzykawki wytwarzającej ciśnienie 30 bar (29,61 atm); posiadającej podziałkę w bar i psi; posiadającej elementy przezroczyste umożliwiające obserwację ałupa cieczy oraz nie posiadającej uchwyty pistoletowego; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 24 „Stenty wieńcowe klasyczne montowane na balonie do stentowania bezpośredniego” stentu kobaltowo – chromowego dostępnego w długościach 7 – 30 mm (7 długości) dla średnicy 2,50 mm; 7 – 35 mm (8 długości) dla średnic 3,0 – 3,5 mm; 10 - 40 mm dla średnic 4,0 – 4,5 (8 długości) i 13 – 40 mm (6 długości) dla średnicy 5,0 mm; posiadającego potwierdzenie niskiego odsetka restenozy jednośrodkowym nierandomizowanym rejestrem i stosowanym oświadczeniem producenta; posiadającego przydatność do „direct stenting” potwierdzoną stosowanym oświadczeniem producenta; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 25 „System do aspiracji skrzeplin” systemu posiadającego w zestawie 1 filtr koszyczkowy oraz nie posiadającego zbrojenia; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 27 „Stenty kobaltowo - chromowe do bezpośredniej implantacji” stentu dostępnego w długości 10 – 40 mm dla średnicy 4,00 mm; posiadającego zawartość niklu 35,1%; posiadającego szafst proksymalny 2,0 F, dystalny maks. 3,2 F; o grubości ściany stentu maks. 0,0037”; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***