

Wałbrzych 30.04.2009 r.

DZPZ-530-Zp/13/PN-13/09

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki, endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez stawu biodrowego („krótki trzpień”), endoprotez cementowych stawu biodrowego, akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania fakoemulsyfikacji, cewników – głowic do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), elektrod do stymulacji zewnętrznej serca – Zp/13/PN-13/09*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wymaga aby w celu uzyskania minimalnego błędu pomiarowego, przewodnik posiadał częstotliwość pracy własnej powyżej 1000 Hz i był wyposażony w eliminator zakłóceń rezonansowych?

**Odp. Nie**

**Pytanie 2, dot. Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wymaga aby zbiornik wyrównawczy zestawu był wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzeniu układu pomiarowego?

**Odp. Nie**

**Pytanie 3, dot. Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wymaga aby układ był wyposażony w podwójny system przepłukiwania w postaci aktywnych skrzydełek i gumowej wypustki?

**Odp. Nie**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów wkładki polietylenowej realizującej 3 stopniowe typochylenie dostępnej w grubości 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części puszczelowej, bez stabilizacji więzadeł pobocznych.

**Odp. Nie**

**Pytanie 5, dot. Pakietu nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych typu semi-compliant o niskim profilu o dostępnych długościach: 10, 15, 20, 25, 30 mm i średnicach: 1.50, 2.0,

2.50, 3.0, 3.5, 4.0 mm, profilu zewnętrznym balonu dla średnicy 3.0 mm równym 0.025” oraz profilu wejścia końcówki balonu 0.017”)? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Nie**

**Pytanie 6, dot. Pakietu nr 14**

Czy Zamawiający dopuści stenty o następujących parametrach: ciśnienie nominalne max. 9 atm., RBP 16 atm. dla średnic od 2,75 do 4,0 mm i RBP 14 atm. dla średnicy 4,5 i 5,0 mm, długości 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm, grubość ściany stentu zmienna od 0,0036” – 0,0049”?

**Odp. Tak**

**Pytanie 7, dot. Pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści stentgrafty o średnicy od 3,0 do 5,0 mm?

**Odp. Tak**

**Pytanie 8, dot. Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający zaakceptuje „introducery zbrojone długie” o długości :

- 10 cm,

- 25 cm,

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Nie**

**Pytanie 9, dot. Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający zaakceptuje „introducery” o długości 10cm, Zestawy do kaniulacji t. promieniowej o długości 7 – 10 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Nie**

**Pytanie 10, dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne o świetle wewn. 0,056” dla 6F?

**Odp. Nie**

**Pytanie 11, dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści również przewodniki w opakowaniach 5-cio i 10-cio sztukowych?

**Odp. Nie**

**Pytanie 12, dot. Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści również przewodniki w opakowaniach 5-cio sztukowych?

**Odp. Nie**

**Pytanie 13**

W celu zabezpieczenia ciągłości dostaw w ramach umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy następującego zapisu:

„W przypadku wycofania rynku lub zakończenia produkcji wyrobu stanowiącego przedmiot umowy, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie”.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 14, dot. Pakietu nr 20**

Czy Zamawiający dopuści stenty pokrywane substancją Syrolimus dostępne w zakresie średnic 2,25 – 3,5mm oraz posiadające 5 długości w zakresie 8mm – 32mm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 15, dot. Pakietu nr 27**

Czy Zamawiający dopuści stenty kobaltowo chromowe o profilu przejścia 0,044” których shaft proksymalny wynosi 1,9F a dystalny 2,7F pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Nie**

**Pytanie 16, dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stantu chromowo-kobaltowego dostępny w długościach od 8.0 mm do minimum 20.0 mm dla wszystkich rozmiarów, 22.0 mm o średnicach 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm oraz o średnicy 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm ?

**Odp. Nie**

**Pytanie 17, dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu chromowo-kobaltowego o sile radialnej co najmniej 24 psi?

**Odp. Nie**

***Mariola Dudziak  
Dyrektor Szpitala***