

Wałbrzych 04.05.2009 r.

DZPZ-530/15/PN-15/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy, zestawów do dializy otrzewnowej, środków dezynfekcyjnych – Zp/15/PN-15/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy w pakiecie nr 5 – Dializatory – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów sterylizowanych ETO ?

Odp. Nie.

Pyt. Czy w pakiecie nr 6 – Dializatory – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów polisulfonowych sterylizowanych parą wodną ?

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu paragrafu 3 wzoru umowy na brzmiący: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny, o którym mowa w paragrafie 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem i e-mailem potwierdzonych przez Zamawiającego na piśmie” ?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala