

Wałbrzych 04.05.2009 r.

DZPZ-530-Zp/18/PN-17/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów stosowanych w chirurgii kręgosłupa, kardiowerterów – defibrylatorów – Zp/18/PN-17/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoelementowego elastycznego stabilizatora dynamicznego międzywyrastkowego kręgosłupa lędźwiowego, wykonanego ze stopu tytanu zgodnie z normą ISO 5832-3, niewymagającego dodatkowego mocowania między wyrostkami, ale umożliwiającego opcjonalne mocowanie za pomocą atraumatycznych linek nie dostarczanych wraz z implantem i spełniającego wszystkie pozostałe wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia ?

Odp. Opisywany produkt nie spełnia zasadniczego warunku opisywanego w pakiecie nr 6: elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczastych. Nie dopuszczamy.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala