

Wałbrzych 06.05.2009 r.

DZPZ-530-Zp/19/PN-18/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej – Zp/19/PN-18/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. wózka do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym?

Odp. NIE.

Pytanie 2, dot. wózka do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o wymiarach: długość 200 cm, szerokość 68 cm?

Odp. NIE.

Pytanie 3, dot. wózka do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją oparcia pleców 0-70 stopni?

Odp. NIE.

Pytanie 4, dot. wózka do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych ze zdejmowanym materacem bez uchwytu do podnoszenia chorego?

Odp. NIE.

Pytanie 5, dot. wózka do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości w zakresie 60-90 cm?

Odp. NIE.

Pytanie 6, dot. wózka do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z krążkami odbojowymi umieszczonymi na narożach wózka, bez listwy ochronnej?

Odp. NIE.

Pytanie 7, dot. wózka do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 170 kg?

Odp. NIE.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 3 – stolik przyłóżkowy / przyjaciel

Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości blatu w zakresie 850-1100 mm?

Odp. NIE.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 3 – stolik przyłóżkowy / przyjaciel

Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o wymiarach: szerokość 780 mm, głębokość 535 mm z blatem o wymiarach: szerokość 700 mm, głębokość 400 mm?

Odp. NIE.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 3 – stolik przyłóżkowy / przyjaciel

Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z regulacją kąta nachylenia blatu 90 stopni w obie strony w co 15 stopni?

Odp. NIE.

Pytanie 11, dot. terminu realizacji zamówienia

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i przedłużył termin realizacji zamówienia do 90 dni?

Odp. Wykonawca nie podał numeru pakietu, do którego zadał pytanie.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 2 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wymiarach 77 x 70 x 100 cm (szer. x głęb. x wys.), o konstrukcji i szufladach ze stali malowanej proszkowo, blacie i częściach bocznych z tworzywa sztucznego z grupy ABS o wysokiej trwałości; z układem jezdnym wyposażonym w cztery koła obrotowe Ø 150 mm, anty-elektrostatyczne, niebrudzące, w tym 2 z hamulcami z 2 uchwytami, transparentnymi bocznymi pojemnikami; spełniający wszystkie pozostałe warunki specyfikacji; dodatkowo wyposażony w wysuwaną półkę (np. do pisania); półkę pod ssak, pojemnik na cewniki wbudowany w tylną ścianę wózka oraz kosz na odpady?

Odp. Nie, tak jak w specyfikacji.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 2 – wózek reanimacyjny

Wózki reanimacyjne ze względów bezpieczeństwa powinny być wyposażone w kółka antyelektrostatyczne. Ogumienie kółek antyelektrostatycznych, z uwagi na zawartość węgla (przewodzącego ładunki elektrostatyczne), jest ciemne w kolorze, jednakże niebrudzące. Czy Zamawiający wymaga zatem, aby wózek reanimacyjny był wyposażony w kółka obrotowe antyelektrostatyczne?

Odp. Nie, tak jak w specyfikacji.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 10 – wózek zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach całkowitych 590x560x1000 mm (szer. x głęb. x wys.) z uchwytem na worek na odpady, spełniający wszystkie pozostałe warunki specyfikacji?

Odp. Nie.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 10 – wózek zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach całkowitych 695x560x1000 mm (szer. x głęb. x wys.) z koszem kolanowym (otwierany kolanem bez konieczności dotykania rękoma) o poj. 8 litrów, spełniający wszystkie pozostałe warunki specyfikacji?

Odp. Nie.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 10 – wózek zabiegowy

Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji zamówienia (dla pozycji 2 – wózek reanimacyjny i 10 – wózek zabiegowy) do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wskazany termin 30 dni jest zbyt krótki, z uwagi na fakt, że wózki wykonane są pod konkretne zamówienie, zgodnie z wymaganiami klienta, ponad to potrzebny jest jeszcze czas na sprowadzenie wózka od zagranicznego producenta. Prosimy ewentualnie o podanie, na jakie maksymalne wydłużenie terminu dostawy Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Tak, zamawiający wydłuża termin dostawy do 45 dni.

Pytanie 17, dot. pakietu nr 10 – wózek zabiegowy

Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć Deklarację Zgodności CE? Tylko w ten sposób będzie można zweryfikować że oferowane wózki są wyrobami medycznymi.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Prosimy o precyzyjne określenie sposobu regulacji wysokości wózka?

Odp. wg specyfikacji

Pytanie 19, dot. pakietu nr 6 – stolik zabiegowy do fizykoterapii

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka z dwoma półkami zamontowanymi na stałe?

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakietu nr 6 – stolik zabiegowy do fizykoterapii

Prosimy o podanie brakujących wymiarów wózka.

Odp. głębokość 35-40 cm, szerokość 50 cm

Pytanie 21, dot. pakietu nr 6 – stolik zabiegowy do fizykoterapii

Czy Zamawiający pod pojęciem pojemnik na akcesoria ma na myśli koszyk ze stali nierdzewnej czy coś innego?

Odp. Np. koszyk ze stali nierdzewnej

Pytanie 22, dot. pakietu nr 10 – wózek zabiegowy patologia noworodka

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 650x400x880 mm?

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. pakietu nr 10 – wózek zabiegowy patologia noworodka

Czy Zamawiający pod pojęciem trzy wyjmowane półki ograniczone ze stali nierdzewnej ma na myśli półki zagłębione z rantem służącym jako uchwyty?

Odp. Bez uchwytów

Pytanie 24, dot. pakietu nr 10 – wózek zabiegowy patologia noworodka

Prosimy o określenie wielkości worków foliowych jakie będą zawieszane na wózku.

Odp. Worki 60l.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 11 – wózek na czystą bieliznę

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 650x400x880 mm?

Odp. Tak

Pytanie 26, dot. pakietu nr 11 – wózek na czystą bieliznę

Czy Zamawiający pod pojęciem kółka samonastawne miał na myśli kółka skrętne?

Odp. Tak

Pytanie 27, dot. pakietu nr 12 – półki ścienne ze stali nierdzewnej

Czy przedmiotem Zamówienia są półki pojedyncze?

Odp. Tak

Pytanie 28, dot. pakietu nr 14 – stolik zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 750x450x880 mm?

Odp. Tak

Pytanie 29, dot. pakietu nr 17 – stolik pod aparat do koagulacji

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 650x400x880 mm?

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. pakietu nr 19 – stolik do opasek gipsowych

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu do opasek gipsowych z osadnikiem do gipsu o wymiarach 450x450 mm?

Odp. Tak dopuszczamy o głębokości 150 mm

Pytanie 31, dot. pakietu nr 20 – stół opatrunkowy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu opatrunkowego o wymiarach 1950x650 i wysokości 700 mm? Wysokość 880 mm może powodować utrudnienia w siadaniu pacjenta.

Odp. Nie

Pytanie 32, dot. pakietu nr 21 – podest jednostopniowy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podestu o wymiarach 500x300x250 mm?

Odp. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Pytanie 33, dot. pakietu nr 22 – stolik zabiegowy ortopedyczny

Prosimy o podanie wysokości wewnętrznej szuflady.

Odp. 15 cm

Pytanie 34, dot. pakietu nr 22 – stolik zabiegowy ortopedyczny

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 700x600x wys. 905 mm?

Odp. Nie

Pytanie 35, dot. pakietu nr 23 – szafka lekarska

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szafy o wymiarach 600x470x wys. 1800 mm?

Odp. Tak

Pytanie 36, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 204 cm i szerokości 81 cm , które to parametry niewiele odbiegają od opisanych i nie powodują pogorszenia walorów użytkowych wózka ?

Odp. Tak.

Pytanie 37, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie od 0 do 90° co jest parametrem lepszym od opisanego ?

Odp. Nie.

Pytanie 38, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej , galwanizowanej stali , która to jest trwała na uszkodzenia mechaniczne , promieniowanie UV oraz na mycie i dezynfekcję ?

Odp. Nie.

Pytanie 39, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy w celu zwiększenia funkcjonalności wózka , Zamawiający oczekuje , aby wózek posiadał hydrauliczną regulację funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 18° , realizowaną nożnie z dostępem do dźwigni z obu stron wózka ?

Odp. Nie.

Pytanie 40, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną , nożną regulacją wysokości w zakresie od 62 cm do 94 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 41, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy zgodnie z obowiązującą normą EN 60601-2-38 dotyczącą bezpieczeństwa łóżek i wózków , Zamawiający oczekuje aby barierki boczne były zamontowane i chroniły pacjenta na całej długości leża ?

Odp. Tak.

Pytanie 42, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający oczekuje aby barierki były opuszczane poniżej poziomu leża nie powodując przerwy transferowej ?

Odp. Tak.

Pytanie 43, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek , którego koła są z gumy szarej a wypełnienie pełne w kolorze jasnoszarym ?

Odp. Tak.

Pytanie 44, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 250 kg co jest parametrem lepszym od opisanego ?

Odp. Tak.

Pytanie 45, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy w związku z wymogiem dotyczącym obciążenia wózka Zamawiający oczekuje aby konstrukcja wózka była oparta na dwóch kolumnach gwarantujących dużą wytrzymałość i stabilność ?

Odp. Tak.

Pytanie 46, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia pacjentów

Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ? Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odp. Tak.

Pytanie 47, dot. pakietu nr 2 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o szerokości 83 cm , głębokości 72 cm i wysokości 91 cm ?

Odp. Nie.

Pytanie 48, dot. pakietu nr 2 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o lekkiej konstrukcji składającej się z jednego elementu , bez elementów łączonych wykonany z wysoce wytrzymałego i trwałego materiału Baydur ?

Odp. Nie.

Pytanie 49, dot. pakietu nr 2 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z kółkami z ogumieniem w kolorze szarym ?

Odp. Nie.

Pytanie 50, dot. pakietu nr 2 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 5 szuflad ?

Odp. Nie.

Pytanie 51, dot. pakietu nr 2 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w reling ochronny , który jest jednocześnie uchwytem do prowadzenia wózka ?

Odp. Nie.

Pytanie 52, dot. pakietu nr 16 – stół zabiegowy ginekologiczny

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 55 cm ?

Odp. Nie.

Pytanie 53, dot. pakietu nr 16 – stół zabiegowy ginekologiczny

Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją wysokości , dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej , w zakresie od 76 cm do 106 cm ?

Odp. Nie.

Pytanie 54, dot. pakietu nr 16 – stół zabiegowy ginekologiczny

Czy Zamawiający dopuści stół o konstrukcji z bardzo trwałej i odpornej na uszkodzenia oraz dezynfekcję stali nierdzewnej , z blatem czterosegmentowym pokrytym materacami odejmowanymi z poliuretanu , z płynną regulacją podglówka , segmentu pleców , podnóżków oraz funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga ?

Odp. Nie.

Pytanie 55, dot. pakietu nr 16 – stół zabiegowy ginekologiczny

Czy w celu zwiększenia funkcjonalności stołu Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał możliwość zamiany podglówka z segmentem nożnym ?

Odp. Nie.

Pytanie 56, dot. pakietu nr 16 – stół zabiegowy ginekologiczny

Czy w celu łatwego przemieszczenia Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał podstawę na kołach z możliwością blokady ?

Odp. Nie.

Pytanie 57, dot. pakietu nr 18 – stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 55 cm ?

Odp. Nie.

Pytanie 58, dot. pakietu nr 18 – stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją wysokości , dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej , w zakresie od 76 cm do 106 cm ?

Odp. Nie.

Pytanie 59, dot. pakietu nr 18 – stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół o konstrukcji z bardzo trwałej i odpornej na uszkodzenia oraz dezynfekcję stali nierdzewnej , z blatem czterosegmentowym pokrytym odejmowanymi materacami z poliuretanu , z płynną regulacją podgłówka , segmentu pleców , podnóżków oraz funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga ?

Odp. Nie.

Pytanie 60, dot. pakietu nr 18 – stół zabiegowy

Czy w celu zwiększenia funkcjonalności stołu Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał możliwość zamiany podgłówka z segmentem nożnym ?

Odp. Nie.

Pytanie 61, dot. pakietu nr 18 – stół zabiegowy

Czy w celu łatwego przemieszczenia Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał podstawę na kołach z możliwością blokady ?

Odp. Nie

Pytanie 62, dot. pakietu nr 20 – stół opatrunkowy

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 55 cm i długości 200 cm ?

Odp. Nie.

Pytanie 62, dot. pakietu nr 20 – stół opatrunkowy

Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją wysokości , dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej , w zakresie od 76 cm do 106 cm ?

Odp. Nie.

Pytanie 62, dot. pakietu nr 20 – stół opatrunkowy

Czy Zamawiający dopuści stół o konstrukcji z bardzo trwałej i odpornej na uszkodzenia oraz dezynfekcję stali nierdzewnej , z blatem czterosegmentowym pokrytym odejmowanymi materacami z poliuretanu w kolorze czarnym , z płynną regulacją podglówka , segmentu pleców , podnóżków oraz funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga ?

Odp. Nie.

Pytanie 62, dot. pakietu nr 20 – stół opatrunkowy

Czy w celu zwiększenia funkcjonalności stołu Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał możliwość zamiany podglówka z segmentem nożnym ?

Odp. Nie.

Pytanie 62, dot. pakietu nr 20 – stół opatrunkowy

Czy w celu łatwego przemieszczenia Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał podstawę na kołach z możliwością blokady ?

Odp. Nie.

Pytanie 63, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2108 mm, szerokości przy rozłożonych barierkach bocznych 813 mm?

Odp. Nie

Pytanie 64, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców wózka do 90°?

Odp. Nie

Pytanie 65, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac bez uchwytu do podnoszenia chorego?

Odp. Nie

Pytanie 66, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 622-960 mm?

Odp. Nie

Pytanie 67, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści kółka wózka o średnicy 203 mm?

Odp. Nie

Pytanie 68, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści maksymalne bezpieczne obciążenie 317,5 kg?

Odp. Nie

Pytanie 69, dot. pakietu nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 75 dni?

Odp. Nie, Zamawiający wydłuży termin dostawy do 60 dni.

Pytanie 70, dot. pakietu nr 2 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy wózków reanimacyjnych do 9 tygodni?

Odp. Nie, Zamawiający wydłuży termin dostawy do 45 dni.

Pytanie 71, dot. pakietu nr 11 – wózek na czystą bieliznę

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 625x425x800 mm (szer. / gł. / wys. – Wymiary bez uchwytu), odległość półki od blatu 500 mm ?

Z 4 antystatycznymi kółkami obrotowymi (2 z blokadą) o średnicy 75 mm ze zderzakami.

Odp. Tak

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 35 dni?

Odp. TAK.

Pytanie 72, dot. pakietu nr 12 – półki ścienne ze stali nierdzewnej

Czy Zamawiający dopuści uchwyt pojemnika na rękawiczki jednorazowe do pudełek o wymiarach maks. wys. 250x130x90cm .

Sposób montowania: osadzane na szynę funkcyjną?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 35 dni?

Odp. TAK.

Pytanie 73, dot. pakietu nr 21 – podest jednostopniowy

Czy Zamawiający dopuści podest jednostopniowy z wyciąganą ryflowaną płytą antypoślizgową (bez wykładziny), STAL NIERDZEWNA, materiał 1 4301 wymiary: 600x350x220 mm (szer. / gł. / wys.)?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 35 dni?

Odp. TAK.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak