

Wałbrzych 08.05.2009 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN/14/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/14/PN-14/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu 13 pkt. 10 i 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania testera szczelności niezintegrowanego z pompą źródła światła?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 2 dot. pakietu 13 pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania aparatu bez możliwości demontażu przycisku na części składowe?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 3 dot. pakietu 13 pkt. 15.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie okresu obowiązywania gwarancji z 36 miesięcy na 24 miesiące? 24-miesięczna gwarancja jest standardem panującym na rynku.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 4 dot. pakietu nr 13

W związku z faktem, iż przedmiotem postępowania jest bronchofiberoskop optyczny (a nie video bronchoskop) czy nie nastąpiła pomyłka pisarska przy opisie źródła światła (punkt 12), tj. czy zamiast zapisu „źródło światła na wózku” nie powinien widnieć zapis „źródło światła przenośne”?

Odp. TAK, źródło światła przenośne.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak