

Wałbrzych 14.05.2009 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN/14/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/14/PN-14/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu 1

W związku z rozbieżnościami w terminie dostawy podanymi w tabelach (punkty 39.11 oraz 40.11- 10 tygodni) oraz w p.III SIWZ (45 dni) prosimy o informację czy termin dostawy 10 tygodni podany w tabeli szczegółowo opisującej wymagania myjni uznawany będzie jako obowiązujący?

Odp. Tak jak w tabeli.

Pyt. 2 dot. pakietu 1

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi sposobu potwierdzenia parametrów wpisanych w tabeli, prosimy o poinformowanie nas czy należy traktować jako obowiązujący tekst wpisany w tabeli szczegółowo opisującej wymagania myjni. Pytanie nasze wynika z faktu, iż tekst wpisany w tabeli (punkty 39.12, 40.12) dopuszcza również potwierdzenie tych parametrów przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora pod warunkiem załączenia dokumentu potwierdzającego autoryzację natomiast sformułowanie to w tekście pod tabelką zostało pominięte.

Odp. Tak jak w tabeli.

Pyt 3 dot. pakiet nr 10, pkt.1.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu przenośnego, który posiada znacznie szerszy niż wymagany zakres częstotliwości pracy oraz 2 niezależne porty do przyłączenia głowic obrazowych oraz 1 niezależny port dla głowicy ołówkowej, a także dodatkowe 2 gniazda postojowe zainstalowane na wózku?

Pragniemy zauważyć, iż aparat ma bardzo nowoczesną, lekką konstrukcję i ergonomię z możliwością łatwego przepięcia w każdej chwili głowic, co powoduje, że posiadanie 2 gniazd aktywnych oraz 2 postojowych w zupełności wystarcza do przeprowadzania szerokiego zakresu badań przy udziale 4 sond obrazowych.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt . 4 dot. pakiet nr 10, pkt.1.14

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):

1. Podręczna pojemność 400 obrazów
2. Zawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów

spełni wymogi Zamawiającego w pkt.1.14

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia pracę lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom, Operator może przeglądać dowolne, wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt.5 dot. pakiet nr 10, pkt.3.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego w trybie PWD regulację kąta korekcji bramki Dopplera w zakresie +/- 75 stopni?

Pragniemy zauważyć, że taki zakres jest powszechnie stosowany w badaniach.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt .6 dot. pakiet nr 10, pkt.4.1.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu przenośnego posiadającego obrazowanie typu Compound Imaging działające na głowicy liniowej natomiast na dzień dzisiejszy obrazowanie to nie jest dostępne na głowicy convex?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt .7 dot. pakiet nr 10, pkt.4.1.1 i 4.3.1

Prosimy o potwierdzenie, iż głowica konwers do badań brzusznych oraz głowica sektorowa elektroniczna (Phased Array) posiadająca w trybie obrazowania harmonicznego trzy częstotliwości wybierane spełni zapis w punkcie 4.1.1 i 4.3.1

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż 3 częstotliwości wybierane stanowią 3 pary (jako częstotliwość wysyłana i odbierana)

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt.8 dot. pakiet nr 10, pkt.4.2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy liniowej posiadającej zakres częstotliwości obrazowania 2D 7,5-12,0 MHz oraz posiadającej w trybie obrazowania harmonicznego dwie częstotliwości wybierane (stanowiące 2 pary - jako częstotliwość wysyłana i odbierana)?

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż jest to różnica zaledwie 0,5 MHz od wartości wymaganej co nie ma ujemnego znaczenia w diagnostyce.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt.9 dot. pakiet nr 10, pkt.4.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy sektorowej posiadającej zakres częstotliwości obrazowania 2D 2,0-3,5 MHz

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż jest to różnica zaledwie 0,5 MHz od wartości wymaganej co nie ma ujemnego znaczenia w diagnostyce.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt.10 dot. pakiet nr 10, pkt.7.3

Prosimy o potwierdzenie, że dołączenie do oferty deklaracji zgodności z oznakowaniem CE dla oferowanego aparatu będzie skutkowało spełnieniem wymogu określonego w pkt 7.3.

Informujemy, że oferowany przez nas aparat USG posiada oznaczenie znakiem zgodności CE i należy do grupy produktów IIa, w związku z tym, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896) nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt.11 dot. SIWZ

Prosimy o potwierdzenie że załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ?

Odp. Tak, spełni.

Pyt. 12 dot. pakiet nr 10

Ad. 3. 3.7

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o zakresie regulacji korekcji kąta ± 80 stopni? Prawdłowo wykonywane badania dopplerowskie wykonuje się przy kacie 60 stopni.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 13 Ad. 4.1.1; 4.2.1 4.3.1 pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści aparat z dwiema parami częstotliwości harmonicznch? Jakość obrazowania aparatu w zupełności rekompensuje brak trzeciej pary częstotliwości harmonicznej.

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 14 Ad.4.1.5 pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści aparat bez obrazowania wielokierunkowego, np. SonoCT?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt.15 Ad. 4.4.2 pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowicą o zakresie 5-10 MHz, lub (i) o zakresie 8-12 MHz.? W przypadku zaoferowania przez oferenta obydwu głowic zakres częstotliwości badania będzie nawet szerszy od wymaganego w SWiZ

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 16 Ad. 4.3.3 pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który dysponuje dwiema parami częstotliwości pw-dopplera i kolorowego dopplera?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak