

Wałbrzych 20.05.2009 r.

DZPZ-530-Zp/21/PN-20/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy leków, środków opatrunkowych, rękawic, diet dojelitowych, mleka, pieluchomajtek, podkładów higienicznych, spirytusu skażonego, środków do płukania ran, substancji do produkcji koncentratu do dializ – Zp/21/PN-20/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu 4

Proszę o doprecyzowanie jak należy rozumieć określenie „opakowanie z dwoma portami”

Odp.

Przez opakowanie z dwoma portami należy rozumieć opakowanie posiadające dwa niezależne, samouszczelniające, gumowe miejsca do nakłucia, nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4

Czy z racji wykorzystywania niektórych płynów do procedur związanych z przygotowaniem m.in. leków cytostatycznych Zamawiający wymaga by opakowania z płynami posiadały tzw wolną przestrzeń do dostrzyknięcia leku(ów). Jeżeli tak to jakie są wymagania w tym zakresie.

Odp.

Wolna przestrzeń do dostrzyknięcia leku jest wymagana dla:

Poz. 2 nie mniej niż 20 ml

Poz. 3 nie mniej niż 50 ml

Poz. 4 nie mniej niż 100 ml

Pytanie 3, dot. pakietu 34 poz. 13

Czy w określeniu ilości zamawianego preparatu nie zaszła pomyłka?

Odp.

Tak – prawidłowa ilość to 1140 fiolek.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 46 Vancomycin, pozycja 1 i 2 wymaga produktu z możliwością podania doustnego i dożylnego?

Odp.

Zamawiający nie wymaga możliwości podania doustnego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 48 dopuści lek w postaci ampulek?

Odp.

Nie

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala