

Wałbrzych 27.05.2009 r.

DZPZ-530-Zp/18/PN-17/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów stosowanych w chirurgii kręgosłupa, kardiowerterów – defibrylatorów - Zp/18/PN-17 /09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 wymaga dostarczenia implantów pakowanych sterylnie?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga dostarczania implantów pakowanych sterylnie.

Pytanie 2, dot. pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza implanty w dwóch rozmiarach szerokości 25mm i 30mm?

Odp. Tak.

Pytanie 3, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza śruby dwukorowe z dwoma rodzajami gwintu?

Odp. Tak.

Pytanie 4, dot. pakiet 10

Czy zamawiający dopuszcza implanty o następujących parametrach?

- Anatomiczny kształt implantu
- Co najmniej sześć różnych wysokości klatek od 4mm do 9mm ze skokiem co 1mm i dwie głębokości 12mm i 14mm
- Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji
- Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza zablokowaną lub porowatą powierzchnię) w postaci tytanowych szpilek
- Materiał wykonania implantów – PEEK
- W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki
- W instrumentarium dystraktor pionowy o ramionach równoległych rozsuwanych płynnie na gwintowanej ramie
- Implant niesterylny
- Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości w postaci monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru klatki składający w 80% z trójfosforany wapnia i 20% z hydroksyapatytu

Odp. Nie. Implant musi być sterylony.

Pytanie 5, dot. pakiet 14

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie implantu bez dodatkowych elementów blokujących płytki graniczne w trzonach kręgowych oraz instrumentarium bez dodatkowego dystraktora małoinwazyjnego?

Odp. Nie. Zamawiający nie zgadza się na zestaw bez dystraktora małoinwazyjnego.

Pytanie 6, dot. pakiet 20

Czy Zamawiający dopuszcza pręty gładkie z zaokrąglonym końcem w dwóch stopniach wygięcia o dł. od 30mm do 90mm oraz system mocowania śrub do pręta oparty na jednym elemencie blokująco zabezpieczającym z dodatnim gwintem +3st?

Odp. Nie. Pręty koniecznie z ostrym końcem.

Pytanie 7, dot. pakiet 21

Czy Zamawiający nie wpisał omyłkowo pod formularzem technicznym jednej elektrody do ICD DR, ponieważ w skład kardiowertera – defibrylatora dwujamowego do kompletu wchodzi dwie elektrody: stymulacyjna oraz elektroda defibrylacyjna.

Pytanie 8, dot. pakiet 23

Czy Zamawiający nie wpisał omyłkowo pod formularzem technicznym elektrody CRT-D oraz dodatkowego zestawu do wprowadzania do zatoki wieńcowej ?

Pytanie 9, dot. pakiet 21 i 22

Czy Zamawiający w komplecie z kardiowertera – defibrylatora dwujamowego ujął pojedynczą elektrodę defibrylującą bez konieczności dostawy elektrody przedsionkowej stymulującej?

Odp. W pakiecie nr 21 w tytule (nazwie) pakietu winno być **ICD DR**. Pod tabelą do ceny netto 1 szt. elektrody dodajemy „**defibrylującej**” oraz **dodajemy** jako ostatnia pozycja w wyszczególnieniach cen netto 1 szt.: „**Cena netto 1 szt. elektrody stymulującej przedsionkowej -zł.**”

W pakiecie nr 22 w tytule (nazwie) pakietu winno być **ICD VR**.

Pod tabelą Kardiowerter – defibrylator dwujamowy 35 J z sygnalizacją z elektrodami ICD DR – 25 szt. **dodajemy** jako ostatnia pozycja w wyszczególnieniach cen netto 1 szt.: „**Cena netto 1 szt. elektrody stymulującej przedsionkowej -zł.**” Pod tabelą do ceny netto 1 szt. elektrody **dodajemy** „**defibrylującej**”.

W pakiecie nr 23 pod tabelą **wykreślamy** „**Cena netto 1 szt. elektrody CRT-D**” oraz **wykreślamy** „**Cena netto 1 zestawu do wprowadzania do zatoki wieńcowej**”.

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***