

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/31/PN-24/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt.1 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego moc maksymalna cięcia monopolarnego wynosi 350W?

Odp. Nie. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pyt.2 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękojeść elektrochirurgiczną z wtyczką w standardzie 3-pionowym i przeznaczoną na min. 450 sterylizacji?

Odp. TAK.

Pyt.3 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową o wymiarach 16 x 26cm?

Odp. TAK.

Pyt. 4 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych jednorazowych o długości 3m lub 5m?

Odp. Zamawiający dopuści kabel o długości od 4 do 5m.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak