

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku „drenów, obłożeń, papieru do EKG, fartuchów i rękawic ortopedycznych, zacisków tytanowych, materiałów do sterylizacji, portów dożylnych, ubrań dla personelu, nici chirurgicznych” – Zp/25/PN-23/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 260 cm x 320cm z otworem Ø 9 x 22 z uchwytem typu rzep na kable i przewody?

Odp. TAK

Pyt. 2 dot. pakietu 10 poz 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny czterowarstwowej typu SMMS?

Odp. NIE.

Pyt. 3 dot. pakietu 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o następujących właściwościach: fartuch chirurgiczny przeznaczony do procedur urologicznych: szeroki obszar fartucha w obrębie nóg (specjalne zakładki)- daje swobodę w pozycji siedzącej; wykonany z łączonych materiałów TRIAC (rękawy jak Foliodress Special), SMMS (piersi) i PE-film (dół)= wysoki komfort noszenia+100% bariera przeciw przesiąkaniu płynów; szwy ultradźwiękowe= maksymalna bariera.

Odp. NIE

Lub

Fartucha o właściwościach: Jednorazowy jałowy fartuch posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego- zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe z ręcznikami.

Odp. NIE

Pyt. 4 dot. pakietu 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny czterowarstwowej SMMS i następujących właściwościach:

Jednorazowy jałowy fartuch posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego- zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe z rękawicami.

Odp.NIE

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak