

Wałbrzych 24.06.2009 r.

DZPZ-530/22/PN-21/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu oraz zainstalowanie laboratoryjnej sieci komputerowej – Zp/22/PN-21/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Dotyczy pakietu nr 1, parametry graniczne dla części immunologicznej analizatora:
Czy Zamawiający dopuści dla dwóch testów nie będących parametrami pilnymi (Wit. B12, anti-HBc) czas oczekiwania na wynik wynoszący 27 minut?
Odp. Tak.

2. Dotyczy pakietu nr 1, parametry graniczne dla części immunologicznej analizatora:
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty, w której oznaczanie parametru β -2-mikroglobulina będzie odbywało się na części biochemicznej systemu zintegrowanego?
Odp. Tak.

3. Dotyczy pakietu nr 1, parametry graniczne dla części immunologicznej analizatora:
Czy ze względu na konieczność porównania Troponiny pomiędzy analizatorem głównym i zastępczym Zamawiający oczekuje dostarczenia różnych odczynników, ale bazujących na tej samej metodzie pomiarowej?
Odp. Tak.

4. Dotyczy pakietu nr 1, parametry graniczne dla części immunologicznej analizatora:
Czy Zamawiający wymaga, aby na czas składania oferty Wykonawca posiadał w swojej ofercie cały zakres badań objętych postępowaniem?
Odp. Tak.

5. Dotyczy pakietu nr 1, parametry graniczne dla części biochemicznej analizatora
Czy Zamawiający dla analizatora zastępczego przewiduje także oznaczanie parametrów ISE (Na, K, Cl i Li) ?
Odp. Tak.

6. Dotyczy pakietu nr 1, parametry graniczne dla części biochemicznej analizatora
Czy Zamawiający dla oznaczeń wykonywanych w ilości mniejszej niż 1000 oz./rok przewiduje ich wykonywanie na dwóch analizatorach równolegle ?
Odp. Nie.

7. Dotyczy pakietu nr 2, parametry graniczne, punkt 10:

Czy Zamawiający wymagając w pkt. 10. zaoferowania analizatorów z "Automatyczną kalibracją bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych" ma na myśli kalibrację bez użycia gazów kalibracyjnych w zewnętrznych butlach ciśnieniowych?

Odp. Tak.

8. Dotyczy pakietu nr 3, parametry graniczne analizatora hematologicznego:

Czy Zamawiający wymaga by maksymalna objętość aspirowanej próbki w trybie podajnikowym nie przekraczała 150 ul a w trybie manualnym (otwartym) nie przekraczała 100 ul?

Odp. Tak.

9. Dotyczy pakietu nr 4, tabela 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynnika do oznaczania wskaźnika protrombinowego, który wymaga stosowania mieszaniny magnetycznej ?

Odp. Tak.

10. Dotyczy pakietu nr 5 parametry graniczne, punkt 1:

Czy w związku z brakiem na rynku automatycznego analizatora do analizy moczu o wydajności 500 oznaczeń na godzinę, Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora o wydajności max. 240 ozn/ godz?

Odp. Tak.

11. Dotyczy pakietu nr 5 parametry graniczne, punkt 9:

W związku z punktem 9 parametrów granicznych, dotyczącym kontroli jakości prosimy o sprecyzowanie z jaką częstotliwością i na jakich poziomach Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia kontrolne?

Odp. Dwa poziomy 2x/tydzień i interwencyjnie w razie potrzeby.

12. Dotyczy pakietu nr 5 parametry graniczne, punkt 18:

Prosimy o sprecyzowanie, jakie dokładnie ilości wymaga Zamawiający przy wyposażeniu pracowni. Prosimy o podanie ilości szafek stojących i wiszących, foteli obrotowych z regulowanym oparciem, wysokością i podłokietnikami.

Odp. 7 szt. foteli obrotowych z regulowanym oparciem, wysokością i podłokietnikami oraz:

szafki wiszące: 2 x 80 cm z drzwiczkami i 1 x 80 cm otwarta

szafki stojące: 3 x 80 cm z drzwiczkami i 1 szufladą

2 x 60 cm z drzwiczkami i 1 szufladą

4 x 40 cm z drzwiczkami i 1 szufladą

1 x 40 cm z szufladami

1 x duża szafka narożna

1 x stolik pod wirówkę

4 x blat roboczy

13. Dotyczy pakietu nr 6, parametry graniczne, punkt 25:

Czy Zamawiający dopuszcza konfigurację terminali pracujących pod systemem Windows XP, bez dodatkowych zasilaczy UPS ?

Odp. Tak.

14. Dotyczy pakietu nr 6, parametry graniczne, punkty: 3; 22 i 27:

Czy Zamawiający dopuści dostawę komputerów z zasilaczami 230 W, wraz z oświadczeniem, że jest to wystarczająca moc do pełnego wykorzystania funkcjonalności sprzętu?

Odp. Tak.

15. Dotyczy pakietu nr 6, parametry graniczne, punkty: 21

Prosimy o informację dotyczącą warunków technicznych (plan przebiegu) instalacji 200 m sieci światłowodowej.

Odp. Światłowód podłączony ma być od punktu dystrybucyjnego w laboratorium, skąd przejściem przez strop będzie prowadzony w kanale teletechnicznym podwieszonym na długości ok. 185 m, poprowadzonym w części łącznikowej pomiędzy budynkiem głównym „A”, a budynkiem „D”, do szafy dystrybucyjnej w serwerowni.

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu.

16. Dotyczy wzoru umowy:

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
 - 1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;
 - 1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
 - 1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
 - 1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;
 - 1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;
 - 1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;
 - 1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.
2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:
 - 2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź
 - 2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
 - 2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź
 - 2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź
 - 2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź

- 2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź
- 2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź
- 2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
- 2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w zakresie punktów 1.5, 1.6, 1.7.

Pkt. 1.1 – patrz paragraf 5 pkt. 4 projektu umowy.

Pkt. 1.3 – patrz paragraf 4 pkt. 8 projektu umowy.

Pkt. 1.4. W § 3 projektu umowy Zamawiający dodaje pkt. 9 o brzmieniu: „Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza możliwość zmiany sposobu konfekcjonowania odczynników jeżeli zmiana jest spowodowana modyfikacją testu lub potrzebą Zamawiającego – bez zmiany ceny jednostkowej oznaczenia”.

Pkt. 1.2. W § 3 projektu umowy Zamawiający dodaje pkt. 10 o brzmieniu: „Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza możliwość zmiany numeru katalogowego lub nazwy własnej przedmiotu zamówienia, wynikającą z modyfikacji technologicznych, mających za zadanie podniesienia jakości oferowanego produktu bądź jego funkcjonalności”.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala