

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4**
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp).**

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy materiałów do zespoleń kości długich i krótkich w złamaniach trzonów i złamaniach przystawowych – gwoździe śródszpikowe, płyty, śruby i inne łączniki metalowe.

Liczba pakietów – 6.

CPV : 33183100-7.

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **(dalej jako: SIWZ)**, który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 SIWZ

Wykonawca zapewnia instrumentarium odpowiednie dla każdego typu implantu. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów.

Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów.

Wykonawca zapewnia dostarczanie towaru w ciągu 24 godzin.

Wykonawca zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zabiegu.

Wykonawca zapewnia komisowe utrzymanie wszystkich rodzajów implantów na terenie szpitala.

Wykonawca wybrany w pakiecie nr 3 na czas trwania umowy bezpłatnie użyczy statyw do wkrętów Ø 3,5 – 4,0 – 6,5 mm, statyw do wkrętów kaniulowanych oraz instrumentarium do wkrętów kaniulowanych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj, ilość, miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez **okres 12** miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- zapewniają utrzymanie ceny ofertowej przez okres trwania umowy,
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje),
- oferowany przez nich sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do SIWZ,
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami).

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
------	------------------------	--------------

1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożenie wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należyście (referencje)	na podstawie wykazu wykonanych dostaw potwierdzonych dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje)
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, spełnienie przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ, zapewnienie utrzymania ceny ofertowej przez okres trwania umowy,	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zaparaflowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
6	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej	na podstawie polisy
7.	spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Ustawie o wyrobach medycznych	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

dla pakietu nr 1: 2.630,00 zł

dla pakietu nr 2: 840,00 zł

dla pakietu nr 3: 650,00 zł

dla pakietu nr 4: 950,00 zł

dla pakietu nr 5: 180,00 zł

dla pakietu nr 6: 180,00 zł

DATA UZNANIA WPLĄTY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: Agnieszka Rudzka tel. (074) 6489700,
- w sprawach medycznych: lek. med. Konrad Kudłacik tel. (074) 6489605.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium

3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późniejszymi zmianami); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez podmioty zbiorowe).
8.	Dokumenty (deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych) dopuszczające oferowane urządzenie medyczne (sprzęt medyczny) do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.
9.	Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot udzielanego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie (referencje)
10.	Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji
11.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o utrzymaniu ceny ofertowej w okresie obowiązywania umowy, - o spełnianiu przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ
12.	Polisę lub inny dokument o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu

prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękopisu wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:

- części jawnej,

- części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (sekretariat Dyrektora szpitala) w terminie do dnia **13.08.2009 r.** do godziny **10.00.**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **13.08.2009** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

----- x **100 pkt.** = *ilość punktów dla pakietu x*
Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej *z oferty ocenianej o wyższej cenie*

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
- 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikami nr 3 - wzór umowy.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp, w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI rozdział 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **03.07.2009 r.**

Pakiet 1- gwoździe śródszpikowe

Lp.	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT	Nazwa producenta
1.	Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy: Wymagania: Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny).Długość L=240÷550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździa w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.	50						

2.	Komplet: gwoździć śródszpikowy; 3 śruby blokujące $\varnothing 4,5$ i 2 śruby blokujące o średnicy $\varnothing 5,0$; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. Gwoździć śródszpikowy udowy: Wymagania: Jeden gwoździć przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość $L=240\div 600\text{mm}$ (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica $d=8\div 16\text{mm}$ ze skokiem (co 1mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy $\varnothing 6,5$. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy $\varnothing 4,5$ oraz dodatkowo ryglami o średnicy $\varnothing 6,5$. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy $\varnothing 6,5$. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy $\varnothing 4,5$ przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy $\varnothing 4,5$. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie $0\div 25\text{mm}$ stopniowane co 5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwoździć śródszpikowy; 4 śruby blokujące $\varnothing 4,5$	60						
----	---	----	--	--	--	--	--	--

	lub po 2 śruby blokujące $\varnothing 6,5$ i $\varnothing 4,5$; zaślepka; śruba kompresyjna.						
3.	Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny Wymagania: Długość $L=180\div 400\text{mm}$ (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica $d=6\div 13\text{mm}$ ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica $d=8\div 13\text{mm}$ ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic $d=6\div 8\text{mm}$ nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. . Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie $0\div 25\text{mm}$ stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące(dla średnic $d=8\div 13\text{mm}$ średnica śrub blokujących 4,5mm;dla	30					

	średnic d=6÷8mm średnica śrub 4,5 oraz 3,5mm); zaślepka; śruba kompresyjna.						
4.	Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny Wymagania: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoźdźcia dla średnic d=8÷10mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamiennie stosowanie zarówno rygli o średnicy Ø4,5 i Ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej o średnicy Ø5,0 lub 4,5, i 2 w części dalszej (dla średnic d=8÷13mm średnica śrub blokujących Ø4,5; dla średnic d=6÷8mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) zaślepka;	10					

5.	Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy Wymagania: Krótki - długość L=200÷280mm (ze skokiem co 5mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125°, 130° oraz 135°), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespалającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkretami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340÷600mm (ze skokiem co 5mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125°, 130° oraz 135°), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespалającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkretami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespалająca 11; śruba zespалająca 6,5; 2 śruby blokujące; zaślepka; śruba kompresyjna.	100						
----	---	-----	--	--	--	--	--	--

6.	Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej Wymagania: Długość L=160÷400mm (ze skokiem co 5mm), średnica d=3÷6mm (przynajmniej 6 różnych średnic w zadanym przedziale) w wersji litej. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø2,7; zaślepka.	20						
7.	Endoproteza głowy kości promieniowej Wymagania: Endoproteza cementowa, modułarna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wg ISO 5834-2. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego wg ISO 5832-12 o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 150 w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 300. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie	5						

	trzczenia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze						
--	---	--	--	--	--	--	--

Gwóźdź całkowicie pokryty celownikiem.

Celownik dla gwoździ krętarzowych przezierny dla promieniowania rentgenowskich. Elementy blokujące gwoździa umieszczone na statywie.

Do zestawu wymagane jest instrumentarium

Instrumentarium powinno być w kontenerze do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym.

Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj, ilość, miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferta zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia.

Cena netto 1 szt:

- gwóźdź śródszpikowy -zł
- śruba blokująca 2,7 -zł
- śruba blokująca 4,5 -zł
- śruba blokująca 5,0 -zł
- śruba blokująca 6,5 -zł
- śruba blokująca dla średnicy d=8-13 mm -zł
- śruba blokująca dla średnicy d=6-8 mm -zł
- zaślepka -zł
- śruba kompresyjna -zł
- śruba zespalająca 11 -zł
- śruba zespalająca 6,5-zł
- głowa endoprotezy fi 20-zł
- głowa endoprotezy fi 22-zł
- głowa endoprotezy fi 24-zł
- trzpień -zł

Pakiet 2- płytki blokowane

	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT	Nazwa producenta
1.	Płytki rekonstrukcyjna prosta , blokowana, o długości 56-308mm ze skokiem co 14mm, 4-22 otworów jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne mają zapewniać wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu	20						
2.	Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 16-40 mm	50						
3.	Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm	50						
4.	Płytki wąska, prosta blokowana, z ograniczonym kontaktem, o długości od 90 do 246mm ze skokiem co 13mm, od 6 do 18 otworów. Otwory mają stanowić połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową, Do kompresyjnej części otworów wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu	20						
5.	Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16-95 mm	50						
6.	Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm	50						

7.	Płytką prostą blokowaną, szeroką z ograniczonym kontaktem, o długości od 120 do 336mm ze skokiem co 18mm, od 6 do 18 otworów. Otwory mają stanowić połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Płytkę ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiające wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytkę ma posiadać przynajmniej 3 otwory w tym jeden od strony wyprofilowanej do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm lub nici. Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 4,5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu	20						
8.	Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm, dł. 16-110 mm	50						
9.	Wkręt korowy samogwintujący o śr. 4,5mm, dł. 16-140mm	50						
10.	Płytkę kształtową blokowaną kłykciową udowa, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, o długości od 125 do 377mm ze skokiem co 18mm, od 4 do 18 otworów w części trzonowej wykonanych jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych w tym jeden o większej średnicy. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Kompresyjna część otworów w części trzonowej ma zapewnić wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera	5						

	2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Materiał – stop tytanu. W części nasadowej do otworu blokowanego o większej średnicy odpowiedni wkręt o średnicy 7,3mm blokowany, kaniulowany , samogwintujący. Łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do pozostałych otworów odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane , łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych , odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym . Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi . Materiał –stop tytanu.						
11.	Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm, dł. 16-110 mm	15					
12.	Wkręt korowy samogwintujący o śr. 4,5mm, dł. 16-140mm	15					
13.	Wkręt blokowany kaniulowany samogwintujący o śr.7,3mm, dł. 30-95mm	15					
14.	Płytką kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, o długości od 115 do 313mm ze skokiem co 18mm, od 3 do 14 otworów w części trzonowej wykonanych jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5 otworów blokowanych w tym jeden o większej średnicy. Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Kompresyjna część otworów w części trzonowej zapewnia wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów	10					

	kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokątne. Materiał – stop tytanu							
15.	Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm, dł. 16-110 mm	20						
16.	Wkręt korowy samogwintujący o śr. 4,5mm, dł. 16-140mm	20						
17.	Płytką kształtowa blokowana do kości piszczelowej szeroka L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, o długości od 122 do 338 mm ze skokiem co 18mm, od 4 do 16 otworów w części wykonanych jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Otwory blokowane z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Kompresyjna część otworów w części trzonowej ma zapewnić wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia .Ma posiadać przynajmniej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdzami sześciokątne. Materiał – stop tytanu	10						
18.	Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm, dł. 16-110 mm	20						
19.	Wkręt korowy samogwintujący o śr. 4,5mm, dł. 16-140mm	20						
20.	Płytką kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, o długości od 92 do 131mm ze skokiem co 13mm, od 3 do 6 otworów w części trzonowej wykonanych jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9	5						

	otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Kompresyjna część otworów w części trzonowej ma zapewnić wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytką ma posiadać przynajmniej 10 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu						
21.	Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16-95 mm	15					
22.	Wkręt korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 14-110mm	15					
23.	Płytką kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, o długości 32-52mm ze skokiem co 10mm, 2-4 otworów w części trzonowej jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.otwory kompresyjne mają zapewnić wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej , kompresyjnej oraz kątowej.Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym.Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał stop tytanu.	5					
24.	Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm	15					
25.	Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm	20					

26.	Płytką do kości piszczelowej od strony przyśrodkowej .w przynajmniej dwóch długościach w części trzonowej oraz z możliwością jej kształtowania i docinania w części rekonstrukcyjnej. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące , blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokątnymi. Materiał- stop tytanu.	10						
27.	Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr.3,5mm, dł. 16-95mm	30						
28.	Wkręt korowy samogwintujący o śr.3,5mm, dł. 16-95mm	30						

Do zestawu wymagane jest instrumentarium. Elementy blokujące umieszczone na statywie.

Instrumentarium powinno być w kontenerze do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym.

Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferta zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia.

Pakiet 3- łączniki metalowe

Lp.	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT	Nazwa producenta
1.	Wkręty do kości korowej samogwintujący Ø 4,5mm gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 12-90 mm	100						
2.	Wkręt kostkowy samogwintujący – Ø 4,5 gniazdo sześciokątne. Rozmiar L25-70 mm	200						
3.	Wkręt do kości drobnych samogwintujący Ø 2,7 gniazdo sześciokątne. Rozmiar L10 -40 mm	100						
4.	Wkręt do kości korowej samogwintujący Ø– 2,0 – gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 8-38 mm	100						
5.	Wkręt do kości korowej Ø – 3,5 – samogwintujący – gniazdo sześciokątne . Rozmiar L 12-75 mm	100						
6.	Podkładki Ø 3,1x6,5	30						
7.	Podkładki Ø 3,7x10	30						
8.	Podkładki Ø 4,2x8	30						
9.	Podkładki Ø 5,0x13	30						
10.	Podkładki Ø 5,5x20	30						
11.	Podkładki Ø 5,5x10	30						
12.	Podkładki Ø 4,5x10	30						
13.	Podkładki Ø 7,0x16	30						
14.	Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 2,0 L-10mm-22mm	50						
15.	Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 2,7 L-10mm-30mm	50						
16.	Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 z pełnym gwintem L-25mm-120mm	50						
17.	Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z pełnym gwintem L-25mm-140mm gniazdo sześciokątne	30						
18.	Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 16mm L-25mm- 120mm gniazdo sześciokątne	30						
19.	Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 32mm L-40mm-150mm gniazdo sześciokątne	30						
20.	Wkręty kaniulowane korowe samogwintujące Ø 2,0 L-10mm-22mm	50						
21.	Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 2,0 L-10mm-22mm	50						
22.	Wkręty kaniulowane korowe samogwintujące Ø 3,5 L-	100						

	10mm-110mm							
23.	Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,5 L-10mm-110mm	50						
24.	Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 L-10mm-70mm	50						
25.	Wkręty kaniulowane z pełnym gwintem Ø 4,5 L-30mm-80mm	100						
26.	Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 5,0 L-25mm-70mm	50						
27.	Wkręty kaniulowane z gwintem 32mmØ 5,0 L-40mm-70mm	30						
28.	Wkręty kaniulowane Ø 7,0 L-40mm-130mm	30						
29.	Wkręty kaniulowane z gwintem 32m Ø 7,0 L-40mm-130mm	30						
30.	Płytki kształtowa typu L dla wkrętów Ø -2,7 , lewa i prawa 5 otw. , gr -1mm	10						
31.	Płytki kształtowa ukośne L dla wkr. Ø -2,7 ,lewa i prawa 5 otw. ,gr -1mm	10						
32.	Płytki drobna kształtowa T dla wkrętów Ø -2,7 , 5otw. ,grubość -1mm	10						
33.	Płytki drobna L dla wkrętów Ø -2,0 ,lewa i prawa ,4 otw. , grubość- 1mm	10						
34.	Płytki obojczykowa z hakiem ,6-8 otw. Lewa i prawa	10						
35.	Płytki rekonstrukcyjna L-59mm-189mm ,grubość 3mm ,4-14 otw., R-108	1						
36.	Płytki rekonstrukcyjna L-59mm-187mm,grubość-4mm ,4-18 otw., R-88	1						
37.	Płytki do pięty lewa i prawa	10						
38.	Drut Kirschnera – lancet L 150-310mm							
	Ø 1,0 mm	100						
	Ø 1,2 mm	100						
	Ø 1,5 mm	120						
	Ø 1,8 mm	130						
	Ø 2,0 mm	150						
39.	Drut Kischnera lancet L 150-380 mm							
	Ø 2,2 mm	120						
	Ø 2,4 mm	100						
	Ø 3,0 mm	100						
40.	Drut do wiązania odłamów kostnych L 10 m							

41.	Ø 1,0 mm		1						
	Ø 1,2 mm		1						
	Ø 1,5 mm		1						
	Gwóźdź Rusha								
	L- mm	Ø- mm							
	80- 220	2,4	50						
	100-240	3,2	40						
	200-360	4,0	30						

Na czas trwania umowy oferent użycza statyw do wkretów Ø 3,5- 4,0- 6,5 mm, statyw do wkretów kaniulowanych oraz instrumentarium do wkretów kaniulowanych

Do zestawu wymagane jest instrumentarium

Instrumentarium powinno być w kontenerze do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym.

Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferta zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolecia.

Pakiet 4

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek Vat	Nazwa producenta
1.	Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity, w części bliższej pin derotacyjny i śruba teleskopowa składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej , nagwintowanej w części dalszej dwa otwory ryglujące, jeden dynamiczny drugi statyczny (gwoździe o długości 180 i 220 mm) lub w wersji dłuższej - min 2 otwory.Rozmiary :długość 260-460mm.Gwoździe krótkie w całości pokryte celownikiem radioprzeziernym.	50						

Do zestawu wymagane jest instrumentarium

Instrumentarium powinno być w kontenerze do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym.

Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferta zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia.

Pakiet 5

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek Vat	Nazwa producenta
1.	Śrubopłytkę do śródszpikowego zaopatrywania złamań nasady dalszej kości promieniowej. Wykonane ze stopu tytanu. Uniwersalna dla strony prawej i lewej.Wprowadzana z okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Poczwońnie unikortyklne ,	10						

Do zestawu wymagane jest instrumentarium

Instrumentarium powinno być w kontenerze do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym.

Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferta zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia.

Pakiet 6

Lp	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek Vat	Nazwa producenta
1.	Śrubopłytką dynamiczną , tytanową do zespалania złamań śródtrebowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej , przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytką zakładana w okolicy podkłętarzowej o kącie 130 stopni.	10						

Do zestawu wymagane jest instrumentarium

Instrumentarium powinno być w kontenerze do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym.

Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia próbek wraz z wymaganym instrumentarium oraz technikami operacyjnymi celem porównania zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ. Rodzaj , ilość , miejsce i termin dostarczenia próbek zostaną określone odrębnym pismem. Niedostarczenie próbek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferta zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na dostawę materiałów do zespołów kości długich i krótkich w złamaniach trzonów i złamaniach przystawowych – gwoździe śródszpikowe, płyty, śruby i inne łączniki metalowe – Zp/34/PN-27/09

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) * się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) * je w całości bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam (oświadczamy) *, że zdobyłem (zdobyliśmy) * wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) * wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) *, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) *, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)* ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)* ^{płatnikiem} podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) * numer identyfikacyjny NIP
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
13. Oświadczam (oświadczamy) *, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) * wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
14. Oświadczam (oświadczamy) *, że utrzymam (utrzymamy) cenę ofertową przez okres obowiązywania umowy.
15. Oświadczam (oświadczamy) *, że sprzęt, na który składam (składamy) ofertę spełnia wymogi z załącznika nr 1 do SIWZ.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu pomiędzy:

**Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego
z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4**

wpisanym do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
–Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

dr nauk med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na
**dostawę materiałów do zespołów kości długich i krótkich w złamaniach trzonów i
złamaniach przystawowych – gwoździe śródszpikowe, płyty, śruby i inne łączniki
metalowe** ogłoszonego

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nr
stanowi integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w
ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o
łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:
.....) + podatek VAT w należnej wysokości.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś
Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie
dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2
sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego telefonicznie lub faxem.

**2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia komisji wszystkich rodzajów implantów
na terenie szpitala.**

3. Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru implantów.

4.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium w terminie do dnia (7 dni od daty podpisania umowy).

§ 4

- 1.Sprzęt medyczny, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
- 2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie sprzęt medyczny posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 36 miesięczny okres ważności od daty dostawy.
- 3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie **24 godzin** od daty przekazania zamówienia.
- 4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp. związane z zakupem u innych dostawców sprzętu będącego przedmiotem umowy.
- 5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
- 6.Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.
- 7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego sprzętu i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania instrumentarium do implantów.

§ 5

- 1.Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury **w języku polskim** według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.
- 3.Wykonawca gwarantuje w okresie obowiązywania umowy stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2.

§ 6

- 1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z § 5 umowy, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,2 % wartości niewykonanej umowy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień bieżących, bądź za każdą godzinę zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w przypadku zamówień „na cito”, bądź za każdy dzień zwłoki w wymianie dostarczonego przedmiotu umowy na wolny od wad,
 - 2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 umowy, powiększonej o kwotę podatku VAT, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenie w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w ust.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:

1.Kodeksu Cywilnego.

2.Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY