

Wałbrzych 07.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/31/PN-24/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/31/PN-24/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1 – Stół operacyjny uniwersalny

1. Czy Zamawiający wymagając stołu operacyjnego z niezależnym alternatywnym napędem mechaniczno-hydraulicznym obsługiwanym dźwignią nożną umieszczoną od strony głowy pacjenta i umożliwiającą sterowanie następującymi funkcjami :
 - regulacją wysokości
 - przechyłami bocznymi
 - przechyłami wzdłużnymioczekuje również , aby oparcie pleców posiadało możliwość alternatywnego sterowania w przypadku awarii układu podstawowego, jaki i awarii sterowania lub zasilania stołu ?
Odp. Nie.
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z blatem o długości 2000 mm ? Proponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa na walory techniczno użytkowe stołu.
Odp. Tak.
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego posiadającego regulację wysokości w zakresie 740 – 1040 mm co jest parametrem szerszym od wymaganego w SIWZ ?
Odp. Tak.
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego , w którym regulacja oparcia pleców odbywa się w zakresie -45° do + 75° co jest parametrem lepszym od wymaganego w SIWZ ?
Odp. Tak.
5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego , w którym regulacja podglówka odbywa się w zakresie -45° do + 30° co jest parametrem lepszym od wymaganego w SIWZ ?

Odp. Nie.

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego ,w którym regulacja podnóżków w płaszczyźnie pionowej odbywa się w zakresie -90° do $+ 30^{\circ}$ co jest parametrem lepszym od wymaganego w SIWZ ?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego , który posiada mechaniczny przesuw wzdłużny blatu w zakresie 320 mm ? Dodatkowo oferowany przez nas stół posiada możliwość szybkiej zamiany segmentu głowy z segmentem nożnym co gwarantuje nieograniczony dostęp ramienia C i monitorowanie pacjenta na całej długości blatu.


Odp. Nie.

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego , w którym wypiętrzenie ławeczki nerkowej w oparciu pleców uzyskiwane jest mechanicznie w proporcji 1:1? Proponowane rozwiązanie gwarantuje uzyskanie większego zakresu regulacji w zależności od wzrostu operowanego pacjenta .

Odp. Tak.

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z dodatkowym pilotem wbudowanym w kolumnę stołu zamiast pilota przewodowego , który umożliwia uzyskanie funkcji takich jak na pilocie przewodowym ?

Odp. Nie.



DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

