

Wałbrzych 09.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/25/PN-23/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku „drenów, obłożeń, papieru do EKG, fartuchów i rękawic ortopedycznych, zacisków tytanowych, materiałów do sterylizacji, portów dożylnych, ubrań dla personelu, nici chirurgicznych – Zp/25/PN-23/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 26 poz. 1,3,4,5,6 i 10 igłę spełniającą wymagania igły wzmocnionej, lecz nie posiadającej takiej adnotacji w swoim opisie katalogowym?

Odp. Nie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 26 poz. 1,9 szew posiadający długość nici 70cm zamiast wymaganych 90cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 30 poz. 2 dopuści igłę o długości 35 mm pomimo przyjętej już tolerancji?

Odp. Nie

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 30 poz. 5,6,7,8,9,10,11 igłę odwrotnie tnącą zamiast wymaganej tnącej? Jest to ta sama grupa igieł posiadająca te same właściwości.

Odp. Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 30 poz. 1 również długości nici 1x100cm, bez tubek lub wyłączy/wykreśli tę pozycję z pakietu?

UZASADNIENIE: Zamawiający otrzyma produkt równoważny, mający to samo zastosowanie w bardzo konkurencyjnej cenie. Produkt opisany w tej pozycji znajduje się w ofercie tylko jednego producenta/dystrybutora co praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję w całym pakiecie.

Odp. Nie

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 30 poz. 11 również wielkość igły 10-12mm, pozostałe parametry identyczne lub wyłączy/wykreśli tę pozycję z Pakietu?

UZASADNIENIE: Opisany w tej pozycji szew jest produktem z oferty tylko jednego producenta/dystrybutora.

Odp. Nie

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala