

Wałbrzych 10.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-28/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu ze stali nierdzewnej – Zp/35/PN-28/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 204 cm i szerokości 81 cm , które to parametry niewiele odbiegają od opisanych i nie powodują pogorszenia walorów użytkowych wózka ?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną , nożną regulacją wysokości w zakresie od 62 cm do 94 cm ? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, ponieważ podczas regulacji wysokości personel medyczny nie musi używać siły i dodatkowo ma wolne ręce mogąc się w tym czasie zająć pacjentem

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej , galwanizowanej stali , która to jest trwała na uszkodzenia mechaniczne , promieniowanie UV oraz na mycie i dezynfekcję ?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek , którego koła są metalowe z wypełnieniem pełnym w kolorze jasnoszarym ?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie od 0 do 90° co jest parametrem lepszym od opisanego ?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne montowane od strony zewnętrznej ramy leża , składane poniżej poziomu leża nie powodując przerwy transferowej ?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak kroplówki chromowany ?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy w celu zwiększenia funkcjonalności wózka , Zamawiający oczekuje , aby wózek posiadał hydrauliczną regulację funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 18° , realizowaną nożnie z dostępem do dźwigni z obu stron wózka ?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy zgodnie z obowiązującą normą EN 60601-2-38 dotyczącą bezpieczeństwa łóżek i wózków , Zamawiający oczekuje aby bariery boczne były zamontowane i chroniły pacjenta na całej długości leża ?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 250 kg co jest parametrem lepszym od opisanego ?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy w związku z wymogiem dotyczącym obciążenia wózka Zamawiający oczekuje aby konstrukcja wózka była oparta na dwóch kolumnach gwarantujących dużą wytrzymałość i stabilność ?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 1 – wózek do przewożenia chorych

Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ? Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakiet nr 5 – stół do badania w poradni proktologicznej

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 55 cm ?

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakiet nr 5 – stół do badania w poradni proktologicznej

Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją wysokości , dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej , w zakresie od 76 cm do 106 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakiet nr 5 – stół do badania w poradni proktologicznej

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem czterosegmentowym pokrytym materacami odejmowanymi z poliuretanu w kolorze czarnym , z płynną regulacją podglówka , segmentu pleców , podnóżków oraz funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga ?

Odp. Nie

Pytanie 16, dot. pakiet nr 5 – stół do badania w poradni proktologicznej

Czy w celu zwiększenia funkcjonalności stołu Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał możliwość zamiany podglówka z segmentem nożnym ?

Odp. Nie

Pytanie 17, dot. pakiet nr 5 – stół do badania w poradni proktologicznej

Czy w celu łatwego przemieszczenia Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał podstawę na kołach z możliwością blokady ?

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakiet nr 6 – stół zabiegowy do poradni chirurgicznej z podpórką ręki

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 55 cm ?

Odp. Nie

Pytanie 19, dot. pakiet nr 6 – stół zabiegowy do poradni chirurgicznej z podpórką ręki

Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną regulacją wysokości , dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej , w zakresie od 76 cm do 106 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakiet nr 6 – stół zabiegowy do poradni chirurgicznej z podpórką ręki

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem czterosegmentowym pokrytym odejmowanymi materacami z poliuretanu w kolorze czarnym , z płynną regulacją podglówka , segmentu pleców , podnóżków oraz funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga ?

Odp. Nie

Pytanie 21, dot. pakiet nr 6 – stół zabiegowy do poradni chirurgicznej z podpórką ręki

Czy w celu zwiększenia funkcjonalności stołu Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał możliwość zamiany podglówka z segmentem nożnym ?

Odp. Nie

Pytanie 22, dot. pakiet nr 6 – stół zabiegowy do poradni chirurgicznej z podpórką ręki

Czy w celu łatwego przemieszczenia Zamawiający oczekuje , aby stół posiadał podstawę na kołach z możliwością blokady ?

Odp. Tak

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***