

Wałbrzych 10.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/31/PN-24/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/31/PN-24/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1 – stół operacyjny uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr regulacji wysokości wynoszący od 750 do 1080 mm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1 – stół operacyjny uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr regulacji oparcia pleców wynoszący od -45° do 85°?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1 – stół operacyjny uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr regulacji przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynoszący 40 stopni?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 1 – stół operacyjny uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr regulacji podglówka wynoszący od -45° do 45°

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 1 – stół operacyjny uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści aby regulacja przesuwu wzdłużnego o 300 mm (+/-20mm) realizowana była przy pomocy mechanizmu ręcznego. Jest to funkcja stosunkowo rzadko używana; ręczna regulacja przesuwu nie stanowi problemu dla operatora, przesuw wykonuje się bardzo lekko i szybciej niż przy pomocy pilota, zaś rozwiązanie z regulacją elektromechaniczną znacznie podnosi cenę stołu operacyjnego.

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 1 – stół operacyjny uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści aby stół posiadał regulację oparcia pleców oraz regulację ławeczki nerkowej uzyskiwaną ręcznie zamiast przez układ elektro- hydrauliczny?

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakiet nr 1 – stół operacyjny uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści aby niezależny, alternatywny napęd stołu- mechaniczno-hydrauliczny obsługiwany dźwignią nożną posiadał sterowanie uruchamiane dźwignią nożną umieszczoną w podstawie zaś wybór funkcji odbywał się z panelu umieszczonego na kolumnie stołu zamiast w podstawie, co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego w specyfikacji przetargowej?

Odp. Nie

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***