

Wałbrzych 10.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/31/PN-24/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/31/PN-24/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 4 – elektrokardiograf 12 kanałowy na wózku

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o czułości regulowanej w zakresie 5/10/20 mm/mV?

Z naszych doświadczeń wynika, że czułość 2,5 jest w praktyce niewykorzystywana ze względu na małą czytelność rejestrowanego sygnału EKG

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 4 – elektrokardiograf 12 kanałowy na wózku

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG wyposażonego w pamięć, min. 50 ostatnio wykonanych badań?

Pamięć umożliwia odtworzenie i ponowny wydruk zapisanego EKG, również ze zmienionymi nastawami przesuwu, filtrów czy wzmocnienia.

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 4 – elektrokardiograf 12 kanałowy na wózku

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG wyposażonego w wysokiej klasy przetwornik AC, min. 20 bitów?

Jakość przetwornika wpływa na dokładność odwzorowania rejestrowanego zapisu EKG.

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 4 – elektrokardiograf 12 kanałowy na wózku

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG rejestrującego z wysoką częstotliwością, min. 1000 próbek/sekundę/kanał?

Częstotliwość próbkowania wpływa na dokładność odwzorowania rejestrowanego zapisu EKG.

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 4 – elektrokardiograf 12 kanałowy na wózku

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG wykrywającego impulsy stymulatora?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet nr 4 – elektrokardiograf 12 kanałowy na wózku

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG rejestrującego w szerokim paśmie częstotliwości, min. 0,05-300 Hz?

Szersze pasmo wpływa na dokładność odwzorowania rejestrowanego zapisu EKG.

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 4 – elektrokardiograf 12 kanałowy na wózku

Czy Zamawiający wymaga prezentacji 12 kanałów EKG jednocześnie?

Odp. Tak

***Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala***