

Wałbrzych 13.07.2009 r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-28/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu ze stali nierdzewnej – Zp/35/PN-28/09

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietów z meblami mobilnymi

Czy Zamawiający wymaga, aby kółka do mebli mobilnych były w obudowie ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej, czy dopuszcza zastosowanie kółek w obudowie z tworzywa sztucznego lub ze stali ocynkowanej?

Odp. Dopuszczamy kółka w obudowie z tworzywa sztucznego tylko przy wózkach do przewożenia chorych. Poza tym kółka w obudowie ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej.

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1 – wózki do przewożenia chorych

Pragniemy poinformować, że technologicznie wymagany czas na wyprodukowanie 1 wózka do przewożenia chorych jest określony na prawie 3 tygodnie. Nie jest możliwe wyprodukowanie i dostarczenie 25 szt. w ciągu 30 dni i w 1 jednorazowej dostawie. W związku z tym wnioskujemy o zmianę terminu realizacji dla Pakietu nr 1 i wydłużenie go do 5 miesięcy z możliwością sukcesywnych dostaw po 5 szt/ 1 miesiąc. Prosimy o akceptację tego wniosku.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 m-cy (5 szt.)/ 1 miesiąc)

Pytanie 3, dot. pakiet nr 7 – podest 1-stopniowy

Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach: szer. 480 x głęb. 320 x wys. 220 mm?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 8 – podest 2-stopniowy

Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach: szer. 480 x głęb. 650 x wys. 400 mm?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 10 – stół do pobierania krwi dla małych dzieci

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem ze stali zwykłej lakierowanej proszkowo wyścielany materacykiem, pokrytym skórą w kolorze seledyn, czy Zamawiający wymaga blatu ze stali kwasoodpornej i wyścielanego materacykiem z skóry?

Czy Zamawiający dopuści wymiary stołu: dł. 900 x szer. 700 x wys. 870 mm?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet nr 13 – stolik zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach: dł. 800 x szer. 450 x wys. 800 mm?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 14 – stojaki do kroplówki

Czy Zamawiający dopuści kółka o $\varnothing$ 50 mm w obudowie z tworzywa sztucznego czy wymaga w obudowie ze stali nierdzewnej /kwasoodpornej/?

Odp. Kółka w obudowie ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej.

Pytanie 8, dot. pakiet nr 8 – parawany

Czy Zamawiający dopuści kółka w obudowie z tw. szt., ze stali zwykłej ocynkowanej czy wymaga w obudowie ze stali nierdzewnej /kwasoodpornej/?

Odp. Pakiet nr 15 – Parawany. Nie dopuszczamy kółek ze stali ocynkowanej. Wymagamy aby kółka były w obudowie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.

Pytanie 9, dot. pakiet nr 16 – taboret zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści taboret o średnicy siedziska 360 mm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści kółka w obudowie z tw. szt., ze stali zwykłej ocynkowanej czy wymaga w obudowie ze stali nierdzewnej /kwasoodpornej/?

Odp. Kółka ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej

Pytanie 10, dot. pakiet nr 17 – stelaż na odpady medyczne – pojedynczy

Czy Zamawiający dopuści stelaż pojedynczy na odpady medyczne z pokrywą o wymiarach: dł. 410 x szer. 440 mm?

Odp. Tak

Jaką mają mieć średnicę „kółka duże”?

Odp. Od 75 mm do 100 mm

Pytanie 11, dot. pakiet nr 18 – stelaż na odpady medyczne – podwójny

Czy Zamawiający dopuści stelaż na odpady medyczne podwójny o wymiarach: dł. 815 x szer. 465 x wys. 860 mm / wymiary skrajne/?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści kółka o $\varnothing$ 50 mm w obudowie z tworzywa sztucznego czy wymaga w obudowie ze stali nierdzewnej /kwasoodpornej/?

Odp. Zamawiający dopuści kółka w obudowie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.

Pytanie 12, dot. pakiet nr 18 – wózek do czystej bielizny

Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonana część szafkowa wózka, tj. czy z płyty meblowej laminowanej, ze stali zwykłej lakierowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej?

Czy Zamawiający dopuści kółka w obudowie z tworzywa sztucznego czy wymaga w obudowie ze stali nierdzewnej /kwasoodpornej/?

Odp. Błąd. Pakiet 22 opisuje wózek do czystej bielizny, a nie Pakiet nr 18.

Wózek wykonany w całości ze stali nierdzewnej.

Pytanie 13, dot. pakiet nr 21 – wieszaki na kaczki i baseny

W tabeli pakietu nr 21, w kolumnie opisującej szczegółowo wieszak na kaczki i baseny, podano kolejność zawieszenia suszarek. Proszę odpowiedzieć czy podana kolejność suszarek jest liczona od dołu wieszaka czy od góry?

Odp. Od góry

Czy Zamawiający wymaga aby ociekacze pod suszarkami były wykonane ze stali kwasoodpornej czy dopuszcza ociekacze z tworzywa sztucznego?

Odp. Dopuszcza z tworzywa sztucznego, ale wielkość dna każdej suszarki

Pytanie 14, dot. pakiet nr 23 – wózek zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach: dł. 750 x szer. 500 x wys. 800 mm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści kółka w obudowie ze stali zwykłej ocynkowanej czy wymaga w obudowie ze stali nierdzewnej /kwasoodpornej/?

Odp. Wymaga w obudowie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej

Pytanie 15, dot. pakiet nr 26 – stół roboczy

Czy Zamawiający dopuści stół roboczy o wymiarach: dł. 1600 x szer. 800 x wys. 850 mm?

Odp. Tak

Pytanie 16

W związku z wnioskiem w zakresie zmiany terminu realizacji pakietu nr 1 i pytaniami do wielu pakietów prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty.

Odp. Zamawiający nie przesuwają terminu otwarcia ofert.

**Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala**