

Załącznik nr 1 do SIWZ

Stół operacyjny uniwersalny.

Stół operacyjny uniwersalny

Stół fabrycznie nowy – rok produkcji 2009

Nazwa sprzętu:

Typ sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

LP.	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i własności użytkowych	WYMAGANIE* TAK/NIE lub warunki brzegowe	PARAMETRY OFEROWANE Należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane
I. Stół operacyjny uniwersalny			
1	Stół do operacji ogólnochirurgicznych i specjalistycznych	Tak	
2	Napęd stołu elektrohydrauliczny	Tak	
3	Niezależny, alternatywny napęd stołu, mechaniczno – hydrauliczny obsługiwany dźwignią nożną (wybór funkcji jak również sterowanie uruchamiane dźwigniami nożnymi umieszczonymi w podstawie) umieszczoną od strony głowy pacjenta, umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami: - regulacja wysokości - przechyły boczne - przechyły wzdłużne	Tak	
4	Niezależny napęd alternatywny zapewniający pracę stołu zarówno w przypadku awarii napędu podstawowego, jak i awarii sterowania lub zasilania podstawowego stołu	Tak	
5	Długość stołu z blatem: 2200 mm (± 50 mm)	Tak	
6	Całkowita szerokość blatu: 570 mm (± 20 mm)	Tak	
7	Regulacja wysokości: 720 do 1000 mm (± 20 mm)	Tak	
8	Regulacja oparcia pleców: - 35° do 75° ($\pm 5^\circ$)	Tak	
9	Regulacja podgłówka: - 18° do 53° ($\pm 3^\circ$)	Tak	
10	Przechył boczny : - 27° do 27° ($\pm 3^\circ$)	Tak	

11	Przechył Trendelenburga : 33° ($\pm 3^{\circ}$)	Tak	
12	Przechył anty-Trendelenburga : 33° ($\pm 3^{\circ}$)	Tak	
13	Regulacja kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90° do 20° ($\pm 5^{\circ}$)	Tak	
14	Przesuw wzdłużny blatu elektromechaniczny sterowany z pilota: 300 mm (± 20 mm)	Tak	
15	Regulacja pilotem przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji: - regulacja wysokości - regulacja oparcie pleców - wypiętrzenie ławeczki nerkowej - przechyły wzdłużne i boczne - poziomowanie	Tak	
16	Pilot wyposażony w sygnalizację stanu naładowania akumulatorów oraz funkcje poziomowania blatu.	Tak	
17	Dodatkowy pilot bezprzewodowy z funkcjami takimi jak na pilocie przewodowym	Tak	
18	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu	Tak	
19	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe	Tak	
20	Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu		
21	Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania kół		
22	Regulacja podglówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą		
23	Sprężyny gazowe regulacji segmentów blatu zabudowane w konstrukcji nośnej blatu, niewidoczne z zewnątrz		
24	Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy – podglówek na całą szerokość blatu		
25	Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej		
26	Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C		
27	Materace bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej		
28	Udźwig stołu min. 200 kg		
29	Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji		
II. Wyposażenie stołu			

30	- ramka ekranu z uchwytem wielopozycyjnym - wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym - podpora ręki dla anesteziologa z uchwytem wielopozycyjnym - podpórka kątowna ręki z uchwytem wielopozycyjnym - oparcie łonowe z uchwytem wielopozycyjnym - oparcie boczne z korpusem zaciskowym / 2 szt./ - przystawka urologiczna - podkolannik z uchwytem wielopozycyjnym /2 szt./ - taca na klisze RTG do oparcia pleców -	Tak	
III.	Gwarancja i serwis		
31	Gwarancja min. 36 m-cy	Tak	
32	Czas reakcji serwisu do 24 godz. od daty zgłoszenia usterki (w dni robocze)	Tak	
33	Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu.	Tak	
Instrukcja obsługi w języku polskim		Tak	

Cena netto.....VAT.....Cena brutto.....

*** W przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE” lub jej opisania. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.**